

Łódź, dnia 17.07.2020 r.
Nr sprawy: EZ.28.57.2020



przyjmie urządzenie o efektywnym zakresie energetycznym 45 keV – 1,3 MeV?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyjmie sprzętu o efektywnym zakresie energetycznym 45 keV – 1,3 MeV

Pytanie nr 5

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ, pakiet 3, pkt 8: „Pomiar w jednostkach: cps, cps/cm², Bq, Bq/cm²”. Prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu i nadanie mu brzmienia: „Pomiar w jednostkach: cps, Bq, Bq/cm²”. Jednostka cps/cm² nie jest używana w standardowych monitorach skażeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację

Pytanie nr 6

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ, pakiet 3, pkt 18: „Wzorcowanie miernika dla izotopów: Sr-90, C-14, Am-241 nie starsze niż 1 miesiąc przed dostawą”. Czy Zamawiający dopuści wzorcowanie wykonane przez producenta sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wzorcowanie wykonane przez producenta sprzętu.

Pytanie nr 7

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ, pakiet 4, pkt 9 i 10: „Detektory na ręce: 4 szt. nie mniej niż 280 cm²” oraz „Detektory na nogi: 2 szt. nie mniej niż 520 cm²”. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ma na myśli powierzchnię jednostkowego detektora, czy też sumę powierzchni detektorów w jakie jest wyposażona bramka dozymetryczna?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli powierzchnię jednostkowego detektora

Pytanie nr 8

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ, pakiet 4, pkt 15: „Komendy głosowe w języku polskim”. Prosimy Zamawiającego o usunięcie tego punktu. Urządzenia tego typu posiadają na tyle widoczne na wyświetlaczu komendy wraz z odpowiednimi rysunkami, że nie wymagają komend głosowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego punktu. Stosowna modyfikacja w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 9

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ, pakiet 4, pkt 18: „Sygnalizacja alarmu: akustyczna, optyczna (światła alarmowe), głosowa” Prosimy Zamawiającego o modyfikację tego punktu i nadanie mu brzmienia: „Sygnalizacja alarmu: akustyczna, optyczna (światła alarmowe)” Urządzenia tego typu posiadają na tyle widoczne na wyświetlaczu komendy wraz z odpowiednimi rysunkami, że nie wymagają komend głosowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Stosowna modyfikacja w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 10

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ, pakiet 5, pkt 5: „Detektor aktywności aerozoli alfa i beta w powietrzu”. Prosimy Zamawiającego o doszczegółowienie, gdzie wymieniony detektor ma być zainstalowany.

Odpowiedź: Wymieniony detektor miałby być zainstalowany w kanale wyprowadzającym powietrze z komory laminarnej służącej do przygotowania radiofarmaceutyków.





Pytanie nr 11

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ, pakiet 1, pkt 62, pakiet 3 pkt 26, pakiet 4 pkt 31, pakiet 5 pkt 16: „Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych., przypadku napraw zagranicznych 10 dni.” Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez sformułowanie „napraw zagranicznych” ma na myśli naprawę z użyciem części dostarczonych z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ (Umowa), par. 5: „Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonych części, kompatybilności z urządzeniem. (...)” Prosimy Zamawiającego wykreślenie sformułowania: „kompatybilności z urządzeniem”. Jeśli Zamawiający nie wykreśli niniejszego sformułowania prosimy o doprecyzowania o jakim urządzeniu jest mowa w niniejszym paragrafie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ (Umowa), par. 6, pkt 1: „Wykonawca udziela bezwarunkowej gwarancji na dostarczony sprzęt (...)”. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie znaczenia sformułowania „bezwarunkowa gwarancja”. Pragniemy zaznaczyć, że warunki gwarancji każdego sprzętu nie obejmują uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją obsługi producenta, bądź powstałych w wyniku zaniedbań i/lub zaniechań użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla słowo „bezwarunkowej”, stosowna modyfikacja w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 14

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ (Umowa), par. 6, pkt 7: „W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy.” Jednym z urządzeń, którego dotyczy niniejsze postępowanie jest System kontroli radiacyjnej środowiska pracy (pakiet 5). System ten składa się z wielu komponentów takich jak sondy, urządzenie wyświetlające pomiary sond, moduł do prezentacji i przechowywania danych pomiarowych (komputer z oprogramowaniem), urządzenie sygnalizujące w sposób optyczny i akustyczny przekroczenia poziomów alarmowych. W związku z tym, prosimy zamawiającego o zmianę niniejszego punktu w odniesieniu do pakietu nr 5 i nadanie mu brzmienia: „W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie zastępczego komponentu tej samej klasy na czas naprawy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego punktu.

Pytanie nr 15

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ (Umowa), par. 6, pkt 8: „(...) Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku”. Prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu i nadanie mu brzmienia: „Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia w dni robocze w godzinach 8-16”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego punktu.

Pytanie nr 16

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ (Umowa), par. 7, pkt 1, ust. c: „za opóźnienie w dostarczeniu towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy” Zastosowana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do kwoty zamówienia. W związku z tym, prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary na 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie dostawy, co jest standardowo stosowaną karą w innych publicznych jednostkach ochrony zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający dostatecznie wydłużył termin dostawy (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2).

Pytanie nr 17

Dot. Zał. 2 nr 2 do SIWZ (Umowa), par. 7, pkt 2: „Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.” Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jaką szkodę ma na myśli. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że szkody, o których mowa we wskazanym postanowieniu oznaczają wyłącznie szkody, za które winę ponosi wykonawca.

Odpowiedź: zamawiający wyjaśnia, iż zapis dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 18

Dot. SIWZ, pkt IV.5: Prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wymaga dostarczenia sprzętu w terminie 30 dni. Zapłata w terminie 60 dni od dostarczenia faktury powoduje, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie dwa razy dłuższym niż nastąpi dostawa towaru.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Dot. Załącznik nr 2 do SWIZ, pakiet 3, pkt 26, pakiet 4 pkt 31, pakiet 5 pkt 16: „Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych., przypadku napraw zagranicznych 10 dni.” Prosimy Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego czasu naprawy gwarancyjnej w przypadku napraw zagranicznych do 15 dni. Przeprowadzając taką naprawę czas przesyłu części może zająć ok. 5 dni roboczych, co istotnie wpływa na czas naprawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dot. Załącznik nr 2 do SWIZ, pakiet 4, pkt 30 „Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe, za wyjątkiem systemu kontroli radiacyjnej i środowiska pracy, gdzie dopuszcza się wymianę wadliwego komponentu.” Prosimy Zamawiającego o modyfikację tego punktu i nadanie mu brzmienia: „Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dany element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy.” Bramka dozymetryczna jest dość dużym urządzeniem i posiada budowę modułową. W przypadku wady czy uszkodzenia możliwa jest wymiana jednego modułu, bez wpływu na pracę pozostałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego punktu.

Pytanie nr 21

Dot. Załącznik nr 2 do SWIZ, pakiet 5, pkt 5 „Detektor aktywności aerozoli alfa i beta w powietrzu”. Prosimy

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





Zamawiającego o usunięcie niniejszego punktu, gdyż opisany detektor nie ma zastosowania w kontroli radiacyjnej środowiska pracy szpitala i nie jest wykorzystywany w pracowniach radiofarmacji. Opisany detektor służy do pomiaru przede wszystkim w stacjach wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i w placówkach prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych jak np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Centrum Monitoringu Klimatu Polski. Za pomocą tego detektora przeprowadza się badanie radioaktywności próbek aerozoli w powietrzu izotopów alfa-promieniotwórczych pochodzenia naturalnego, izotopów beta-promieniotwórczych pochodzenia sztucznego, oraz w zbiorczych próbkach opadu miesięcznego: Sr-90, Cs-137, Cs-134 (promieniowanie beta) i K-40, Ac-228, Ra-226 (promieniowanie alfa).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt 5 w pakiecie 5.

Pytanie nr 22

Dot. Załącznik nr 2 do SWIZ, pakiet 5, pkt 6 „Urządzenie wyświetlające wielkości dawek rejestrowanych przez sondy pomiarowe, pozwalające ustawić poziomy alarmowe”. Prosimy Zamawiającego o modyfikację tego punktu i nadanie mu brzmienia: „Urządzenie wyświetlające moc dawki rejestrowanej przez sondy pomiarowe, pozwalające ustawić poziomy alarmowe”. Wielkość dawki wyrażona jest na ogół całkowitą liczbą zliczeń od danego miejsca skażenia (podawane w cps). Natomiast Zamawiający wymaga sond do pomiaru mocy przestrzennej dawki równoważnej (podawanej w $\mu\text{Sv/h}$).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Dot. Załącznik nr 2 do SWIZ, pakiet 5, pkt 9 „Świadectwo kalibracji nie starsze niż 2 miesiące przed dostawą” Czy Zamawiający dopuści protokół testu fabrycznego wykonanego przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści protokołu testu fabrycznego.

Pytanie nr 24

Dot. Załącznik nr 2 do SWIZ, pakiet 4, pkt 13 „Sterowanie: PLC”. Czy Zamawiający dopuści sterujący komputer przemysłowy typ PC 104?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterujący komputer przemysłowy typ PC 104.

Pytanie nr 25

Dzień Dobry, Będę prowadził „kontekst” wykonawcy w moim ePUAP. W związku z tym proszę o pomoc w zorientowaniu się w nieznanym mi szczegółach.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania, ogłoszenia TED lub ID postępowania.

Proszę o podanie:

„numeru postępowania”

„numeru ogłoszenia TED”

znaków „ID postępowania”

Dokument SWIZ posługuje się pojęciem „Nr sprawy EZ.28.57.2020” i nie ma w jego treści miejsc z pojęciami, o które pytam.

W jaki sposób mam przywołać Elektroniczną Skrzynkę Podawczą o adresie : ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP ?

Odpowiedź:

numeru postępowania: EZ.28.57.2020

numeru ogłoszenia TED: 2020/S 117-283419





ID postępowania: 1908d504-971c-45eb-b72c-163c0a72c730

Pytanie nr 26

Dzień dobry, niniejszym przesyłamy prośbę o wyjaśnienia dotyczące EZ.28.57.2020:

1. SWIZ Rozdział XV. Wadium zawiera wymaganie:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 8 033,00 zł.

Pakiet nr 1 – 2 506,00 zł

Pakiet nr 2 – 428,00 zł

Pakiet nr 1 – 249,00 zł

Pakiet nr 2 – 1 563,00 zł

Pakiet nr 1 – 3 287,00 zł

Pytania:

1) Nasza firma planuje zaoferować Pakiety 3, 4, 5. Proszę wyjaśnić wartość wadium dla pakietów 3, 4, 5.

2) Czy możemy wносить wadium tylko na Pakiety 3, 4, 5 (nie w łącznej wysokości)?

3) Czy powinny to być 3 oddzielne przelewy?

4) Proszę podać/skontrolować następujące informacje potrzebne do przeprowadzenia przelewu:

IBAN: PL 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

SWIFT: ?

Bank: PeKaO S.A. V Oddział/Łódź

Adres banku: ?

Właściciel konta: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.

Kopernika w Łodzi

Adres właściciela: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Polska

Ze względu na potrzebę dłuższego czasu na dokonanie przelewu zagranicznego niniejszym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 29 lipca 2020 r.

Odpowiedź:

Ad 1) Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w treści Rozdziału XV SWIZ.

Ad 2) Tak

Ad 3) Jeden łączny przelew będący sumą wartości wadium za pakiet nr: 3,4,5.

Ad 4) IBAN: PL 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

Bank: PeKaO S.A. V Oddział/Łódź

Adres banku: Ul. Piotrkowska 288 Łódź

Właściciel konta: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.

Kopernika w Łodzi

Adres właściciela: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Polska

I. ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

Rozdział IV TERMIN I WARUNKI WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Winno być:

1. Termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego – max 84 dni od daty wezwania do dostawy sprzętu.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rozdział XV SWIZ

Wino być:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 8 033,00 zł.

Pakiet nr 1 – 2 506,00 zł

Pakiet nr 2 – 428,00 zł

Pakiet nr 3 – 249,00 zł

Pakiet nr 4 – 1 563,00 zł

Pakiet nr 5 – 3 287,00 zł

Załącznik nr 1 Formularz oferty: pkt II

Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń:
pakiet nr 4 pkt 15.
pakiet nr 4 pkt 18.
pakiet nr 4 pkt 30.

Załącznik nr 6 Wzór umowy: § 6 ust. 1, § 6 ust. 7

Zmiana w załączeniu do niniejszego pisma.

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w SIWZ.

Zmianie ulega:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 04.08.2020 r. do godziny 10:00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 04.08.2020 r. o godzinie 11:00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego i Radioterapii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr inż. Andrzej Karpiński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SPECJALISTA
mgr Agnieszka Guzicka



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

Dane wykonawcy:

Nazwa: Adres: Telefon osoby do kontaktu: Adres e-mail osoby do kontaktu: Adres internetowy: www.....	Adres skrzynki ePUAP: NIP: REGON: KRS/CEiDG: Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):
--	---

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę różnego sprzętu dla Pracowni Scyntygrafii** w ramach projektu pn. "Rozbudowa WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii" dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

I. CENA OFERTY

1. Składamy ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

Pakiet nr 1

Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
osłonka strzykawki 2.5 ml	20 szt.				
osłonka strzykawki 3 ml	5 szt.				
osłonka na strzykawki 5 ml	10 szt.				
osłonki na fiolki	10 szt.				
pojemnik osłonny transportowy na strzykawki w osłonach	2 szt.				
kosz na odpady radioaktywne	2 szt.				
ruchoma osłona przed promieniowaniem z szybą ze szkła ołowianego oddzielająca pacjenta od pielęgniarki przypadku pacjentów w tym stanie zdrowia wymagających ciągłego nadzoru	1 szt.				
blok grzejny	1 szt.				
SUMA:					

Pakiet nr 2

Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
przenośny monitor skażenia z możliwością pomiaru mocy dawki	1 szt.			
Radiometr – mierzący dawkę i moc dawki promieniowania jonizującego	1 szt.			

Pakiet nr 3

Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
przenośny monitor skażeń	1 szt.			

Pakiet nr 4

Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
bramka dozymetryczna – monitor skażeń dłoni i stóp	1 szt.			

Pakiet nr 5

Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
System kontroli radiacyjnej środowiska pracy	1 szt.			

II. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

1. Deklarujemy: **60 dniowy termin płatności**.
2. Deklarujemy termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego – **(max 84) dni** od daty wezwania do dostawy sprzętu.

III. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
- 2) zapoznałem(liśmy) się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte;
- 3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w SIWZ.
- 4) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania.
- 5) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]* - oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia;
- 6) Wadium w kwocie zł, zostało wniesione w dniu..... w formie
- 7) oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 8) oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach przesłanych do Zamawiającego, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
- 9) w celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie: tel. e-mail:.....
- 10) osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
- 11) oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

*należy skreślić niewłaściwy wariant

IV. Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT – dotyczy wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/ będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego	Wartość towaru bez kwoty podatku VAT
1...		

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

**należy skreślić niewłaściwy wariant*

V. MECHANIZAM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – dotyczy wykonawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

VI. PODWYKONAWCY:

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

- Część zamówienia:
- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy udział % podwykonawcy w całości zamówienia wynosi: _____%
- Nazwa (firma) podwykonawcy:

**Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.*

VII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – niepotrzebne skreślić*

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 2 do SIWZ – zmiana z dnia 17.07.2020 r.
Nr sprawy EZ.28.57.2020

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ (PAKIET nr 4)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego** dla projektu pn. "Rozbudowa WWCOT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii" dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Lp.	Opis minimalnych parametrów technicznych	Parametry i wartości wymagane	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać
Bramka dozymetryczna – monitor skażeń dłoni i stóp			
1.	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)	Podać	
2.	Typ/model	Podać	
3.	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): nie więcej niż 600 x 800 x 1500 mm	TAK	
4.	Waga < 60 kg	TAK	
5.	Wykrywanie promieniowania: alfa, beta, gamma	TAK	
6.	Dyskryminacja promieniowania alfa	TAK	
7.	Plastykowe scyntylacyjne detektory	TAK	
8.	Efektywny zakres energii: 200 keV – 2 MeV	TAK	
9.	Detektory na ręce: 4 szt. nie mniej niż 280 cm ²	TAK	
10.	Detektory na nogi: 2 szt. nie mniej niż 520 cm ²	TAK	
11.	Wydajność pomiaru (Am-241) > 40 %	TAK	
12.	Wydajność pomiaru (Cs-137) > 35 %	TAK	
13.	Sterowanie: PLC	TAK	
14.	Wyświetlanie: kolorowy ekran dotykowy TFT	TAK	

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

15.	Komendy głosowe w języku polskim		TAK	
16.	Pomiar tła automatycznie odejmowany		TAK	
17.	Możliwość definiowania progów alarmowych		TAK	
18.	Sygnalizacja alarmu: akustyczna, optyczna (światła alarmowe), głosowa		TAK	
19.	Wyświetlane wielkości: ilość zliczeń (cps) lub Bq		TAK	
20.	Lokalne archiwum danych: możliwość eksportu do komputera		TAK	
21.	Zgodność z normą IEC 61098		TAK	
22.	Komunikacja bramki z siecią Ethernet, porty USB		TAK	
23.	Kalibracja nie starsza niż 2 miesiące przed dostawą		TAK	
24.	Gwarancja na 24 miesiące		TAK	
25.	Szkolenie dla personelu z obsługi urządzenia w wymiarze 1 godziny dla 4 osób (fizyk, lekarz, pielęgniarka, radiochemik), potwierdzone imiennym certyfikatem		TAK	
	WARUNKI GWARANCJI I SZKOLENIA			
26.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.	TAK/PODAĆ 24 miesiące – 0 pkt. Wydłużenie o 6 miesięcy, tj. do 30 m-cy – 20 pkt. Wydłużenie o 12 miesięcy, tj. do 36 m-cy – 40 pkt.		
27.	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.	TAK		
28.	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.	TAK		
29.	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy zgodnie z zaleceniami producenta, gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.	TAK		
30.	Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dany element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy.	TAK		
31.	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych., przypadku napraw zagranicznych 10 dni.	TAK		
32.	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.	TAK		
33.	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w Pracowni scyntygrafii w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w	TAK		

	<p>następującym wymiarze godzin:</p> <p>Personel lekarski – 4 osoby po 1 godzinie</p> <p>Fizycy – 4 osoby po 1 godzinie</p> <p>Personel medyczny – 4 osoby po 1 godzinie</p> <p>Personel pielęgniarki – 4 osoby po 1 godzinie</p> <p>Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.</p> <p>Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.</p>		
--	---	--	--

UMOWA NR EZ.28.57.2020.....
z dnia

zawarta przez:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599 z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez

zwane dalej **Zamawiającym**

z

firmą

(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica,

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) **na dostawę (pakiet nr....) dla projektu pn. "Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii"** o łącznej wartości zł brutto (słownie:)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: (pakiet nr) zwany w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub sprzętem, zgodnie ze specyfikacją – Załącznik Nr 2 do Umowy – do
2. Przedmiotowy zakup współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00.
3. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych.
5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji,
 - Deklaracja zgodności na wyroby medyczne (jeśli dotyczy);
 - paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji (jeśli dotyczy);
 - instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim (po dwa egzemplarze);

§ 2
REALIZACJA

1. Termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego – dni tj.: do dnia od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Wykonanie dostawy potwierdzone zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę. Instalacja i uruchomienie udokumentowane zostanie protokołem z wykonanych prac, podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

3. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3 DOKUMENTY

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

§ 4 ZAPŁATA ZA TOWAR

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację niniejszej umowy kwotęzł netto,zł brutto/słownie:
2. Kwota, wskazana w ustępie poprzedzającym, obejmuje całość realizacji zamówienia, w szczególności:
 - a) koszty transportu przedmiotu dostawy do Zamawiającego,
 - b) koszt ubezpieczenia transportu części do Zamawiającego,
 - c) Koszty wszystkich prac związanych z instalacją i uruchomieniem sprzętu przez serwis posiadający autoryzację.
 - d) Koszty wszystkich prac serwisowych związanych z diagnostyką, naprawami oraz wymianą części – w ramach gwarancji,
 - e) inne koszty związane z realizacją Umowy.
3. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę, wskazaną w ust. 1, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru sprzętu.
4. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
5. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy przedmiotu umowy którego ta faktura dotyczy.
6. Zapłata za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ust. 3.
7. Jeżeli po odbiorze i instalacji sprzętu zostały stwierdzone w nim wady a nie nastąpiła jeszcze zapłata za Przedmiot Umowy, termin płatności za Przedmiot Umowy rozpoczyna swój bieg od dnia jego wymiany i uruchomienia.
8. Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.
11. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
12. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.
13. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> Numer PEPPOL: 7292345599

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonych części, kompatybilności z urządzeniem. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową. Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia, w którym upłynął dodatkowy termin wyznaczony przez Zamawiającego do wykonania czynności objętych umową.

§6 WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.
2. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
4. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
5. Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
6. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
7. W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie zastępczego komponentu tej samej klasy na czas naprawy.
8. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia w dni robocze w godzina 8-16.
9. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

§7 KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
 - a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostawy lub przerwie wykonywanie dostawy towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
 - b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;
 - c) za opóźnienie w dostarczeniu towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;
 - d) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.
 - e) za nie przeszkolenie pracowników o których mowa w § 1 pkt. 3 we wskazanym terminie. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto całej

- umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
 - a) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiot zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym.
 - b) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie go zamiennym.
 - c) zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
 - d) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmiana ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian;
 - e) zmiany wynagrodzenia na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe;
 - f) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę jednak nie dłużej niż o kolejne 60 dni roboczych w stosunku do wymaganego terminu realizacji zamówienia, z wyłączeniem przypadku opisanego w lit. g.
 - g) zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku wydłużenia okresu realizacji Projektu pn.: **"Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii"** zmiany terminu przeprowadzenia szkoleń, jeżeli z przyczyn dotyczących Zamawiającego nie będzie możliwe ich przeprowadzenie w terminie wskazanym w § 1 pkt.3.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. a-g następuje na uzasadniony (udokumentowany) wniosek Wykonawcy złożony przed upływem pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

§ 9 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Kinga Gromek- Dział Realizacji Projektów i Rozwoju tel: 426895898, fax: 426895928 e-mail:k.gromek@kopernik.lodz.pl oraz Kierownik Ewelina Pietrzak (tel: 426895394, fax: 426895396 ewelina.pietrzak@kopernik.lodz.pl- Dział Aparatury Medycznej
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest..... /imię i nazwisko, adres e-mail telefon/.....

§ 10 ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Każda ze stron zobowiązana jest:

- a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
- b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następce prawnego.

§ 11

PRZEPISY DOTYCZĄCE BHP I P.POŻ.

1. Wykonawca realizujący na rzecz WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi dostawę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.
2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).
3. Strony zawierają Porozumienie do Umowy stanowiące Załącznik Nr 3 do Umowy w sprawie współpracy z Wykonawcą dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP.

§ 12

AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

§ 13

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3),
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:
4. w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,
5. w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych,
6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

1. *Formularz Oferty*
2. *Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń*
3. *Porozumienie BHP*

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

POROZUMIENIE BHP

do Umowy nr..... z dnia

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 Łódź
ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403,
zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

firmą z siedzibą, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS :, NIP, REGON :
zwaną dalej Wykonawcą.

§1

Ilekoć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Ilekoć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentów.

§4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, który sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowiązków Koordynatora należy:

- a) nadzór w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Centrum,
- b) doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokolowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Centrum),

- c) kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1 w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania ww. pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,
- e) informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Centrum oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach,
- f) ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

- a) przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
- b) informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
- c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
- d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,
- e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.
2. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych pracowników.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.
2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Centrum odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Centrum powinni:

- a) posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,
- b) posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,
- c) znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny,
- d) znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,
- e) znać i przestrzegać obowiązujące w Centrum procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,
- f) umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,
- g) znać zagrożenia występujące na terenie Centrum,
- h) posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,
- i) posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Centrum spełniają wymagania wymienione w §9.

§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§12

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego.

§14

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

.....
pieczętka i podpis Zamawiającego

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

.....
pieczętka i podpis Koordynatora BHP