

EZ.28.57.1117..... 2020.AG

Łódź, dnia 20.07.2020 r.
Nr sprawy: EZ.28.57.2020

Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę różnego sprzętu dla Pracowni Scyntygrafii** w ramach projektu pn. "Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii" dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

niniejszym przesyłamy prośbę o wyjaśnienia dotyczące EZ.28.57.2020.

Załącznik nr 2 do SIWZ - (PAKIET nr 4) zawiera wymaganie dotyczące monitoru skażeń dłoni i stóp:

3. Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): nie więcej niż 600 x 800 x1500 mm

Pytanie: Czy zostaną zaakceptowane następujące wymiary: (szerokość x głębokość x wysokość): 822 x 825 x 1438 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr inż. Andrzej Kasprzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
SPECJALISTA
mgr Agnieszka Guzicka

