



EZ.28.57. ^{M34}..... 2020.AG

Łódź, dnia 21.07.2020 r.
Nr sprawy: EZ.28.57.2020

Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę różnego sprzętu dla Pracowni Scyntygrafii** w ramach projektu pn. "Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii" dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 2 (pakietu nr 1), Lp. 30. „Osłonki na fiolki-kolorowe naklejki do identyfikacji”
Czy zamawiający dopuści osłonki w różnych kolorach zamiast kolorowych naklejek? Takie rozwiązanie znacznie ułatwi pracę zamawiającego i nie naraża go na dodatkowe koszty związane z wymogiem ciągłego zakupu naklejek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 2 (pakietu nr 1), Lp. 35. „Pojemnik osłonny transportowy na strzykawki w osłonach – wymiary wewnętrzne co najmniej 20,3 x 4,8 x 5 cm (dł. x szer. x wys.)”
Czy zamawiający dopuści pojemnik osłonny transportowy na strzykawki w osłonach o wymiarach wewnętrznych 21,3 x 4 x 4 cm (dł. x szer. x wys.)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 2 (pakietu nr 1), Lp. 40. „Kosz na odpady radioaktywne – wymiary zew.: co najmniej 23 x 33 x 69 (95) cm (szer. X gł. X wys.)”
Czy zamawiający dopuści kosz na odpady radioaktywne o zewnętrznych wymiarach 37 x 37 x 59 cm (szer x gł x wys.)? Kosz taki pojemnościowo jest podobny do wymaganego od zamawiającego (ok. 20 litrów).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Dotyczy SIWZ, Punkt nr IV, podpunkt nr 1. „TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA: (...) Termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego – max 30 dni od daty wezwania do dostawy sprzętu”
Czy zamawiający przedłuży termin dostawy do min. 12 tygodni od daty wezwania do dostawy sprzętu? Okres 30 dni na jednoczesne wyprodukowanie oraz dostawę nie jest wystarczający. Producenci zazwyczaj potrzebują ok 10 tygodni na produkcję i dostawę sprzętu do wykonawcy, dodatkowo aktualna sytuacja z COVID-19 oraz fakt, że nastąpił okres wakacyjny wydłuża ten termin o min, dodatkowe 2 tygodnie.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź: W dniu 17.07.2020 r. (pismo EZ.28.57.1111.2020) Zamawiający wydłużył termin dostawy do 84 dni.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (Umowa), §7 punkt 1, podpunkt C): za opóźnienie w dostarczeniu towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

Prosimy o zniesienie kar umownych związanych z nieterminową dostawą sprzętu, ponieważ czas dostawy jest nieproporcjonalnie do realiów krótki. Fakt, iż wykonawca ma 30 dni na dostawę sprzętu i kary umowny 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki skutkować będzie niepotrzebnie zawyżonymi cenami wymaganego przez zamawiającego sprzętu.

Odpowiedź: W dniu 17.07.2020 r. (pismo EZ.28.57.1111.2020) Zamawiający wydłużył termin dostawy do 84 dni wobec tego postanowienia wzoru umowy §7 punkt 1, podpunkt C) pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6

Dot. Załącznik nr 2 do SWIZ, pakiet 4, pkt 3,: „Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): nie więcej niż 600 x 800 x 1500 mm.” Czy Zamawiający przyjmie urządzenie o wymiarach: 820 x 700 x 1160 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
łódzkiego Wiospccjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr inż. Andrzej Kasprzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź


SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SPECJALISTA

mgr Agnieszka Guzicka



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU