

EZ.28.68.1209.2020.OK

Łódź, dnia 06.08.2020r.

Numer sprawy: **EZ.28.68.2020**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

### Odpowiedź i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

#### W toku postępowania zostało zadane pytanie:

##### Pytanie 1

Czy Zamawiający w pak 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z dużymi otworami bocznymi, markerem, dł. 28cm F4.8 podwójnie zagięty z drutem prowadzącym o średnicy 0,89mm, prosty z elastyczną końcówką 3cm. W skład zestawu wchodzi: stent moczowodowy, pozycjoner stentu, drut prowadzący?

##### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

##### Pytanie 2

Pakiet nr 1, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający miał na myśli przewodnik o średnicy .035 cala?

##### Odpowiedź:


Zamawiający wymaga przewodnika o średnicy 0,35 cala. Zamawiający w tym zakresie modyfikuje załącznik nr 2 – zmodyfikowany formularz asortymentowo – cenowy w załączeniu do niniejszego pisma.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



### Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów z dwoma rodzajami popychaczy do wyboru (popychacz do uryso o długości 70 cm lub popychacz sterowalny o długości 50cm)?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji:

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie ulega:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 24.08.2020r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 24.08.2020r. o godzinie 11:00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
*mgr inż. Andrzej Kasprzyk*

SPECJALISTA  
Dział Zamówień Publicznych  
*mgr Alena Kowalczyk*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

