

EZ.28.70.116...2020.AG

Łódź, dnia 20.07.2020 r.
Nr sprawy: EZ.28.70.2020**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dzierżawę jeźdźnego cyfrowego aparatu RTG** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.

I. W TOKU POSTĘPOWANIA ZOSTAŁY ZADANE NASTĘPUJĄCE PYTANIA DO TREŚCI SIWZ.**Pytanie nr 1**

Pkt. F.1 Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 8" i rozdzielczości min. 800x600 pikseli umożliwiający obsługę aparatu w zakresie opisanym w punktach F2-F5

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i modyfikację wymagania na następujące:

Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 8" i rozdzielczości min. 800x600 pikseli umożliwiający obsługę aparatu w zakresie opisanym w punktach F2-F3

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2

Pkt. G.15 Możliwość pracy aparatu z posiadanymi przez Zamawiającego detektorami bezprzewodowymi Carestream DRX-1C

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pod powyższym zapisem rozumie również możliwość obsługi posiadanych detektorów bezprzewodowych Carestream DRX-1C przez stację technika oferowanego aparatu rtg.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3

Pkt. H.1 Autoryzowany serwis producenta w Polsce

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dołączenia do oferty autoryzacji na świadczenie usług serwisowych na terenie Polski.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

II. ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń: Pkt. F1
Zmiana w załączeniu do niniejszego pisma.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SPECJALISTA

mgr Agnieszka Guzicka



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

DYREKTOR
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Andrzej Kasprzyk