

EZ.28.92.\_\_\_\_.2020.MJ

Łódź, dnia 01.12.2020r.  
Numer sprawy: EZ.28.92.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

**1. W toku postępowania wpłynęły następujące pytania:**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od zgłoszenia danej reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. b), c), d), e), f), g):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:

b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;

c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru;

d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru;

e) za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

f) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w szczególności dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej/ nienależyte wykonanej części zamówienia.

g) za opóźnienie w dostarczeniu faktury Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % dostarczonej w terminie partii towaru bez wymaganej faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostarczenia faktury licząc od daty dostarczenia partii towaru. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostarczonej w terminie partii towaru bez wymaganej faktury.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. W związku z zapisem § 13 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

**Odpowiedź:** Stan majątkowy Zamawiającego jest co do zasady stabilny, jednakże Zamawiający posiada opóźnienia w płatnościach należności na rzecz kontrahentów wynoszące nawet kilka miesięcy. Powyższe jest skutkiem obciążenia Szpitala znaczną stratą z lat ubiegłych i koniecznością obsługi zaległych zobowiązań oraz niewystarczającym bieżącym poziomem finansowania działalności leczniczej z NFZ.

Sytuacja majątkowa WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.08.2020 roku

Aktywa trwałe	201 547 603,01 zł
Aktywa obrotowe	81 676 254,20 zł
Suma pasywów	283 223 857,21 zł
Zobowiązania i rezerwy	363 466 014,00 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	142 171 868,48 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 904 689,97 zł
w tym:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
wymagalne	5 380 201,12 zł

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 13 ust. 1 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 13 ust. 3: „...Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pakiet nr 11 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. nr 1 do osobnego pakietu. Obecna konstrukcja pakietu tj. wymóg zaofiarowania w poz. nr 2 i 3 łyżek i rękojeści z podwójnym światłem LED/UV znacząco ogranicza zasady zachowania uczciwej konkurencji. Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko na jednego wykonawcę.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, ze względu na brak możliwości wydzielenia pozycji z pakietu w ogłoszeniu

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje**

Pakiet 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści tyżkę do laryngoskopu źródłem światła umieszczonym w tyżce jednorazowego użytku typu McIntosh z podwójnym światłem LED/UV. Dostępne rozmiary 0,1,2,3,3+,4 do wyboru przez zamawiającego. Nieodkształcająca się tyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

Pakiet 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękojeść standard lub krótka do laryngoskopu jednorazowego użytku wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z tyżkami z pakietu 2. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt. Rękojeść z zasilaniem do źródła światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV, rękojeści pakowane pojedynczo. Rodzaj rękojeści do wyboru na etapie zamówienia przez Zamawiającego (krótka lub standard)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wymaga pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ**

Pakiet 28 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 23G x 2 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 28 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nakłuwaczy pakowanych w opakowania po 200 sztuk w opakowaniu oraz podanie ceny za opakowanie tj. 440 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia dającego wymaganą przez Zamawiającego ilość. Zamawiający wymaga aby formularzu cenowym w kolumnie "Cena jedn. netto" wpisać wycenę za jedno opakowanie, natomiast w kolumnie "W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź" należy oprócz pytania i odpowiedzi dodatkowo wpisać ilość sztuk w opakowaniu i ilość opakowań**

Pytanie 1 pakiet 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w pakiecie 5 pozycja 1 igieł typu Pencil Point 29G x 3½"

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

Pytania do przetargu Pakiet 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie odłączalnego worka laparoskopowego o pojemności 600 ml., rozmiar 7,5x17 cm, przechodzący przez trokar 10mm z prowadnicą 30cm. Worek umożliwiający łatwe, szybkie i bezpieczne pobranie i usunięcie resekowanych tkanek i narządów. Wzmocniony, metalowy pierścień zapewniający samoistne otwarcie worka, stały otwór ułatwiający pobranie nawet trudnych preparatów. Możliwość odłączenia worka pozwalająca na usunięcie pobranej tkanki w późniejszym czasie. Szew, pozostający w trokarze po usunięciu rękojeści worka, pozwalający na szybkie wydobycie pobranej zawartości w dowolnym momencie (woreczek na uwięzi). System umożliwiający również niezakłócone korzystanie z portu dostępowego celem wymiany narzędzi. Wykonany z mocnego wytrzymałego materiału odpornego na rozerwanie i uszkodzenie. Sterylny, pakowany pojedynczo? Pakiet 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie instrumentu laparoskopowego ssąco-płuczającego (grawitacyjny bez potrzeby podłączenia do pompy) z przezroczystą rękojeścią i drenem (rozgałęzionym na dwa) zakończony grotem, posiadający 2 przyciski oznaczone kolorystycznie: ssanie i płukanie (proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu). Ssak matowy, nie odbijający światła, posiadający tępe zakończenie z otworami bocznymi: 2 końcówki 5mm lub 10mm o dług. 38 lub 44cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielania, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności? Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi Zamawiającego na długość matowego ssaka w opisie: powinny być cm, nie mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy pakiet 25 - Czy zamawiający dopuści, worek UV do osłony worków żywieniowych zawierających żywność, rozmiar 35cm x 45cm, z otworem w dolnej części umożliwiającym podanie żywności w worku osłaniającym, w kolorze niebieskim ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 28 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań, pod warunkiem przeliczenia dającego wymaganą przez Zamawiającego ilość. Zamawiający wymaga aby formularzu cenowym w kolumnie "Cena jedn. netto" wpisać wycenę za jedno opakowanie, natomiast w kolumnie "W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź" należy oprócz pytania i odpowiedzi dodatkowo wpisać ilość sztuk w opakowaniu i ilość opakowań

Pytanie dot. pakietu 23.

Czy Zamawiający dopuści przewodnik hybrydowy o  $\text{sr. } 0,014'$ ? Pozostałe parametry wg SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### Pakiet 11

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści łyżki pochodzące od różnych producentów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ.

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści łyżki ze stopką mocującą wykonaną z innego materiału niż stop metalu (jak pozostała część łyżki)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści łyżki, które nie można używać w polu magnetycznym (MRI)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w poz. 1 ma na myśli i będzie wymagać wyraźnego oznakowania rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego zarówno na łyżce jak i na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w poz. 1, w celu pewnego i trwałego mocowania w rękojeści będzie wymagać haka do mocowania łyżki do rękojeści o długości 9 mm (+/- 1 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w poz. 1 w celu lepszej identyfikacji ze standardem ISO 7376 wymaga oznaczenia łyżki kolorem zielonym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga pakowania folia-folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w poz. 2 ma na myśli i będzie wymagać wyraźnego oznakowania rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego na opakowaniu jednostkowym, natomiast typ i rozmiar łyżki, producent bezpośrednio na łyżce?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

#### Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 klipsy tytanowe, sterylne do zamykania naczyń krwionośnych w rozmiarach:

Mikro XS – długość zamkniętego klipsa 2,6mm, szerokość klipsa 3,1mm

Small S - długość zamkniętego klipsa 3,6mm, szerokość klipsa 4,2mm

w opakowaniach po 180 sztuk, kompatybilne z klipsownicami PW615 oraz PJ120 firmy Vitalitec, wraz z bezpłatnym użyczeniem w/w klipsownic na czas trwania umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

Pakiet nr. 4

Lp. nr 1

Czy zamawiający dopuści: Zestaw do założenia przetoki nadłonowej (cystostomii) w rozmiarze Ch. 12 i Ch. 14 do wyboru przez zamawiającego w skład którego wchodzi:

- transparentny cewnik silikonowy ze zintegrowanym balonem z atraumatyczną prostą, centralnie otwartą końcówką (zintegrowany balon nie zwiększa zewnętrznej średnicy cewnika przed napełnieniem lub po opróżnieniu balona, co znacznie ułatwia usunięcie lub wymianę cewnika)
- balon o zróżnicowanej pojemności zapewniający bezpieczne umiejscowienie cewnika 5-10 ml
- doskonale tolerowany przez tkanki, 100% czysty antyalergiczny silikon
- wysoka odporność cewnika na inkrustacje,
- łatwo rozrywalna kaniula/igła ze specjalnym szlifem wykonana ze stali szlachetnej o długości 12 cm, w rozmiarze Ch. 15/5.0 mm dla cewnika Ch. 12 oraz Ch. 16,8/5,6 mm dla cewnika Ch. 14
- schodkowa zatyczka cewnika ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet nr 21

Lp. nr 1

Czy zamawiający dopuści: Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w rozmiarze Ch. 1.5 i Ch. 2.0, dzięki czemu pozostanie większa przestrzeń w kanale roboczym?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 11, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarze McIntosh 1,2,3,4?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiarów z godnie z SIWZ**

Pakiet 11, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści łyżki z oznaczeniem numeru serii na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ**

Pakiet 11, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści rękojeść wyłącznie w standardowym rozmiarze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

Pakiet 14 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga przewodnicy wzmocnionej, wykonanej z plecionki włókien żywiczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

Pakiet 14 poz. 1. W wymaganiach Zamawiający wspomina jedynie o przewodnicy dziecięcej (średnica od 2,6 do 3,3mm)? Czy Zamawiający wymaga również w tej pozycji przewodnic dla dorosłych (rozmiar 5,0)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**


Pakiet 14 poz. 2. W wymaganiach Zamawiający wspomina jedynie o przewodnicy dziecięcej (średnica od 2,6 do 3,3mm)? Czy Zamawiający wymaga również w tej pozycji przewodnic dla dorosłych (rozmiar 5,0 i 6,0)?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

Pakiet 14. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie prowadnice pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź: Nie**

Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka o pojemności 435 ml, rozmiar 11 x 20 cm z prowadnicą o długości min. 23 cm, z półprścieniem zapewniającym samoistne otwarcie worka.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

Czy zamawiający wydzieli w pakiecie 11 pozycje 1 w oddzielny pakiet co pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę oraz dopuści łyżki typu Macintosh w rozmiarze 1,2,3,4,5?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Brak możliwości dokonania zmiany w ogłoszeniu.**

Czy Zamawiający w pak 13 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Trokar Hassona 12mm Jednorazowy, sterylny. Trokar balonowy 12mm do mikrolaparotomii (metoda Hassona). Posiadający łatwo repozycjonowany piankowy mankiety oraz bezłateksowy balon do fiksacji. Zintegrowana redukcja 5-12mm. Długość kaniuli: 100mm. W zestawie strzykawka do napełniania balonu mocującego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Czy Zamawiający w pak 17 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw stentu moczowodowego typu 'double-j' 3F,4F,4,8F(do wyboru przez zamawiającego), dł. 12-20cm. Cewnik obustronnie otwarty, podwójnie zagięty, wykonany z poliuretanu, skalowany co 1 cm, widoczny w promieniach RTG, otwory drenujące rozmieszczone na pętlach cewnika i na całej długości, cewnik przystosowany do 12 miesięcznego utrzymania w moczowodzie bezłateksowy. W zestawie popychacz prosty. W zestawie drut prowadzący ze stali nierdzewnej powlekanej PTFE z elastyczną końcówką 0,018" dla 3Ch, 0,028" dla 4Ch i 4,8Ch; dł. 150cm. Etykiety samoprzylepne 3 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający w pak 18 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw stentu moczowodowego typu 'double j' z hydrożelem rozmiary CH6,CH4.8 (do wyboru przez zamawiającego), dł. 22-28cm;cewnik obustronnie otwarty podwójnie zagięty, wykonany z poliuretanu pokryty hydrożelem, skalowany co 1 cm, widoczny w promieniach RTG, otwory drenujące rozmieszczone na pętlach cewnika i na całej długości, cewnik przystosowany do 12 miesięcznego utrzymania w moczowodzie, bezłateksowy, w zestawie popychacz z funkcją sterowania ułożeniem cewnika poprzez jego przesuwanie przód -tył i obracanie. Zestaw zmontowany fabrycznie; w zestawie drut prowadzący ze stali nierdzewnej pokryty PTFE z elastyczną końcówką 0,028" dł.150cm,etykiety samoprzylepne identyfikujące sprzęt 3 szt?


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

Czy Zamawiający w pak 29 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik pooperacyjny typu Dufour, 3 - drożny: silikonowy, z balonem, dł. 42cm.

- rozmiar 18 (poj.bal.50ml)

- rozmiar 20 (poj.bal.60ml)

- rozmiar 22 (poj.bal.70ml)

zatyczka oddzielnie zapakowana, sterylna?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju. Odstępstwo nie będzie jednak większe niż 20% od wielkości orientacyjnych podanych w załączniku.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie może zagwarantować realizacji umowy w całości lecz oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości ze względu na to, że faktyczne zapotrzebowanie na zamawiany towar uzależnione będzie od czynników niezależnych od Zamawiającego, to jest od ilości pacjentów oraz rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych im przez Zamawiającego a także od aktualnej wiedzy medycznej i innej, związanej z działalnością podstawową Zamawiającego (działalność lecznicza). Zamawiający deklaruje jednak, że nie zawrze umowy na ten sam zakres przedmiotowy zamówienia z innym podmiotem, niż wyłoniony w toku niniejszego postępowania, do momentu zakończenia okresu obowiązywania umowy względnie do momentu zrealizowania umowy w całości**

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż ..... dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną umową stanowiącą załącznik do pisma.**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamy co do rodzaju i ilości, w dostępnej dawce, niekoniecznie zgodnej z umową, po



wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 c, d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie katy umownej z 2% na 1%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 e, f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie katy umownej z 10% na 7%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 g

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie katy umownej z 10% na 7%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych**

towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzycelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy pakietu Nr 23:

Prosimy o dopuszczenie oferty bez przewodnika hybrydowego, ale z dedykowanym przewodnikiem OTW do elektrody lewokomorowej o średnicy 0,014" o różnych twardościach.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 2

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia dającego wymaganą przez Zamawiającego ilość. Zamawiający wymaga aby formularzu cenowym w kolumnie "Cena jedn. netto" wpisać wycenę za jedno opakowanie, natomiast w kolumnie "W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź" należy oprócz pytania i odpowiedzi dodatkowo wpisać ilość sztuk w opakowaniu I ilość opakowań**

## 2. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

Zmianie ulega:

- Zmiana nr 1

Terminy:

- a. Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 11.12.2020 r. do godziny 10:00
- b. Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 11.12.2020 r. o godzinie 11:00

➤ Zmiana nr 2

Załączniki nr 6a i 6b – zmienione w załączeniu

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia nie ulegają zmianie.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

*dr n. med. Jerzy Badowki*

Sporządziła: M.Janikowska

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU