

Łódź, dnia 16.12.2020 r.
Nr sprawy EZ.28.106.2020

Zamawiający:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

Liczba stron specyfikacji: 61 + JEDZ /plik elektroniczny/

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Zatwierdził:
mgr Z. Andrzej Kasprzyk

Ilekoć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.). Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36.1 Ustawy Pzp. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl

Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest: **WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI**, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Tel: 42 689 58 10, 59 12.

Godziny pracy: 7.30 – 15.05.

Adres strony internetowej: www.kopernik.lodz.pl

Adres e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: [/WWCOiT/SkrytkaESP](https://www.ewp.gov.pl/WWCOiT/SkrytkaESP)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: **przetargu nieograniczonego** zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).
2. Ilekoć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. – dalej: ustawa PZP).
3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów, dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju

2. Zamówienie obejmuje **80 pakietów**. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.
3. Przedmiotowa dostawa finansowana jest ze środków własnych Zamawiającego.
4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
5. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno – finansowych.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod kodem i pojęciem:

Kod CPV	opis
33100000-1	urządzenia medyczne

8. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt medyczny spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
9. Zaoferowany sprzęt musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
10. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie przez okres: **36 miesięcy od daty obowiązywania umowy.**
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Aptekę Szpitalną - Sekcja Sprzętu Medycznego.**
3. Miejsce realizacji dostawy: **WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi – przez wyznaczone Magazyny Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.**
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu zamówionego przedmiotu zamówienia do Działu Sprzętu Medycznego i wystawieniu faktury VAT. Termin płatności wynosi **60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

V. INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3A ustawy PZP (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

VI. INFORMACJA ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 29 UST. 4.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

VII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) lub wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotów trzecich Zamawiający wymaga podania w treści oferty, która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawców) (o ile są znane na moment przygotowania ofert).
3. W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w w/w zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.

VIII. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A.

Nie dotyczy.

IX. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

X. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA I ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY.

Ofertę należy złożyć w odniesieniu do całości zamówienia lub wybranych pakietów.

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) **Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 - b) **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej**
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 - c) **Zdolności technicznej lub zawodowej**
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. XI. 1. 1) lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. XI. 1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP.
 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. XI.1.) niniejszej SIWZ zostaną spełnione – Zamawiający nie określa szczególnego obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych powyżej Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający **wykluczy**:
 - 2.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, **każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 – B3.**
 - 2.2 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, **każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 – B3.**
 - 2.3 Podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp, **każdy z tych podmiotów składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 – B3.**
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3. niniejszego rozdziału.
5. W celu skorzystania z instytucji samooczyszczenia Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy PZP do złożenia dowodów.

XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.

1. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:**
 - a) **Formularz ofertowy** – załącznik nr 1 do SIWZ.
 - b) **Formularz cenowy** – załącznik nr 2 do SIWZ
 - c) **Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium** (forma dokumentu zgodna z zapisami Rozdziału XV SIWZ).
 - d) **Pełnomocnictwo** – **jeśli dotyczy.**
 - e) **Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę** – **jeśli dotyczy.**
 - f) **Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia** – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi **załącznik nr 3** do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 - f.1) W przypadku **wspólnego ubiegania się o zamówienie** przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - f.2) Wykonawca, który powołuje się na **zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków

udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

f.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ.

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ - W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

a) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca przekazuje Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp**. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

– Oświadczenie, o którym mowa powyżej, winno być złożone wraz z dowodami **w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem**. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. a) następuje przy użyciu **kwalifikowanego podpisu elektronicznego** (przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).

– W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.

– Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

– oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO – W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

UWAGA:

Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14 Esaprojekt.

a) Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

A\ Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

A.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych, **wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

A.2) oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

A.3) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

A.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego.

- 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- 2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

B.5) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego.

- 1) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. zdanie pierwsze stosuje się.

- 2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

B.6) Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

B.7) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający odstąpi od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub

odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

C/ Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

C.1) Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

W przypadku gdyby któryś z parametrów nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela /dystrybutora producenta dotyczące spełniania tego parametru.

C.2) OŚWIADCZENIE O WYROBACH MEDYCZNYCH – Załącznik nr 5 do SIWZ

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJĄC NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY, BĘDZIE DYSPONOWAŁ NIEZBĘDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWCĘ Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTĘP DO ICH ZASOBÓW – W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

1) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1. f). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY – W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

6. WARUNKI WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY WSPÓLNEJ KILKU PRZEDSIĘBIORCÓW (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA).

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. *Pełnomocnictwo składane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się*

pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2291). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy;
 - b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW (Art. 26 ust. 6 ustawy PZP).

- 1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca wskaże Zamawiającemu, w której procedurze dostarczył te dokumenty.
- 3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
 - miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: **ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP** oraz
 - poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania, ogłoszenia TED lub ID postępowania.
3. Komunikacja prowadzona jest w języku polskim w formie elektronicznej i odbywa się zgodnie z:
 - a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.)
 - b) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
 - 4.1. Formularz złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku służy wyłącznie do:
 - wysłania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
 - zmiany oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
 - wycofania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

JEST TO JEDYNY SPOSÓB SKŁADANIA OFERT. Ofertę wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. XIII.1. niniejszej SIWZ należy najpierw podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a dopiero po podpisaniu należy poddać pliki kompresji do formatu ZIP. Następnie należy powstały plik zaszyfrować, **TYLKO RAZ**, „Aplikacją do szyfrowania”. Tak powstały plik należy przesłać do Zamawiającego.

4.2. „Formularz do komunikacji” służy do przekazywania do Zamawiającego prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, przesyłania wyjaśnień do Zamawiającego, uzupełniania dokumentów etc.

5. W formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z uregulowaniami, o których mowa powyżej oraz akceptuje ich postanowienia.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” wynosi **150 MB**.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, pytań do SIWZ, zawiadomień oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego.
10. Zamawiający udostępni identyfikator postępowania na swojej stronie internetowej www.kopernik.lodz.pl wraz z dokumentacją postępowania. Identyfikator postępowania dostępny jest także na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. – w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. - w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ. Wszelkie zmiany wprowadzone do SIWZ przez Zamawiającego

będą obowiązywały zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę. Natomiast zmiany wprowadzone na własną rękę przez Wykonawcę skutkować będą odrzuceniem oferty.

16. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
17. Treść wszystkich zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający /bez ujawniania źródła zapytania/ zamieści na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
19. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
p. Przemysław Szot – Apteka Szpitalna, tel. **42 689 51 08** w sprawach merytorycznych
p. Małgorzata Janikowska – Dział Zamówień Publicznych, tel. **42 689 59 11** w sprawach formalnych

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt osobisty w swojej siedzibie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Nr pakietu	Kwota wymaganego wadium
1	2 150 zł
2	3 528 zł
3	205 zł
4	300 zł
5	6 860 zł
6	242 zł
7	779 zł
8	308 zł
9	1 440 zł
10	13 zł
11	300 zł
12	1 038 zł
13	220 zł
14	224 zł
15	2 400 zł
16	117 zł

17	196 zł
18	125 zł
19	1 485 zł
20	8 160 zł
21	178 zł
22	5 890 zł
23	2 340 zł
24	23 445 zł
25	84 zł
26	13 999 zł
27	299 zł
28	638 zł
29	21 035 zł
30	78 zł
31	4 985 zł
32	2 zł
33	4 120 zł
34	100 zł
35	60 zł
36	450 zł
37	840 zł
38	42 zł
39	1 200 zł
40	5 890 zł
41	406 zł
42	155 zł
43	1 404 zł
44	115 zł
45	1 230 zł
46	1 624 zł
47	1 080 zł
48	676 zł
49	87 zł
50	500 zł
51	1 022 zł
52	864 zł
53	92 zł
54	1 188 zł
55	96 000 zł
56	1 050 zł
57	47 zł
58	2 668 zł
59	1 305 zł
60	26 928 zł

61	2 132 zł
62	263 zł
63	119 zł
64	526 zł
65	683 zł
66	5 812 zł
67	392 zł
68	504 zł
69	38 zł
70	78 zł
71	9 zł
72	4 480 zł
73	873 zł
74	1 985 zł
75	346 zł
76	288 zł
77	409 zł
78	2 736 zł
79	111 zł
80	3 300 zł
SUMA	279 286 zł

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części (pakietów) kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części (pakietów) zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.

2. Wadium może być wniesione w:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:

PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

Najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert z zaznaczeniem:

„Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego dla WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi – nr sprawy EZ.28.106.2020”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XV. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 2.2)-5). wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiedni dokument w formie oryginału. Wadium wniesione w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione odpowiednio w banku lub u ubezpieczyciela.
7. W przypadku braku możliwości wniesienia wadium w formie opisanej w pkt. 6 Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/ poręczenia powinien być dostarczony przed upływem terminu składania ofert w kopercie, która będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Kancelaria Szpitala

oraz opisana:

„Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi – nr sprawy EZ.28.106.2020”

8. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
 - a) być wystawione na Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź),
 - b) z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać **bezw warunków, na każde pisemne żądanie** zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
 - c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
9. Oferta Wykonawcy, nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium lub zabezpieczona w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP.
10. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą należy przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną spełnione we wszystkich tych częściach.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Narzędzia niezbędne do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępne dla Wykonawców na miniPortalu i na stronie internetowej Zamawiającego. Do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je

podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować i zapisać te pliki w formacie ZIP i dopiero zaszyfrować (**TYLKO RAZ**) „Aplikacją do szyfrowania”, a następnie załączyć do „**Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty**”.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i skompresować wraz z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum (ZIP), zgodnie z opisem w pkt.XVII.3.
6. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie danych .doc,.docx lub .pdf, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania został opisany w Regulaminie korzystania z miniPortalu. **Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z Regulaminem miniPortalu.** Ofertę należy złożyć w oryginale.
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w formie oryginałów w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy dołączonych do SIWZ.
9. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty.
10. **Pełnomocnictwo do składania ofert** składane jest w oryginale **opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy** lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2291). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
11. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby.
12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale XIII pkt. 2-7. SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy albo przez podwykonawcę składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, o której mowa w pkt. 12 powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii

dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się o wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo przez podwykonawcę.

15. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą, jak i na żądanie Zamawiającego w językach obcych mają być złożone z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie może zostać złożone zarówno w formie oryginału jak i elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ.
16. Zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
18. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm., Wykonawca którego to dotyczy winien złożyć je w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Do części jawnej należy załączyć oświadczenie o zakazie udostępniania oznaczonego jako tajemnica przedsiębiorstwa załącznika. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
19. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. za pomocą „**Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty**” dostępnego poprzez konto ePUAP i udostępnionego również na miniPortal. Sposób zmiany oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu oraz w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
21. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortal. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal. Wycofanie oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty wycofywane nie będą otwierane.
22. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
23. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt.1 Rozdziału XVIII, Zamawiający zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 01 2021r. do godz. 10:00 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/WWCOIT/SkrytkaESP.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty na konto ePUAP Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.
4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, Dział Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2021r. o godz. 11:00.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulując cenę zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i opłaty, w tym w szczególności koszty opłat wystawienniczych, ubezpieczeń, kosztów transportu, itp.
2. Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich.
4. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.
5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w szczególności w zakresie:
 - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r. poz. 847)
 - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
 - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska
 - powierzenia części zamówienia podwykonawcy
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
 - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,

- zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 12, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 12.

OBOWIAZEK WYKAZANIA, ŻE OFERTA NIE ZAWIERA RAŻĄCO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU, SPOCZYWA NA WYKONAWCY

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW

Lp.	Kryterium	Ranga	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	60 %	60,00 pkt
2.	Czas realizacji dostawy	20 %	20,00 pkt
3.	Czas realizacji reklamacji	10 %	10,00 pkt
4.	Termin ważności dostarczanego sprzętu	10 %	10,00 pkt

1.1. W kryterium **CENA (C)** zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 60 \%$$

C – wartość punktowa ceny;

C_{MIN} – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

C_B – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „**CENA**” wynosi **max 60,00 pkt**,

1.2. W kryterium **CZAS REALIZACJI DOSTAWY (CRD)** Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

- Czas realizacji dostawy: do 2 dni roboczych – 20 pkt.;
- Czas realizacji dostawy: od 3 do 4 dni roboczych – 0 pkt.;

Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania punktów pośrednich.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „**CZAS REALIZACJI DOSTAWY**” wynosi **max 20,00 pkt**,

2.3. W kryterium **CZAS REALIZACJI REKLAMACJI (CRR)** Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

- Czas realizacji reklamacji: do 24 godzin – 10 pkt.;
- Czas realizacji reklamacji: od 25 godzin do maksymalnie 120 godzin – 0 pkt.;

Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania punktów pośrednich.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „**CZAS REALIZACJI REKLAMACJI**” wynosi **max 10,00 pkt**,

2.4. W kryterium **TERMIN WAŻNOŚCI (TW)** Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

- termin ważności dostarczanego sprzętu: 24 miesiące i więcej – 10 pkt.;
- termin ważności dostarczanego sprzętu: od 12 do 23 miesięcy – 0 pkt.;

Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania punktów pośrednich.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „**TERMIN WAŻNOŚCI**” wynosi **max 10,00 pkt**,

Ocena końcowa oferty:

$$OK = C + CRD + CRR + TW$$

Gdzie:

OK – ocena końcowa oferty,

C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena,

CRD – ilość punktów przyznanych w kryterium czas realizacji dostawy

CRR – ilość punktów przyznanych w kryterium czas realizacji reklamacji

TW – ilość punktów przyznanych w kryterium termin ważności

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6A i B do SIWZ.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. **Wykonawca przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w chwili jej zawarcia, winien dostarczyć Zamawiającemu:**
 - a) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy),
 - b) umowę spółki cywilnej (jeżeli dotyczy),
 - c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy),
 - d) wszystkie dane kontaktowe niezbędne do wypełnienia umowy.

Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 może zostać potraktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.

6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. W razie konieczności niniejsza procedura zostanie powtórzona odnośnie kolejnych ofert w rankingu.
8. Przedmiot zamówienia musi posiadać właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211). Dokumenty te muszą być odpowiednie w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego. **Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów wraz z pierwszą dostawą.**

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 6a i b do SIWZ.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią **przed upływem tego terminu.**

7. Odwołanie wnosi się w terminie **10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: **10 dni** od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie **10 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. 2014r. poz. 101 ze zm.) – Kodeks postępowania cywilnego.

XXV. INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.

Nie dotyczy.

XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

XXVII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIX. INFORMACJE NA TEMAT AUCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

XXX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXXI. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@kopernik.lodz.pl;
- 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp).
- 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
- 2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
 - a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
- 4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:

L.P.	Oznaczenie załącznika	Nazwa załącznika
------	-----------------------	------------------

1	Załącznik nr 1	Formularz oferty
2	Załącznik nr 2	Formularz cenowy
3	Załącznik nr 3	Jednolity europejski dokument zamówienia – plik elektroniczny
4	Załącznik nr 4	Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
5	Załącznik nr 5	Oświadczenie o wyrobach medycznych
6	Załączniki nr 6	Wzór umowy

A. Ornoch
Gawłus

Dane wykonawcy:

Nazwa:

Adres:.....

Telefon osoby do kontaktu:

Numer faksu

Adres e-mail osoby do kontaktu:

Adres internetowy:
www.....

Adres skrzynki

ePUAP:.....

NIP:

REGON:

Nr KRS/CEiDG:

Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

I. CENA OFERTY

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto podaną w załączniku nr 2 do SIWZ.

II. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na następujących warunkach:

1. Deklarujemy: **60 dniowy termin płatności.**

➤ Deklarujemy czas realizacji dostawy sprzętu w terminie dodni (**maksymalnie 4 dni robocze**)

* Należy uzupełnić, czas realizacji dostawy, w przypadku nie wpisania ilości dni Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje maksymalny czas realizacji dostawy.

➤ Deklarujemy: godzin (**max 120 godzin**) termin realizacji reklamacji sprzętu.

* Należy uzupełnić, termin realizacji reklamacji, w przypadku nie wpisania ilości godzin Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje maksymalny termin realizacji reklamacji.

➤ Deklarujemy: miesięcy (**minimalnie 12 miesięcy**) termin ważności na dostarczony sprzęt liczony od momentu dostawy do Zamawiającego.

* Należy uzupełnić, termin ważności, w przypadku nie wpisania ilości miesięcy Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje minimalny termin ważności.

2. Oświadczamy, że zabezpieczyliśmy wystarczającą ilość oferowanego przedmiotu zamówienia pozwalającą na prawidłową realizację umowy.

III. OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. zapoznałem(liśmy) się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte;
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w SIWZ.
4. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania.
5. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]* - oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia;
6. Wadium w kwocie zł, zostało wniesione w dniu..... w formie
7. oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach przesłanych do Zamawiającego, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
9. w celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie: tel. e-mail:.....

10. osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

11. oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

**należy skreślić niewłaściwy wariant*

IV. Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT – dotyczy wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego	Wartość towaru bez kwoty podatku VAT
1.		

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

**należy skreślić niewłaściwy wariant*

V. MECHANIZAM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – dotyczy wykonawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

VI. PODWYKONAWCY:

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firy) podwykonawców*:

- a. Część zamówienia:
- b. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy udział % podwykonawcy w całości zamówienia wynosi: %

c. Nazwa (firma) podwykonawcy:

**Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.*

VII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – **DOTYCZY / NIE DOTYCZY***

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – niepotrzebne skreślić*

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.105.2020

Pakiet	lp.	Nazwa towaru/OPIS	Podmierzanie	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
			parametrów bezwzględnie wymaganych. Wskazać TAK/NIE											
1	1	Testy paskowe do glukometrów wraz ze 100 sztukami fabrycznie nowych – wliczonych w cenę oferty – glukometrów dostarczonych w dniu zawarcia umowy: -Płynny Testowe do walidacji glukometrów – wliczone w cenę oferty– -Płynny Testowe do walidacji glukometrów – wliczone w cenę oferty– -Szkolenie pracowników DAM z walidowania oraz podstawowych napraw glukometrów zakończonych wydaniem stosownego certyfikatu - wliczone w cenę oferty, - szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej max. 3 pracowników Zamawiającego, jedno szkolenie trwające 1h. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy sprzętu -Wymiana uszkodzonych glukometrów na nowe przez czas trwania umowy - wliczone w cenę oferty -System „no coding” -Samoiście zasysanie krwi przez kanał paska testowego. -Automatyczny wyrzut paszków. Paski i glukometry muszą być kompatybilne.				szt	430 000							
	1	Prowadniki: -ultra sztywne typu Amplatz wykonany ze stali nierdzewnej z miękką, sprężynową końcówką. Prowadnik pokrywany teflonem. Średnica 0,025", 0,032", 0,035" i 0,038", długość: 145cm, 180cm, 260cm, 300cm. Giętka końcówka o długości 3cm i 7cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie „J” o promieniu 3mm. - ekstrasztywny typu LUNDERQUIST: wykonany ze stali nierdzewnej, z miękką, sprężynową końcówką, której można nadać różny kształt. Prowadnik pokrywany teflonem. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 180 cm i 260 cm. Giętka końcówka o długości 3cm, 4cm, 5cm, 7cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie „J” o promieniu 3mm. ZAMAWIAJĄCY OKREŚLI KAŻDORAZOWO ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZĘTU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.				szt	400							

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet	lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Proszę podać parametry techniczne, bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczonego parametry należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
	2	Części do embolizacji -PVA w postaci granulowanego alkoholu poliwinylowego. Dostępne min. 6 różnych średnic, łatwy do aplikacji mieszany w środowisku jalowym (fiolka). Od 90 do 710 mikronów , kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,018" , średnice od 710 do 1400 mikronów , kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem 0,044" . Fiolka zawierająca 1ml. materiału.			szt	220								
	3	1 Sterylna osłona na przewody wykonana z folii PE, używana przy zabiegach wdechirurgicznych, długość min. 250 cm, szerokość 15 cm (+/- 2 cm). Wypasowana w perforowaną końcówkę, oraz taśmę samoprzylepną, sposób złożenia (teleskopowo) umożliwiający aseptyczną aplikację. Opakowanie posiada informacje o dacie i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.			szt	4 100								
	4	1 IGLY do EMG jednorazowe o rozmiarach: - długość 50mm x 0,46mm - długość 25mm x 0,30mm ZAMAWIAJĄCY OKREŚLI KĄDORAŻOWO ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZĘTU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.			szt	1 000								
		2 Suma							x					

Pakie t	ip	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów wymaganych Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczenia parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
5	1	Nożyki do zgrzewarki do jądrowego łączenia drenów Jednorazowe łączniki (nożyki) za pomocą których wykonywane są jądrowe połączenia drenów pomiędzy różnymi pojemnikami transferowymi pustymi lub zawierającymi składniki krwi - łączniki muszą być kompatybilne z posiadanym urządzeniem TSCDII, które służy do jądrowego łączenia drenów (gwarantuje układ zamknięty produkcji składników krwi).			szt	1300								
	2	Dodatkowy zestaw do czyszczenia szpiku kompatybilny z separatorem komórkowym Spectra Optia			szt	10								
	3	Zestaw do usuwania krwinek białych oraz czyszczenia szpiku kompatybilny z separatorem komórkowym Spectra Optia			szt	315								
	4	Płyn ACD(A) z łącznikiem typu luer-Connect Connect. Przeciwwzkrzepowy roztwór cytrynianu dekstrozy A (ACDA), do wykorzystania podczas procedur przeprowadzonych na separatorze komórkowym. Pojemnik zawiera bezpieczny łącznik AC Connect Connect. Objętość 500ml lub 750ml.			szt.	800								
	5	Adapter do podłączenia antykoagulantu/ spłuki, żeński luer), łącznik składający się z portu typu spłuki połączonego drenem z łącznikiem luer AC Connect Connect.			szt.	55								
6	1	Igła do biopsji gruboigłowej G14, dł. 10cm., kompatybilna z posiadanym przez szpital pistoletem Pro-MAG 2.2 ULTRA			szt.	390			x					
	2	Igła do lokalizacji i oznaczania zmian w piersi; posiada podziałkę centymetrową dł. 9 cm, śr. 21 G			szt.	95			x					
						6 Suma			x					

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Włospedjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiety	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Lp.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
1	<p>Szczypce biopsyjne jednorazowe, sterylne do pobierania materiału podczas gastroskopii żyłeczki:</p> <p>-owalne z okienkiem: i igłą mocującą, długość narzędzia robocza 1550mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm.</p> <p>-owalne z okienkiem:krawędzie typu "szczęki alligatora" z igłą mocującą, uchylne żyłeczki ułatwiające wykonanie biopsji stycznej, minimalna średnica kanału 2,8mm, długość robocza narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm.</p> <p>1</p> <p>-owalne z okienkiem: krawędzie typu "szczęki alligatora" z igłą mocującą, uchylne żyłeczki ułatwiające wykonanie biopsji stycznej, minimalna średnica kanału 2,8mm, długość robocza narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm.</p> <p>-uchylne ułatwiające wykonanie biopsji stycznej, minimalna średnica kanału 2,8mm, długość robocza narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm.</p> <p>ZAMAWIAJĄCY OKREŚLI KAŻDORAZOWO ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZĘTU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.</p>			szt	240								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w łodzi,

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku rozelenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
7	Szczypce biopsyjne jednorazowe do pobierania materiału podczas bronchoskopii, owalne żyłeczki z okienkiem: - i igłą mocującą do biopsji stycznej, długości narzędzia 1150mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, maksymalna średnica części wprowadzającej do endoskopu 1,9mm.												
	- i igłą mocującą, długość narzędzia 1150mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm.												
	- krawędzie gładkie, żyłeczki uchylne do biopsji stycznej, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, długość robocza narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm.			szt	540								
	, krawędzie typ "szczęki alligatora", żyłeczki uchylne do biopsji stycznej, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, długość robocza narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm.												
	ZAMAWIAJĄCY OKREŚLIŁ KAŻDORAZOWO ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZĘTU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.												
3	Szczotki jednorazowe długie do czyszczenia bronchoskopu - uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych, średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm, średnica włosia do czyszczenia gniazd endoskopowych 11mm, posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych, długość robocza 950mm, pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0-3,2mm			szt	50								
4	Szczotki jednorazowe długie do czyszczenia gastrokopu, uniwersalne szczoteczki dwustronne do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych, średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm, średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych dl. robocza 2200mm, pasuje do kanałów endoskopowych o średnicach 2,00-4,2mm.			szt	50								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Wzrost

Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/OPIS	Podanie	W przypadku dociegnięcia oferty na sprzet lub jego dopuszczony parametr nalezy wpisac pytanie i odpowiedz	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
			Parametry bezwzględnie wymagane. Wpisz TAK/NIE											
5	5	Szczotki jednorazowe długie do czyszczenia EBUa - jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopu, dł. robocza 950mm, średnica włosa 2,4mm, dł. włosa 5mm, pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm.			szt	150								
	6	Szczoteczki jednorazowe długie do czyszczenia EBUa - jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopu, dł. robocza 1650mm, średnica włosa 2,4mm, dł. włosa 5mm, pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0-1,5mm.			szt	150								
7 Suma						7 Suma								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Powierzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt dla tego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Lp.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
8	1	Kanister typu Thopaz 0,3l - nietkący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatkowe ciśnienie oraz komorę na wydzielinę. Pojemność 0,3l			szt	20								
	2	Kanister typu Thopaz 0,8l nietkący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatkowe ciśnienie oraz komorę na wydzielinę. Pojemność 0,8l			szt	200								
	3	Kanister typu Thopaz 0,3l z substancją żelującą - nietkący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, z proszkiem żelującym uwalnianym mechanicznie po wypełnieniu zbiornika, zawór upuszczający dodatkowe ciśnienie oraz komorę na wydzielinę. Pojemność 0,3l.			szt	20								
	4	Kanister typu Thopaz 0,8l z substancją żelującą - nietkący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, z proszkiem żelującym uwalnianym mechanicznie po wypełnieniu zbiornika, zawór upuszczający dodatkowe ciśnienie oraz komorę na wydzielinę. Pojemność 0,8l.			szt	30								
	5	Zestaw rurek typu Thopaz z pojedynczym łącznikiem do systemu Topaz. Jednorazowy dren dwukanalowy (dren pomiarowy i dren pacjenta), wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką pojedynczą. Długość 1,5m, średnica 5mm.			szt	50								
	6	Jednorazowy dren dwukanalowy (dren pomiarowy i dren pacjenta), wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką pojedynczą. Długość 1,5m, średnica 5mm.			szt	50								
	7	Zatyczka typu Thopaz			szt	10								
						8 Suma			x					

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wyisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczenia parametry należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
9	1 Sterylne 100% DMSO DMSO powinno znajdować się w strzykawkach posiadających dren, który można łączyć z drenażami pojemników do preparatyki za pomocą grzewarki do jałowego łączenia drenów. Objętość 100% DMSO 30ml			szt	360								
10	1 Probówki kriogeniczne Probówki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego przechowywanie ich w temp. poniżej -180st.C. Pojemność: 1,5 - 3ml Średnica poniżej 15mm Zakręcane przykrycie. Sterylne.			szt	600								
11	1 Zestaw do jejunostomii jednorazowego użytku, jałowy, zawierający: 2 kaniole rozrywalne 10 CH; 1 cewnik 8CH (dl. 80 cm); 2 strzykawki 3 ml + 2 igły; krążek do przymocowania cewnika do skóry			szt.	100								
12	1 Zestawy jednorazowe do aparatu odzyskującego krew z pola operacyjnego Autolog ATTLS014/32 będącego na wyposażeniu szpitala			szt.	60								
	2 Zestaw drenów do kłażenia pozastojowego kompatybilny z pompą Bio-Console 560 będącą na wyposażeniu szpitala			szt.	3								
13	1 Sterylna osłona na przewody wykonana z folii PE, używana przy zabiegach wideochirurgicznych, długość min. 250 cm, szerokość 15 cm (+/- 2 cm). Wyposażona w perforowaną końcówkę, oraz taśmę samoprzylepną, sposób złożenia (teleskopowo) umożliwiającą aseptyczną aplikację. Opakowanie posiada informację o dacie i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.			szt	4 400								
14	1 Strzykawki wkładane: Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml; Przezroczysty korpus wykonany z polikarbonatu; Gumowe zakończenie tłoka; Nakręcane końcówki męskie; • Dostępne z różnymi kolorami tłoków			szt	800								
15	1 Cewnik obwodowy niskoprofilowy hydrofilny zbrojony do pokonywania trudnych zmian Kompatybilny z prowadnikiem QJ35" i koszulką 4 Fr Długości od 65 do 150 cm Taperowana na 12 mm końcówka, zagłębiona lub prosta Przynajmniej jeden marker widoczny w skopii RTG na końcu dystalnym cewnika.Shaft wzmacniony odporny na załamanie struktury podłużnej Pokrycie hydrofilne minimum na dystalnych 40 cm			SZT.	400								
16	1 Zestaw narzędzi laryngologicznych (wziernik ucho, wziernik nos, szpatułka) „Zestaw do badania ucha,nosa i gardła /LOOKER 4mm/			SZT.	4500								
12 SUMA								x					

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	lp	Nazwa towaru/OPIS	Powierzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Lp.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
17	1	Nożyce laparoskopowe, sterylne, jednorazowe nożyczki zakrzywione z możliwością podłączenia energii mono lub bipolarniej, trzon średnicy 5 mm, długość bransz 16mm, długość trzonu 35 i 45cm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, dodatkowo posiadają rotujący się bolec do podłączenia przewodu energii mono lub bipolarniej - eliminując skrzywienie się przewodu.			szl.	60								
18	1	PLCC krótko- i średnioterminowy, centralny dostęp naczyniowy. Zamontowany, wyjmowany mandryn. Wytrzymałość ciśnieniowa do 300 psi (20,7 bar)Port boczny do przepłukania podczas wprowadzania cewnika. Cewnik musi być wykonany w technice zabezpieczającej przed jego zagięciem u nasady. Zestaw musi zawierać: Cewnik poliuretanowy ~60 cm, oznaczenie długości cewnika co 1 cm i opis co 5 cm, radiocieńniący, echogeniczna igła punkcyjna 21 G x 70 mm,Bezpieczny skalpel . Łącznik bezigłowy do zamknięcia światła kanałów,koszulka rozrywalna dł. 7 cm,Prowadnica nikielowo-tytanowa długości 45 cm,Opatrunek mocujący bezszwowy typu grip lock Strzykawka 3 –częściowa 10ml, Taśma miernicza do oceny długości cewnika.			SZT.	15								
19	1	Cewnik balonowy, system RX, RBP 12 atm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014" i 0,018". System 0,014" - długość systemu wprowadzającego 140cm, średnice 2,2;5;3;3,5mm i długości 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm, koszulka 5F. System 0,018" - długość systemu wprowadzającego 80cm (w zależności od średnicy) i 140cm, średnice 4,5,6,7mm i długości 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm (w zależności od średnicy), koszulka 5 -7F. Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich,umieszczone na zewnątrzręcznym rdzeniu drucianym, wyznaczają długość roboczą balonika.			SZT.	75								
20	1	Zestaw do plazmaferazy leczniczej do separatora Optia jednorazowego użytku: Zestaw jednorazowy, sterylny przeznaczony do plazmaferazy na separatorze Spectra Optia, składający się z pojemnika kolekcyjnego, odpowietrzającego, na osocze oraz drenów i kłnierza do wirówki. Obecność poziomego worka na odpady, przewodu z portem typu spike do podłączenia płynu zastępczego. Obecność łącznika Correct Connect do antykoagulantu.			SZT.	480								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Lp.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
21	1	Sterylnie 100% DMSO 50ml w strzykawkach zakończonych drenem, przeznaczone do prowadzenia preparatyki komórek krwiotwórczych w systemie zamkniętym. Produkt sterylny - zgodnie z Farmakopeą Europejską (EP). Minimalna zawartość DMSO 99,9%. Posiada znak CE. Wolny od substancji pirogennych, od mykoplazmy oraz od endotoksyn, zgodnie z Farmakopeą Europejską (EP). Objętość strzykawki powinna wynosić 50ml. Zastosowanie do krioprotekcji komórek macierzystych przeznaczonych do transplantacji.			SZT.	40								
22	1	Implanty o kształcie okrągłym, powierzchnia gładka lub minimalnie teksturowana - co najmniej 3 profile - zakres objętości: 120-700ml - dopuszczalna minimalna tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych			SZT.	120								
23	1	Ekspandery okrągłe gładkie - powierzchnia gładka - zastawka niezintegrowana (port połączony z ekspanderem drenem) - twarda podstawa - dopełnianie roztworem soli fizjologicznej - zakres pojemności 200 - 1000 ml - produkt sterylny - gwarancja 6 miesięcy od wszczęcia			SZT.	60								
1	1	Ekspandery profilowane/anatomiczne, teksturowane - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli - magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera - samouszczelniająca się, wzmacniona strefa wokół zastawki - magnetyczny detektor - powłoka teksturowana - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych - zakres objętości: 150-850 ml - wielkość kompatybilna z implantami - pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie - min. 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki - gwarancja 6 miesięcy od wszczęcia			SZT.	150								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	Nazwa towaru/OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczonej parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
24	1 Implanty profilowane/anatomiczne,teksturowane - min. 9 różnych kształtów - wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy III stopnia spoiwości - zakres objętości 120-750 ml 2 - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych - produkt sterylny - gwarancja bezterminowa			SZT.	340								
	3 Słizy (przymiany) profilowane/anatomiczne - słizy silikonowe - do 10-cio krotniej sterylizacji - zakres wielkości od 120 – 750 ml - wielkość kompatybilna z implantami			SZT.	30								
					24 suma			x					
25	1 Cewnik do drenażu klatki piersiowej typu Thorax jednorazowego użytku, jalowy. Wykonany z termoczułego PCV. Skośny koniec bliższy, niepowodujący urazów przy przechodzeniu przez ściankę klatki piersiowej. Okrągłe zakończenie końca cewnika. Znakowanie głębokości co 2 cm począwszy od ostatniego otworu. Linia RTG na całej długości. Rozmiary oznaczone kolorami na opakowaniu. Długość: 50 cm. 6 otworów, ostatni dolny, boczny otwór na znaczniku RTG. Posiadający posiling zabezpieczający przed wykręcaniem wydzieliny na ścianie drenu. Rozmiar CH20-36			SZT.	1400								
	ZESTAW DO DRENAŻU (kpl 2 but.) Zestaw dwubutłowy plastikowy do drenażu kł. piersiowej sterylnej jednorazowego użytku. Pojemność komory kolekcyjnej3000 ml, regulacyjnej 700ml zapewniającej siłę ssania min.20 cm H2O. Płyta mocująca zapewnia stabilne położenie butli ,zintegrowany wieszak do mocowania butli . Wyrażna podziałka co 25ml na komorze kolekcyjnej . Możliwość utrzymania stałego oporu zastawki wodnej bez względu na stopień wypełnienia w całym zakresie pojemności . Elastyczne dreny nie zapadające się przy podciśnieniu do -350 mmHg. Zabezpieczony przed zagnianiem przy ujęciu z butli . Dren pacjenta o dł. Min.150 cm, z ryflowanymi nakrętkami do butli ułatwiającymi opróżnianie zestawu.			SZT.	5400								

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	Nazwa towaru/OPIS	Powierzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametry należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
26	ZESTAW DO DRENAŻU (kpl 1 but.)												
	2 Zestaw jednorazowy plastikowy do drenażu kl. piersiowej sterylnej jednorazowego użytku . Pojemność 3000ml ,elastyczne drewny nie zapadające się przy podciśnieniu do -350 mmHg. Zabezpieczony przed zagnieciem przy uścisku butli . Dren pacjenta o dł. min. 150 cm , z ryflowaną nakrętką do butli ułatwiającą opróżnianie zestawu.			SZT.	20								
	3 BUTLA DO DRENAŻU OPŁUCNEJ 3 L- BERYL MED Wymienna komora kolekcycyjna ,sterylna , jednorazowego użytku , o pojemności 3000 ml, wyrażna podziałka co 25 ml.			SZT.	6/100								
	4 Zestaw do drenażu opłucnej zawiera: igła do wkłucia, cewnik z kranikiem trójdrożnym, strzykawka 60 ml, worek			SZT.	1900								
5	Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 2,5mm i 3mm po zamknięciu. Jednołita grubość klipsa na całej jego długości (brak przewężen) eliminujący ryzyko rozwarcia się założonego klipsa pod wpływem ciśnienia krwi. Rowkowanie poprzeczne na wewnętrznej części klipsa eliminujące przesunięcia poprzeczne na naczyń. Kształt podkowy w magazynku powodujący, że klips zamyka się zaczynając od swoich końców, eliminując możliwość wysunięcia się naczynia z jego uścisku. W magazynku 6 szt.klipsów. Sterylne.			magazynek	144								
	Wyposażenie zamawiającego na czas trwania umowy w jedną klipsoownicę wielokrotnego użycia przeznaczoną do zabiegów klasycznych, kompatybilną z klipsami tytanowymi,małymi. Długość instrumentu 15cm. Koszt wyposażenia wliczony w cenę oferty.												
27	1 Zestaw infuzyjny do cytotatyków bez PCV z filtrem 0,2 µm. Komora kroplowa dwuczęściowa, osłona na kołec aparatu po użyciu w zacisku rolkowym, Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym.			SZT.	1300			x					
28	1 Kranik trójdrożny zamknięcia Luer-lock. Nakrętka ruchoma osłowo i promienniki dla łatwego włączenia w linie			SZT.	24000								
						26 suma							

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów biomedycznych wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczenia parametry należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
29	1 Aparaty do przetoczeń krwi TS - Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości fiolanków (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyty na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorocznej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne.			SZT.	175000								
	2 Aparaty do przetoczeń płynów IS - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65 mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła bioroczna ścięta dwupłaszczowa wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyty na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorocznej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne			SZT.	1250000								
30	Filtr infuzyjny z odpowietrzeniem z filtrem hydrofilowym, membraną o średnicy porów nie większej niż 0,2µm z odpowietrzeniem niezależnym od położenia filtra, końcówka typu Luer-lock. Efektowna powierzchnia filtracyjna nie mniej niż 4,0 cm2, objętość obudowy do 0,8 ml, obudowa płaska.			SZT.	300			x					
		1 Maska tlenowa dla dorosłych		SZT.	40000								
31	2 Maska tlenowa dla dzieci			SZT.	2600								
	3 Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych			SZT.	13000								
	4 Maski tlenowa z nebulizatorem dla dzieci			SZT.	5000								
32	Jalowy nożyk do testów alergicznych			SZT.	450			x					
					31 suma								
					29 SUMA								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Pakiet t	lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów wymaganych, wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczenia parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
33	1	<p>Aplikator typu "mini spike" służący do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania leków,</p> <p>- przeznaczony do pracy z lekami cytotoksycznymi (aplikator typu "chemo"),</p> <p>- standardowy kolec,</p> <p>- sterylny,</p> <p>- niezawierający: lateksu, PCV, DEHP,</p> <p>- wbudowany na stałe filtr aerozolowy 0,2 µm,</p> <p>- wbudowany na stałe filtr cząsteczkowy 5 µm,</p> <p>- samouszczelniający się, bezigłowy port aktywowany po przyłączeniu strzykawki Luer-Lock, port o płaskiej powierzchni</p> <p>Uwaga: zamawiający dopuszcza zaoferowanie aplikatora posiadającego port osłonięty zatyczką w przypadku aplikatora posiadającego zastawkę automatycznie otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki, aktywowane połączeniem Luer-Lock (końcówka z zastawką chroniącą przed wyciekami leku przy odłączonej strzykawce).</p> <p>Zamawiający wymaga 2 sztuk próbek.</p>			SZT.	41200								
34	1	Cewnik Mailecot z usztywniającym prostującym sztyłem, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan dł 35cm w rozmiarach 8F, 10F i 12F			SZT.	25								
35	1	Cewnik nefrostomiijny z poliuretanu posiadający otwory drenujące rozmieszczone na całej długości, zakończony luer lock i jednodrożny kranik regulujący przepływ moczu. Igła punkcyjna 2 częściowa widoczna w USG. Prowadnik o śr. 0,035" dł. 80cm, giętki. Uniwersalny łącznik luer lock z małym lekiem. Rozmiary Fr 6, Fr 8 i Fr 10			SZT.	25								
36	1	Gastrostom-sonda do sztucznego karmienia. Wykonana z 100% silikonu nieprzepuszczającego promieni rentgenowskich z wewnętrznym balonem żołądkowym. Tarcza zatrzymująca zewnętrzną z 100% silikonu. Opakowanie wewnętrzne zawierające sterylne żel samosmarujący. Zaopatrzone końcówka z otwartym dystalnym końcem. Balon żołądkowy do zatrzymywania wewnętrznego. Długość sondy 23-24cm. CH 12-14 balon od 5ml CH 16-24 balon od 20ml Port Y z zatyczkami.			SZT.	150								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Powierzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczonej parametry należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
		Elektroda do czasowej stymulacji serca <ul style="list-style-type: none"> • Zakres rozmiarowy 4-7F • Długość robocza nie krótsza niż 112 cm, • Długość całkowita nie krótsza niż 125 cm • Barwny kod rozmiarowy złączka centralnego 												
	37	1 <ul style="list-style-type: none"> • Pakowane w spirale zwiniającą rękę z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą elektrodę przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu i magazynowania • Dostęp do elektrod z balonikiem w pełnym zakresie rozmiarowym Należy załączyć oryginalne materiały informacyjne producenta wraz z tłumaczeniem na język polski			SZT.	300								
	38	1 RĘKAWICZKI WYKONANE Z EVA, BEZLATEKSOWE, BEZ PCV/GŁADKA POWIERZCHNIA, ZGRZEW WYTRZYMAŁY NA ROZERWANIE, AQL 1.5 LUB MNIEJ, KSZTAŁT UNIWERSALNY PASUJĄCY NA LEWĄ I PRAWĄ DŁOŃ, STERYLNE OPAKOWANIE PODWOJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ JAKOWEGO ZAŁOŻENIA, ROZMIAR 5"			par	600								
	39	1 Ileża do portów naczyniowych z motywkiem 22G i drenem zakrzywionym o szlifie atraumatycznym.			SZT.	5000								
	40	1 Stent samorozprężalny przelkowy nitinolowy, marki RTG wykonane z tantalu na obu końcach części pokrytej i na środku. Długość kołnierza 15 mm. Zestaw do aplikacji o dł. 70 cm. i śr. 7r. 24. Na końcu kołnierzy nylonowe nici do repozycjonowania. Dł. stentów: 60 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, śr. 20 mm, 24 mm, (kołnierz odpowiednio 24 mm, 28 mm).			SZT.	155								
	41	1 Pinoceta anatomiczna jednorazowa, sterylna, Pojedynczo pakowana, dł 14 cm (+/- 1cm), zamknięta się na całej powierzchni funkcjonalnej. Pakowana papier-foolia.			SZT.	25400								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Włospedjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Włospedjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Pakiet	tp.	Nazwa towaru/OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczenia parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
42	1	Balony do poszerzania zwężeń przełykowojelitowych; o zmiennej średnicy, zależnej od ciśnienia cieczy wewnątrz balonu, pozwalające na sekwencyjną dyatację zwięźnia za pomocą jednego narzędzia, posiadające po stronie złącza mekkę z jednoznaczna informacją o zależności średnicy od ciśnienia wewnątrz balonu, wykonane z w pełni przezroczystego materiału, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dyatacji przez ścianę balonu, z możliwością inflacji balonu kontrastem lub jego roztworem; z możliwością wprowadzania balonu po przewodniku (przewodnik w zestawie z balonem, długość balonu: 5,5 cm, średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, długość robocza 180 cm lub 240 cm , balony współpracują z kanałem roboczym 2,8 mm			SZT.	12								
43	2	Balony do poszerzania zwężeń przekłkowych; zamocowane na drucie, zakończone miękką, atraumatyczną końcówką prowadzącą, o zmiennej średnicy, zależnej od ciśnienia cieczy wewnątrz balonu, pozwalające na sekwencyjną dyatację zwięźnia za pomocą jednego narzędzia, posiadające po stronie złącza mekkę z jednoznaczna informacją o zależności średnicy od ciśnienia wewnątrz balonu, wykonane z w pełni przezroczystego materiału i posiadające zaokrąglone końce w celu możliwości obserwacji miejsca dyatacji poprzez ścianę balonu, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu RTG, przystosowane do pracy w granicach ciśnień 3 – 10 ATM, długość balonu: 8 cm, zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm; długość robocza 180 cm, balony współpracują z kanałem roboczym 2,8 mm			SZT.	130								
44	1	Urządzenie do pompowania balonów, pozwalające na inflację cieczy w zakresie ciśnień 1 - 26 ATM, w komplecie z manometrem , krążkiem i głętkim drenem przyłączeniowym			SZT.	120								
45	1	Worek do mocu jednodrogowy. Sterylny, pakowany pojedynczo. Worek wykonany z medycznego PCV, bezlepekowy Widoczna, czysta skała pomiarowa co 50 ml lub 100 ml. Zastawka antyzwrotna Szczelny, prosty w obsłudze zawór spustowy typu poprzecznego. Wzmocnione otwory na wieszak Dren o długości 90 cm, odporny na skręcanie i załamwanie. Miejsce połączenia worka z drenem nie ulegające zalamaniu Dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schockowym, zabezpieczony zatyczką.Pojemność 2000 ml.Oznakowanie CE			SZT.	82000								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet t	Lp.	Nazwa towaru/OPIS	Powierzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
46	1	Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zainpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorektydny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie może zawierać latexu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie białe z systemem łatwego rozdzielanego otwarcia.			SZT.	29000								
47	1	Wymienik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z uniwersalnym portem do odśysania i podawania tlenu dwie membrany z celulozy o minimalnej skuteczności nawiązania 29,0mg/l przy Vt 500ml waga nie większa niż 6,3g pakowany pojedynczo opakowanie folia - papier sterylny			SZT.	10000								
48	1	Igła do biopsji gruboigłowej kompatybilna z posiadanym przez szpital pistoletem Pro-MAG ULTRA 2.2. G14, dł. 10 cm			SZT.	1300								
49	1	Miniołowy koszyk do przechwytywania i dobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja koszyka umożliwia chwytanie, zmianę położenia, zwołnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Rozmiar od 1,7 FR do 2,2 FR długości min. 115 cm, rozmiar koszyka 8mm lub 11 mm do wyboru przez Zamawiającego			SZT.	10								
50	1	Nóż zabiegowy typu Wałwółotom do przecinania zastawek żylnych, w przypadku pomostów obwodowych "in site" u pacjentów z niedokrwieniem obwodowym kończyn			SZT.	10								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet	Opis	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisz TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź?	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
51	1	Syntezytyczny substytut opomy twardej typu Neuro-Patch. Wodoszczelny, niewchłaniający, o mikroporowej strukturze. Umożliwiający docinanie do odpowiedniego kształtu i łatwe wstawianie w ubrytek opomy twardej												
		1 Rozmiary [cm]: 1.5x3			SZT.	6								
		2 Rozmiary [cm]: 2x10			SZT.	8								
		3 Rozmiary [cm]: 4x5			SZT.	8								
		4 Rozmiary [cm]: 4x10			SZT.	6								
		5 Rozmiary [cm]: 6x8			SZT.	18								
		6 Rozmiary [cm]: 6x14			SZT.	4								
		7 Rozmiary [cm]: 12x14			SZT.	6								
		8 Rozmiary [cm]: 5x6			SZT.	4								
		9 Rozmiary [cm]: 8x9			SZT.	4								
							51 SUMA		x					
52	1	Klipsy polimerowe zatrzaskowe, wykonane z niewchłaniającego polimeru, zintegrowane przeciwstawne ząbki zapewniające stabilność na tkankach, zamek gwarantujący bezpieczeństwo wraz ze zwrótnie wyczuwalnym zamkiem, uchwyt stabilizujący klips w klipsownicy eliminujący możliwość wypadnięcia, zasobnik(ladunki) z 6 klipsami, niepowodujące zakłóceń w rezonansie magnetycznym, kompatybilne z klipsownicą 0301-04M1E. Kompatybilność musi być potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów.			ładunek	600								
53	1	Zestaw do nakładania i płukania odczewnej. Skład zestawu: -trokar punkcyjny Ch10 z regulowaną głębokością wkładka, składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa -Cewnik 9 Ch / 50 cm wykonany z polipropylenu, zamknięty koniec, boczne otwory, kolorowe oznakowanie długości. -Skapel do nacięcia skóry			SZT.	60								
54	1	ZESTAW DO TRACHEOSTOMII PRZESKÓRNEJ 9MM i 8MM jałowy z tworzywa nietoksycznego pakowane pojedynczo jednorazowy zakładany przy użyciu dyfikatora metodą FROVA w zestawie : dyfikator rotacyjny z pokryciem hydrofilowym igła punkcyjna z plastikową kaniulą prowadnica "guide wire" rurka tracheostomia z regulowanym kolierzem i dyfikatorem do wprowadzenia rurki z pokryciem żelowym			SZT.	110								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Przetarg

Pakiet	Ip	Nazwa towaru/OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisz TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczenia parametry należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
		Stentgrafty brzuszne i piersiowe - zestaw do zaopatrzenia jednego pacjenta. Warunki techniczne: 1. Zakres średnic stent-graftu w części aortalnej :23-36 mm, 2. Zakres średnic w części biodrowej : 10-28 mm, 3. Pokrycie: niskoprofilowy polister, 4. Konstrukcja nitinolowa rustowania 5. Fleksja nadnerkowa 6. Korona w części proksymalnej z haczykami mocującymi 7. Średnica systemu wprowadzającego modułu głównego: do 20f 8. Możliwość przedłużenia aortalnego o średnicy 23mm; -36mm, 9. Długość przedłużenia aortalnego do 70 mm. 10. Możliwość przedłużenia biodrowego o średnicy : 10mm; -28mm, 11. Obecność wariantu w postaci systemu aortalnobiodrowego jednostronnego z okluderem; średnica na poziomie aorty: 23mm; -36mm. , średnica na poziomie biodrowym: 10mm; -28mm. , średnica okludera : 8mm; -24mm, 12. Obecność bezpiecznego systemu wprowadzającego umożliwiającego kontrolę szybkości uwalniania, 13. Obecność markerów na brzegu pokrycia stent-graftu zapewniających dobrą widoczność w obrazie rtg 14. W ofercie dostępne stentgrafty piersiowe spełniające następujące wymagania - zestaw do zaopatrzenia jednego pacjenta z cewnikiem balonowym do modelowania stent-graftu zakres średnic stent-graftu : 22mm – 46mm; długość części pokrytej 100- 212 mm, dostępne moduły proste i łopietowane, pokrycie: niskoprofilowy polister, konstrukcja nitinolowa rustowania, obecność korony mocującej do wysokiej fleksji, średnica systemu wprowadzającego modułu głównego: 22f-25f, obecność bezpiecznego systemu wprowadzającego umożliwiającego kontrolę szybkości uwalniania, obecność markerów na brzegu pokrycia stent-graftu zapewniających dobrą widoczność w obrazie rtg, możliwość rozprężenia korony na końcu implantacji.			SZT.	160								
55	1				SZT.	160								
56	1	Stabilizacja międzywyrostkowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa Wykonany z materiału PEEK, implantowany małowazyjnie z dostępu jednostronnego Samoblokujący mechanizm stabilizujący implant Brak konieczności wycinania/ uszkażdania więzadła nadkolicowego. Instrumentarium wraz z bankiem implantów w czasie trwania umowy przebywa na stałe u zleceniodawcy. rozmiary od 8 do 16mm, co 2mm.			SZT.	30								
57	1	Steryliny żel w saszetkach stosowany w diagnostyce i terapii ultrasonograficznej			SZT.	500								
58	1	Siatki syntetyczne wchłaniające do rekonstrukcji przepięktralnych wyniosłości piersiowej			SZT.	90								
59	1	Sterylina tamponada nosowa silikonowa z dwoma niezależnie napełnianymi powietrzem balonami 10cm ³ i 30cm ³ . Długość cewnika wewnętrznego około 9,5cm, średnica zewnętrzna około 1,0cm, średnica wewnętrzna około 0,5cm. Pakowanie pojedynczo.			SZT.	450								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Pakiet t	Lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać: TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
60	Zestaw do leczenia zwężek/niedociśności aorty w odcinku brzuszny i zwężek w tętnicach biodrowych													
	1	Stentgraft aortalny fabrycznie montowany na balonie: -wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego,powleczonego materiałem ePTFE zakres długości stentu 19-59mm śr.stentu 12,14,16mm długość zestawu wprowadzającego 75 i 120cm śr. 9F(dla śr. 12 mm), 11F(dla śr. 14,16m)			SZT.	36								
	2	Stentgraft aortalny fabrycznie montowany na balonie: -wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego,powleczonego materiałem ePTFE zakres długości stentu 27-48mm śr. stentu 18,20,22,24mm długość zestawu wprowadzającego 120cm średnica zestawu wprowadzającego 14F			SZT.	36								
	3	Stentgraft obwodowy rozprężalny na balonie: -wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego powleczonego materiałem ePTFE -dl.stentu:18,22,28,38,58mm(dla śr. 5 i 6mm) 18,23,27,37,57 (dla śr. 7) oraz 27, 37, 57 (dla śr. 8,9,10mm) - śr. Stentu: 5,6,7,8,9, 10 mm -kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów średnic 5,6,7,8mm oraz 7F dla wszystkich rozmiarów średnic 9,10mm -kompatybilny z przewodnikiem 0,035" dl. shaftu 75 i 120cm			SZT.	144								
	4	Cewnik balonowy niskociśnieniowy, balon typu non-compliant, wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającej jego zwinięcie się dla łatwego przejścia przez akcesoria. Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnienie i opóźnianie.Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shaftcie, średnice:12,14,16,18,20,22,24,26,28mm, długości 20, 40mm, współpracujące z przewodnikiem 0,035" , długość shaftu 100cm, RBP 4-10bar.			SZT.	72								
5	Koszulki wprowadzające proste używane do wprowadzania dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych: kompatybilne z przewodnikami oraz cewnikami angiograficznymi 0,035", znacznik RTG na końcu dystalnym koszulki: śr. 10,12,14,16,18,20,22 F; dł.:25,30,40,45cm.													
					SZT.	72								
60 SUMA									x					

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiety	Nazwa towaru / OPIS	Polewienie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość z netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
1	<p>UKŁAD ODDECHOWY (tuba AirSpiral) DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ . Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddychanych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejącą. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddychowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakterystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z autonomicznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie.</p> <p>System kompatybilny z urządzeniami AIRVO2 posiadany przez oddział i akceptowany przez producenta sprzętu. Opakowanie 10szt.</p>			op.	30								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	Opis	Parametry techniczne	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażenie	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
61	KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej. Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddychawczych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Unikająca, wkładka podstawa oraz wypustki o łagodnych krzywiznach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Zaciśnięcie na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evacu, ograniczający tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczającego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ścianę przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula sterowana w oddzielnym opakowaniu.	Parametry techniczne: przepływ 10-60 l/min, rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, kaniula przeznaczona do stosowania z posiadanymi przez oddział urządzeniami AIRVO2 i akceptowalna przez producenta sprzętu. ZAMAWIAJĄCY OKREŚLI KAŻDORAZOWO ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZĘTU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. Opakowanie 20szt.	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażenie należy wpisać: pytanie i odpowiedź	op.	18								
3	BEZPOŚRĘDNE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddychawczych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evacu, ograniczający tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kolnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Zakres przepływu 20 - 60 l/min. Złącze kompatybilne z posiadanymi przez oddział urządzeniami AIRVO2 i akceptowalne przez producenta sprzętu. Opakowanie 20szt.			op.	2								
						61 SUMA		x					

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet 1	Lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisz TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.	
62	1	<p>Rurka tracheostomijna z polietylenem, dwuczłonowa:</p> <p>1. Rurka zewnętrzna lukrowato wygięta, z otworem na łuku (B) lub bez otworu (A), zamocowana na kółku z założo- nymi fabrycznie tasienkami, – rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie. W zestawie kapturek osłonowy, osłonowy z krątką i kapturek zwykły z balonującą przesłonę (z możliwością jej usunięcia).</p> <p>Rurka gotowa do założenia, bez konieczności składania z czę- ści, sterylna, j.v., pakowana po 1 szt.</p> <p>W rozmiarach od końca rurki zewnętrznej/ długość rurki (rozmiar): 9,0 mm/ 60 mm 8,7 mm/ 80 mm, 10,0 mm/ 65 mm, 9,5 mm/ 85 mm, 11,0 mm/ 70 mm, 10,5 mm/ 90 mm, 12,0 mm/ 90 mm, 13,0 mm/ 80 mm, 12,5 mm/ 100 mm, 14,3 mm/ 90 mm, 13,5 mm/ 110 mm, 15,0 mm/ 95 mm</p> <p>14,5 mm/ 115 mm, 16,0 mm/ 95 mm, 15,5 mm/ 115 mm</p> <p>2. Opis jak wyżej - w rozmiarach: 8,5 mm/ 105 mm, 9,0 mm/ 130 mm, 10,5 mm/ 130 mm 11,5 mm/ 130 mm, 12,0 mm/ 130 mm, 13,0 mm/ 130 mm, 14,0 mm/ 130 mm, 15,0 mm/ 130 mm</p> <p>3. Rurka tracheostomijna z polietylenem, trzyczłonowa:</p> <p>– rurka zewnętrzna lukrowato wygięta, z otworem na łuku (B) lub bez otworu (A), zamocowana na kółku z założonymi fabrycznie tasienkami, – rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie, – rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie i z otworem na łuku, dopasowanym do otworu na rurce zewnętrznej. W zestawie kapturek osłonowy, osłonowy z krątką, kapturek zwykły z balonującą przesłonę (z możliwością jej usunięcia) i zatyczka. Rurka gotowa do założenia, bez konieczności składania z części, sterylna, j.v., pakowana pojedynczo.</p> <p>Wymiary, rozmiar jak w pozycji 1.</p> <p>4. Opis jak w pozycji 3, rozmiary jak w pozycji 2.</p> <p>Rozmiary i ilość rurek do wyboru przez zamawiającego.</p>			SZT.	105									
63	1	<p>Proteza do zaopatrywania przetok przewodu pokarmowego z podwójnym „ pigtailen”. Tapetowana końcówka (dla protez 7–10 Fr). Średnica: 5, 7, 8 i 10 Fr. Długość: 4, 5, 7, 9, 10, 12 i 15 cm. Stent wykonany z polietylenu.</p>			SZT.	30									
	1	<p>Zestaw do wewnętrznej szynowania moczowodów z dużymi otworami bocznymi, markerem, dł. 30 cm 8 Fr. podwójnie zagięty z drutem prowadzącym o średnicy 97 mm, prosty z elastyczną końcówką 3 cm. W skład zestawu wchodzi: stent moczowodowy, pozycjoner stentu, drut prowadzący</p>			SZT.	15									

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/OPS	Powierzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
73	1	łaty naczyniowe: -wykonane w 100% z materiału biologicznego - osierdzia wołowego - detoksyfikowane i heparynizowane - dostarczone w sterylnym opakowaniu - w rozmiarze 2x9cm			szt	15								
	2	łaty naczyniowe: -wykonane w 100% z materiału biologicznego - osierdzia wołowego - detoksyfikowane i heparynizowane - dostarczone w sterylnym opakowaniu - w rozmiarze 8x14cm			szt	15								
SUMA 73									x					
74	1	Protezy naczyniowe gore-tex - standardowa grubość ściany; - zbrojone z nieusuwalnymi pierścieniami stosowane do pomostowania żyły głównej dolnej - o średnicy wewnętrznej 16mm i długości 30cm			szt	6								
	2	Protezy naczyniowe gore-tex - standardowa grubość ściany; - zbrojone z nieusuwalnymi pierścieniami stosowane do pomostowania żyły głównej dolnej - o średnicy wewnętrznej 20mm i długości 20cm			szt.	24								
SUMA 74									x					
75	1	Jednorazowe noże do dermatomu Aesculap AcullanIII Ti model GA670			szt	75								
	2	Jednorazowe płytki do siatkownicy Aesculap model BA720R do zwiększania powierzchni przeszczepu w proporcji 1:1,5			szt	60								
	3	Jednorazowe płytki do siatkownicy Aesculap model BA720R do zwiększania powierzchni przeszczepu w proporcji 1:3			szt	60								
SUMA 75														

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Załącznik nr 2 do EZ.28.106.2020

Pakiet	lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Powiększenie parametrów biomedycznych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczenia parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Lm.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
76	1	Jalowy, hydrofilny filtr infuzyjny o gęstości 0,2 µm z odpowietrzeniem, poprzez dwie hydrofobowe membrany z PTFE, niezależnym od położenia filtra. Całkowita długość filtra ok 5cm. Zakończenia luer lock męskie i żeńskie zabezpieczone nakładkami. Opakowany w sterylizacyjne opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu podany numer REF, numer serii i data ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Obudowa przejrzysta z widocznym wewnątrz filtrem. Filtr winien stanowić barierę dla zanieczyszczeń cząsteczkowych i bakteryjnych. -efektywna powierzchnia filtracyjna nie mniej niż 4,5 cm² -dopuszczalny przepływ nie mniejszy niż 10 ml/min -dopuszczalne ciśnienie nie mniejsze niż 2 bar -wymagana dostawa wraz ze świadectwem jakości producenta dla każdej serii filtrów			szt.	1600								
77	1	Worek kolonoostomijny zamknięty do docięcia w zakresie od 15mm - 70mm z węglowym filtrem paskowym na całej szerokości worka.			szt.	2200								
78	1	Mikrocewniki współpracujące ze stentem mózgowym typu Solitaire, o długości całkowitej 158cm, kompaktbilne z przewodnikiem max 0,018" średnica zewnętrzna 2,4/27F i średnicy wewnętrznej 0,021" posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker oraz mikrocewniki o długości całkowitej 158cm, kompaktbilne z przewodnikiem max 0,021" , średnica zewnętrzna 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027" , posiadające jeden marker. Cewniki pokryte hydrofilnie. Rodzaj mikrocewnika do wyboru przez zamawiającego.			szt.	114								
79	1	Katekter cekostomijny typu pigtail o długości 3-6cm, średnicy 10,2Fr z otworami bocznymi, usztywniacz i adapter.			szt.	6								
80	1	Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych: osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtłopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem;izolowana igła 25G długości 19cm ze zintegrowanym kabelem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym;przesuwany uchwyty do wprowadzania igły wraz z cewnikiem w okolicę nerwu; zatrzaskowy łącznik do cewnika; filtr z systemem mocowania do skóry; drenik infuzyjny 30cm; samoprzylepna etykieta			szt.	1500								

WZÓR

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

I.p.	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):	Adres:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca:

☐ **nie należy*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 ze zm.)

☐ **należy*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 ze zm.)

☐ **nie należy do żadnej*** grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 ze zm.)

**niepotrzebne skreślić*

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.

Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

W oświadczeniu Wykonawca winien wskazać czy w zakresie, na który została złożona oferta zachodzą powiązania z innym Wykonawcą (wskazany w informacji z otwarcia ofert), które prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**O Ś W I A D C Z E N I E O
W Y R O B A C H M E D Y C Z N Y C H**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawy sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

1. Oświadczamy, że oferowany przez firmę przedmiot zamówienia jest dopuszczony do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.
2. Zobowiązujemy się do przedłożenia przedmiotowych dokumentów określonych w Rozdziale XXI ust. 7 SIWZ (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w zakresie objętym umową wraz z pierwszą dostawą.
3. Zobowiązujemy się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczonego przez firmę, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, przedmiotu zamówienia niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

UMOWA NR
z dnia

zawarta przez:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955, REGON 000295403, NIP 729-23-45-599
z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

reprezentowany przez

zwaną dalej **Zamawiającym**

z
firmą

(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 .w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych na **dostawę wyrobów medycznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi** obowiązująca od dnia do dnia o łącznej wartości zł brutto (słownie:)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa **wyrobów medycznych** wyszczególnionych asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej również **towarem** lub **produktem** za ogólną cenę brutto zł (słownie : złotych).
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony:
 - a) Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej dr n. farm. Przemysław Rokicki lub osoba przez niego upoważniona. Tel. 42 689-51-01, fax 42 689-51-02, e-mail apteka@kopernik.lodz.pl
 - b) Wykonawcy jest lub osoba przez niego upoważniona. Tel.....fax.....e-mail.....
3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie w okresie **miesięcy** na podstawie zamówień częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów, dla których leczenia niezbędny okaże się zakup produktów danego rodzaju.

§ 2

REALIZACJA DOSTAW

1. Zamówienie częściowe na dostawę towaru, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na wyroby medyczne, Zamawiający prześle do Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr lub via e-mail
2. Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest Kierownik Apteki Szpitalnej, lub inna upoważniona przez niego do tej czynności osoba.
3. Za dowód złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia faksem lub via e-mail z faksu lub komputera Zamawiającego na powyżej wskazany numer faksu Wykonawcy lub jego adres e-mail.
4. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia w formie faksu lub adres e-mail.
5. Zamówiony towar dostarczony będzie w ciągu, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub adres e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, do wskazanego na zamówieniu magazynu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 7.30 – 14.30, oryginalnie zapakowany, wraz z oryginałem

faktury i dwoma jej kopiami pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy. .

7. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyroby medyczne z terminami ważności nie krótszym niż licząc od dnia ich dostawy, chyba że na pisemną prośbę Wykonawcy Kierownik Apteki wyraził zgodę na krótszy termin. Zgoda ta musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności.
9. Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować produkty tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.
10. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny.
11. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

DOKUMENTY

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.
4. Towar powinien być każdorazowo wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym jego właściwości oraz właściwości środka transportu, a w szczególności w opakowaniu zaopatrzonem we wskaźnik temperatury.

§ 4

ZAPŁATA ZA TOWAR

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w ciągu 60 dni liczonych od dnia faktury, lecz nie wcześniej niż od dnia dostawy towaru, jeżeli dostawa towaru następuje później niż dostarczenie faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
4. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie powinna być wcześniejsza niż data dostawy przedmiotu umowy którego ta faktura dotyczy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
7. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.
8. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019r. o elektronicznym fakturowaniu w

§5

REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż w dniach roboczych od zgłoszenia danej reklamacji. Za towar wadliwy uważa się również towar niezgodny asortymentowo ze złożonym zamówieniem.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy..... Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu lub adres e-maila.
3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. Faktury korygujące zostaną dostarczone wraz z dostawą towaru wolnego od wad.
4. Poza uprawnieniami wymienionymi w ustępach poprzedzających Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą produktów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, niekoniecznie zgodnej z umową i wymogiem dopuszczenia do obrotu w dniu składania ofert, nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.
5. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar do apteki szpitalnej zmiesięcznym terminem ważności, chyba że na pisemną prośbę Wykonawcy, Kierownik Apteki wyraził zgodę na krótszy termin. Zgoda ta musi zostać wyrażona w formie pisemnej.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
 - b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;
 - c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;
 - d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy;
 - e) za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.
 - f) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w szczególności dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 - g) za opóźnienie w dostarczeniu faktury Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, zapłaci mu karę umowną w wysokości 1 % dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostarczenia faktury licząc od daty dostarczenia partii towaru.

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.

§ 7

ZMIANY CEN

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
 - a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
2. Strony dopuszczają również w trakcie obowiązywania umowy zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
 - a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmiana ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione.
3. O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a, strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, jeżeli realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku VAT).
4. Zmiany wynagrodzenia z tytułu o którym mowa w ust. 2 lit. b - d, będą dokonywane wg. następujących zasad:
 - a) w przypadku zwiększenia ww. wynagrodzenia Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie będą miały ceny dotychczasowe,
 - b) w przypadku zmniejszenia ww. wynagrodzenia Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów zmniejszających wysokość wynagrodzenia minimalnego lub minimalnej stawki godzinowej.
5. Niezależnie od powyższego strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw częściowych.
6. Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych kosztów nie będą stanowiły podstawy do proponowania zmiany umowy – za wyjątkiem zmian czynników opisanych w ust. 2 lit. a, b, c, d.

§ 8

POZOSTAŁE ZMIANY ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór Wykonawcy, umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:
 - a) zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji,

gdy:

1. nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
 2. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
 3. w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
 4. w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną.
- b) Zmiana wielkości opakowania w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy opakowania, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych dostaw towaru od Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- a) Zamawiający nie może zmienić Wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego.
 - b) Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego.
 - c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającej na zwiększeniu jej wartości jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.
4. Strony dopuszczają inne zmiany istotnych postanowień umowy również jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
- a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5. Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 (dodatkowe dostawy) oraz w ust. 4 (okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy odpowiednio BZP lub przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
6. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
7. Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
8. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
- a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
 - b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 1. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
 2. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
 3. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
 4. polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
10. Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 1 rok), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Niezależnie od postanowień § 3 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 - 4 Zamawiający ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym również w sytuacji, gdy Wykonawca:
 - dwukrotnie odmówi realizacji dostawy, lub
 - trzykrotnie dostarczony przez niego towar będzie wadliwy lub niezgodny z SIWZ lub ze złożonym zamówieniem, lub
 - trzykrotnie dostarczy towar z opóźnieniem.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:
 - a) w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,
 - b) w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych,

§ 10

ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej.
2. Każda ze stron zobowiązana jest :
 - a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§ 11

AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. Wykonawca nie ma dostępu do danych osobowych.
2. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę, związane z realizacją niniejszej umowy Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
4. Wykonawca oświadcza, że w niniejszej umowie podał dane osobowe osób uprawnionych i odpowiedzialnych za realizację umowy. Dodatkowo oświadcza, że przekazał w/w osobom informację o fakcie przekazywania ich danych do Zamawiającego, oraz informację zawarte w § 12.

§ 12

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art.14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 7) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź.
- 8) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@kopernik.lodz.pl
- 9) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 10) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelaria prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp).

- 11) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 12) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
- 2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
 - a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
- 4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji art. 490 § 2 ustawy k.c.
2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego niniejszej umowy lub pozostałego w związku z nią, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, podejmą próbę rozwiązania sporu w postępowaniu pojednawczym. W tym celu Strona, która dochodzić będzie roszczeń od drugiej strony, zobowiązana będzie przed wytoczeniem powództwa do zawezwania drugiej strony do próby ugodowej przed sąd rejonowy ogólnie właściwy dla przeciwnika. Brak zawezwania do próby ugodowej skutkować będzie podniesieniem przez drugą stronę w postępowaniu cywilnym zarzutu z art. 202(1) k.p.c.
6. W przypadku spraw sądowych, dotyczących rekompensat określonych w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, dowodem poniesienia przez Wykonawcę kosztów odzyskiwania danej należności nie może być dowód z zeznań świadków. Strony ustalają, że w przypadku wystawienia zbiorczych not odsetkowych, dotyczących należności z różnych faktur, wierzycielowi należy się jedna rekompensata w wysokości odpowiedniej do sumy należności z tych faktur.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 - kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający