

EZ.28.106. 436 .2021.MJ

Łódź, dnia 16.03.2021r
Numer sprawy: EZ.28.106.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie dot. pakietu 47 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymienników ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z uniwersalnym portem do odsysania i podawania tlenu dwie membrany z celulozy o minimalnej skuteczności nawilżania 26,1mg/l, waga nie większa niż 9g pakowany pojedynczo opakowanie folia - papier sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Okoliczności nadzwyczajne związane ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 są przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie 2 dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) §6 ust. 1

Prosimy o zmianę kar umownych na następujące:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
 - b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto;
 - c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;
 - d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.
 - e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

w zakresie pakietów nr 5 i 20

Punkt 8 w rozdziale III SIWZ, punkt 3 lit. C.2) w rozdziale XIII SIWZ, załącznik nr 5 do SIWZ oraz § 1 ust. 1, § 3 ust. 2 i 3 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że w ramach pakietu nr 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nożyków do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów, które nie są wyrobem medycznym, oraz że do nożyków takich nie mają zastosowania wymogi wynikające ze wskazanych powyżej postanowień SIWZ i wzoru umowy.

Wyjaśniamy, że nożyki do sterylnych połączeń drenów do zgrzewarki TSCD II, posiadanej przez Zamawiającego, nie zostały zaklasyfikowane przez producenta jako wyroby medyczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nożyki nie będące wyrobem medycznym, w przypadku składania oświadczenia stanowiącego oświadczenie o wyrobach medycznych należy złożyć oświadczenie z dopiskiem NIE DOTYCZY

2. § 1 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz punkty 1 i 5 w rozdziale III SIWZ

Wnosimy o określenie minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, stanowiącego co najmniej 80% ilości wyrobów objętych zamówieniem.

Brak określenia minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, uniemożliwia wykonawcom rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty. Zastrzeżenie przez Zamawiającego w projekcie

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. OŁÓDŹ 62124015451111000011669957



umowy nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw. Odbiera to opisowi zamówienia w aspekcie ilościowym cechy jednoznaczności (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16).

Odpowiedź: Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. § 1 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz punkty 1 i 5 w rozdziale III SIWZ

Wnosimy o określenie przewidywanej/szacunkowej/orientacyjnej częstotliwości i wielkości dostaw wyrobów w poszczególnych kwartałach okresu obowiązywania umowy. Informacje te nie będą wiążące dla Zamawiających, ale pozwolą na prawidłowe zaplanowanie i zorganizowanie produkcji i dostaw.

Informacje powyższe są niezbędne w celu prawidłowego przygotowania oferty. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Niniejsze zamówienie polega na powtarzających się okresowo dostawach na przestrzeni 36 miesięcy. W takich przypadkach do prawidłowego zaplanowania realizacji zamówienia potrzebna jest informacja o przynajmniej przybliżonych ilościach wyrobów, jakie wykonawca ma przygotować na poszczególne okresy obowiązywania umowy.

Odpowiedź: dostawy będą zamawiane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego

4. § 2 ust. 6 i § 4 ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w formacie PDF i wysyłanie ich pocztą elektroniczną?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

5. § 2 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę, by faktura była wysyłana odrębnie (a nie razem z towarem)?

Wyjaśniamy, że towar jest wysyłany bezpośrednio z zagranicznego magazynu naszego dostawcy; nie ma zatem możliwości dołączenia faktury do towaru.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

6. § 5 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz punkt 2.3 w rozdziale XX SIWZ

Wnosimy o wyrażenie zgody na następującą zmianę terminów realizacji reklamacji jakościowych dotyczących wyrobów medycznych:

- termin na ustosunkowanie się do reklamacji - 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji,
- termin na wymianę wadliwego towaru – 10 dni roboczych od uznania reklamacji.


Na uzasadnienie proponowanej zmiany wyjaśniamy, że treść § 5 ust. 1 wzoru umowy zaproponowana przez Zamawiającego uniemożliwia wykonawcom rozpatrzenie reklamacji jakościowej i ustalenie, czy jest ona uzasadniona. Rozpatrzenie reklamacji jakościowej wymaga bowiem zbadania wadliwego produktu z udziałem producenta, który dysponuje stosowną wiedzą i sprzętem. Rozpatrzenie reklamacji jakościowej i wymiana wadliwych wyrobów w ciągu 5 dni od zgłoszenia wady nie jest możliwe.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

7. § 5 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o wyjaśnienie, czy jeżeli po wymianie towaru zgłoszonego przez Zamawiającego jako wadliwy, okaże się, że reklamacja jakościowa była nieuzasadniona, Zamawiający zapłaci cenę zarówno za towar, którego dotyczyła reklamacja, jak i za wymieniony towar?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

8. § 5 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 6, wnosimy, by termin na ustosunkowanie się do reklamacji i wymianę wadliwych wyrobów był liczony w dniach roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

9. § 5 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o wyrażenie zgody, by obowiązek wymiany wadliwych wyrobów na nowe dotyczył jedynie sytuacji, gdy reklamacja jakościowa dotyczy całej dostarczonej partii wyrobów, natomiast w przypadku reklamacji pojedynczych wyrobów, po potwierdzeniu zasadności reklamacji, by wykonawca był zobowiązany do korekty faktury VAT i zwrotu ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe wyroby.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

10. § 5 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że postanowienie to dotyczące zakupu interwencyjnego będzie mieć zastosowanie wyłącznie, jeżeli wykonawca nie zrealizuje reklamacji w terminach określonych w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

11. § 5 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi na wyroby, dla których wykonawca zaoferuje termin ważności krótszy niż 24 miesiące, jest równy okresowi ważności wyrobów.

Po upływie okresu ważności wyrobów, określonego przez producenta, wyroby nie mogą być używane. W konsekwencji sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu wad takich wyrobów.

Odpowiedź: Termin ważności stanowi kryterium oceny ofert. Termin wskazany w ofercie będzie obowiązywał Wykonawcę dostarczającego sprzęt przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Zamawiający nie może używać sprzętu po terminie ważności.

12. § 6 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej za opóźnienie w dostawie lub załatwieniu reklamacji z 2% na 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



lecniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. § 6 ust. 1 lit. f) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia z umowy (przewidującego karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w szczególności za dostawę towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem).

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego umowa przewiduje procedury reklamacyjne oraz kary umowne za opóźnienie w ich realizacji; zastrzeganie kolejnej kary umownej z tego tytułu jest nadmiarowe i zaburza równowagę kontraktową stron.

W pozostałym zakresie kara umowna jest niedookreślona – umowa powinna jednoznacznie i precyzyjnie określać przypadki, w których na wykonawcę może być nałożona kara umowna. Posłużenie się ogólnym sformułowaniem „niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy” pozwala na nakładanie kary umownej za nieistotne uchybienia i skutkuje arbitralnością nakładania kar.

Określenie katalogu kar umownych i okoliczności w jakich mogą one zostać nałożone na wykonawcę stanowi szeroko rozumiany element opisu przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie go zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, tj. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. § 6 ust. 1 lit. g) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o rezygnację z tego postanowienia lub o obniżenie stawki kary za opóźnienie w dostarczeniu faktury z 1% do 0,1%.

Kara w wysokości przewidzianej we wzorze umowy jest nieadekwatna do szkody, jaką może ponieść Zamawiający wskutek opóźnienia w dostarczeniu faktury.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. § 6 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o określenie limitu kar umownych, jakie mogą być nałożone na wykonawcę.

Brak określenia limitu kar umownych powoduje niepewność wykonawców co do warunków i sposobu realizacji zamówienia (vide 29 ust. 1 PZP).


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. § 8 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, również poprzez:

- zmianę producenta wyrobu (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę), wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu,
 - zmianę specyfikacji przedmiotu umowy, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego przedmiotu umowy lub zmiany jego funkcjonalności, w szczególności w przypadku wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego lub ulepszonego wyrobu, wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu,
 - zmianę sposobu pakowania lub konfekcjonowania wyrobu,
- o ile zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

17. § 8 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści zmianę umowy poprzez dostarczenie wyrobów o krótszym okresie ważności niż zaoferowany, w przypadku braku wyrobów na rynku, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii lub zakończenia produkcji, jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

18. § 8 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści, bez konieczności zmiany umowy, zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej wyrobów, której nie towarzyszy zmiana samego wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

19. § 9 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o dodanie postanowienia o treści „Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku co najmniej 60-dniowego opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 14-dniowego, terminu wyznaczonego Zamawiającemu na zapłatę. Wypowiedzenie umowy na podstawie tego postanowienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

20. § 9 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o wyrażenie zgody na dodanie postanowienia: „Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 2 i w § 3 ust. 2 w ciągu 30 dni od wystąpienia okoliczności, stanowiących podstawę rozwiązania umowy”.


Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy pismem z dnia 05.02.2021r i wymaga zgodnie ze zmianą.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



21. § 11 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Wnosimy o wskazanie, jaki będzie zakres audytu.

Odpowiedź: wykonanie audytu będzie w zakresie realizacji przedmiotu umowy

22. Dotyczy Części XX, pkt.1.2. SIWZ

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 5 dni roboczych. W przypadku dostaw wielkogabarytowych filmy kurierskie gwarantują termin dostawy do 5 dni roboczych.

Termin dostawy (TD) – 20%:

- Termin dostawy: do 2 dni roboczych – 20 pkt,
- Termin dostawy: 3 -5 dni robocze – 0 pkt.

Odpowiedź: Dostawa stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

W związku z opublikowanymi na stronie w dniu 09.03.2021 r. odpowiedziami na pytania prosimy o doprecyzowanie czy w Zadaniu nr 52 dla zaoferowanych klipsów Zamawiający wymagać będzie potwierdzenia kompatybilności z posiadanymi klipsownicami 0301-04MLE w instrukcji obsługi klipsów? Używanie klipsów nie zwalidowanych przez producenta do stosowania z klipsownicami 0301-04MLE może skutkować wadliwym domykaniem klipsa ze wszystkimi związanymi z tym klinicznymi konsekwencjami dla pacjenta, mogącymi się ujawnić zarówno śródoperacyjnie jak i we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ tj. kompatybilności klipsów z klipsownicą 0301-04MLE, Zamawiający dopuszcza potwierdzenie kompatybilności z posiadanymi klipsownicami 0301-04MLE w instrukcji obsługi klipsów ale nie wymaga

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr inż. Andrzej Nasprzyk

Taszkowski

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

