

EZ.28.106.467.2021.MJ

Łódź, dnia 23.03.2021r.
Numer sprawy: EZ.28.106.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

1. Zamawiający zmienia udzielone odpowiedzi pismem z dnia 08.03.2021r o numerze EZ.28.106.393.2021.MJ:

Udzielono odpowiedzi:

PAKIET 29

POZ. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

POZ. 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z PVC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 29 , poz. 1

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do przetoczeń krwi o następujących parametrach :

- zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi,
- Bez odpowietrzenia
- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, długość min.90mm
- Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet
- Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),
- bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A
- Kompatybilny z lipidami
- długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm.
- Objętość wypełnienia drenu 14 ml
- średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO
- Złącze luer lock stałe
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pakiet 29, poz 2

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do przetoczeń płynów o następujących parametrach :

- zestaw do infuzji grawitacyjnej

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej
- Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek
- Kompatybilny z lipidami
- Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),
- PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A
- długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony
- Objętość wypełnienia drenu 11 ml
- średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO
- Złącze luer lock stale
- Komora kroplowa o długości 57mm
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod
- Opakowanie 250 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Po zmianie:

PAKIET 29

POZ. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

POZ. 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z PVC?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 29 , poz. 1

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do przetoczeń krwi o następujących parametrach :

- zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi,
- Bez odpowietrzenia
- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, długość min.90mm
- Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet
- Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),
- bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A
- Kompatybilny z lipidami
- długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm.
- Objętość wypełnienia drenu 14 ml
- średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO
- Złącze luer lock stale
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pakiet 29, poz 2

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do przetoczeń płynów o następujących parametrach :

- zestaw do infuzji grawitacyjnej
- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej
- Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek
- Kompatybilny z lipidami
- Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),
- PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A
- długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony
- Objętość wypełnienia drenu 11 ml
- średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO
- Złącze luer lock stałe
- Komora kroplowa o długości 57mm
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod
- Opakowanie 250 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

2. Zamawiający zmienia siwz w zakresie terminów:

- a) Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 30.03.2021 r. do godziny 10:00
- b) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 30.03.2021 r. o godzinie 11:00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia nie ulegają zmianie.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

