

EZ.28.126.115.2021.AO

Łódź, dnia 22.01.2021 r.
 Numer sprawy: EZ.28.126.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej powyżej 214 000 euro na **dostawę materiałów opatrunkowych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na dostawę materiałów opatrunkowych

1) W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

LP.	NR PAKIETU, KTÓREGO PYTANIE DOTYCZY	PYTANIE	ODPOWIEŹ
1	Pakiet nr 9, poz. 1-4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej o długości 20m o poniższych sposobach aplikacji: - pozycja 1 – „przedramię/ramię” o szerokości w stanie swobodnym 2cm; - pozycja 2 – „głowa” o szerokości w stanie swobodnym 3 cm; - pozycja 3 – „tors dziecka” o szerokości w stanie swobodnym 6 cm; - pozycja 4 – „tors dorosłego” o szerokości w stanie swobodnym 6 cm.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
2	Pakiet nr 1, poz. 13	Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 13 z pakietu 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.	W postępowaniu brak jest pozycji 13 z pakietu 1. Pytanie zadane do innego postępowania.
3	Pakiet nr 3	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet gazowych pakowanych w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz jedną etykietą samoprzylepną?	Zamawiający dopuszcza zaferowany asortyment, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
4	Pakiet nr 8, poz. 1-2	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gazy jałowej kopertowanej bez podwijanych brzegów?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
5	Pakiet nr 9, poz. 1-4	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania siatek elastycznych posiadających w swoim składzie 68 % bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych? Skład ten pozwala na sterylizację siatek oraz przekłada się na lepsze walory użytkowe produktu.	Zamawiający dopuszcza zaferowany asortyment, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

6	Pakiet nr 13, poz. 1-2	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet jałowych wykonanych z laminatu 2-warstwowego (polipropylen-polietylen) o minimalnej gramaturze 55 g/m ² i następujących rozmiarach: <ul style="list-style-type: none"> • Poz. nr 1- 50 x 60 cm otwór \varnothing 7 cm • Poz. nr 2- 75 x 90 cm otwór \varnothing 7 cm? Pozostałe parametry bez zmian 	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
7	Pakiet nr 17, poz.1	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta sklasyfikowanej przez producenta jako wyrób higieniczny (nie wyrób medyczny)?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
8	PROJEKT UMOWY	§ 6, ust. 1 b- f- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:- §6 ust. 1b do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy- §6 ust. 1c do kwoty 1% wartości niedostarczonej części towaru- §6 ust. 1d do kwoty 1% wartości reklamowanej części towaru- §6 ust. 1e do kwoty 5% wartości towaru, dla którego nie zostały dostarczone dokumenty.- §6 ust. 1f do kwoty 1% wartości niewykonanej/nienależycie wykonanej dostawy Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9	Pakiet nr 18	Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 18, dopuści złożenie oferty z folią operacyjną o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 40cmx27cm (pole klejowe: 24cmx27 cm), spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
10	Pakiet nr 9, poz. 1,2,3,4	Prosimy o dopuszczenie siatki elastycznej o następujących rozmiarach: Poz.1- szer.2,4-2,9cm na małe części kończyny (kilka palców/dłoń/stopa) Poz.2- szer.3,8-4,6cm- na kończyny (ramię/kończyna dolna i małe głowy) Poz.3- szer.3,8-4,6cm- na kończyny (ramię/kończyna dolna i małe głowy) Poz.4- szer.6,5-7,5cm na duże głowy i niewielkie tułowia Pragniemy nadmienić, że ze względu na skład siatka posiada bardzo dobre właściwości elastyczne.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
11	Pakiet nr 14	Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy, hydrokoloidowy, składający się z pasty hydrokoloidowej?	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
12	Pakiet nr 18	Czy można zaoferować poliuretanową folie operacyjną, pokrytej klejem przyjaznym dla skóry? Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia „antystatyczności” folii operacyjnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
13	Pakiet nr 19, poz.1	Czy zamawiający dopuści furażerkę bez możliwości wywinięcia?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
14		Czy zamawiający dopuści czepek z warstwą przeciwpotną?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
15		Czy zamawiający dopuści kolor niebieski, czepek bez wzoru?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

16		Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
17	Pakiet nr 19, poz. 2	Czy zamawiający dopuści maskę w kolorze niebieskim bez nadruku?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
18		Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
19	Pakiet nr 9	Czy zamawiający oczekuje wycenę za 25 mb siatki w stanie rozciągniętym?	Zamawiający wyjaśnia, że zapis „dł. 25 mb” odnosi się do siatki w stanie rozciągniętym.
20		Czy zamawiający oczekuje wycenę 1 szt. siatki = 25 mb w stanie roboczym?	Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje wyceny za 1 szt siatki, której długość w stanie rozciągniętym wynosi 25 mb.
21	Pakiet nr 2	Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne, wykonane z czterech warstw włókniny kompresowej (wiskozowo-poliestrowej) o gramaturze 40 g/m2, chłonność włókniny (jednej warstwy) min.800%, posiadające długą nitkę widoczną w promieniach RTG, typu Neurocompress pakowane po 10 sztuk w blistrze, po 25 blistrów w opakowaniu z przeliczeniem oferowanych ilości, w rozmiarach: Poz. 1. 15x15 poz. 2. 15x100 poz. 3. 25 x 75 Pragniemy zauważyć, że oferowane przez nas waciki neurochirurgiczne są sterylizowane w parze wodnej, nadal najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji zarówno dla pacjenta i dla personelu.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
22	Pakiet nr 2, poz.4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu, aby zwiększyć konkurencyjność postępowania?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
23	Pakiet nr 8, poz. 1, 2	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:-błoną śluzową jamy ustnej,-błoną śluzową oka,-błoną śluzową jamy nosowej-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
24	Pakiet 8, poz. 1, 2:	Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby jałowe były sterylizowane parą wodną? Ta metoda sterylizacji wskazywana jest jako najbezpieczniejsza i zaleca się, aby stosować tę metodę sterylizacji tam gdzie jest to możliwe. Wg obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2019 r. będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, wszystkie procesy sterylizacją muszą być zwalidowane, ponadto tam gdzie jest to możliwe, powinno stosować się sterylizację termiczną. Inne metody sterylizacji, np. EO, powinno mieć zastosowanie wtedy, gdy inne metody sterylizacji nie są możliwe do zastosowania. W przypadku wyrobów z gazy można użyć procesu sterylizacji w parze wodnej.	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

25	Pakiet nr 12, poz. 1-3	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek wykonanych w 100% z oddychających włókien wiskozowych, co zapewni lepszy komfort użytkowania, niż z włókien poliestrowych?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
26	Pakiet nr 13, poz. 1-2	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet o odporności na przenikanie cieczy min. 180 cm H ₂ O, potwierdzone karta danych technicznych?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
27		Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?	Tak, Zamawiający potwierdza.
28	PYTANIA DO UMOWY	Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.	Zamawiający nie może zagwarantować realizacji umowy w całości lecz oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości ze względu na to, że faktyczne zapotrzebowanie na zamawiany towar uzależnione będzie od czynników niezależnych od Zamawiającego, to jest od ilości pacjentów oraz rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych im przez Zamawiającego a także od aktualnej wiedzy medycznej i innej, związanej z działalnością podstawową Zamawiającego (działalność lecznicza). Zamawiający deklaruje jednak, że nie zawrze umowy na ten sam zakres przedmiotowy zamówienia z innym podmiotem, niż wyłoniony w toku niniejszego postępowania, do momentu zakończenia okresu obowiązywania umowy względnie do momentu zrealizowania umowy w całości.
29		Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwlókę”, „zwlóki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwlóka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwlókę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu kar jeżeli nie ponosi winy.
30		Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 a), b) i e) kara została zmniejszona do 5%?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
31		Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. lit. c) kara była wynosiła 0,5% nie dostarczonej w terminie partii towaru?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

32	<p>Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.</p>	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
----	--	-----------------------------------

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
 Centrum Onkologii i Traumatologii
 im. M. Kopernika w Łodzi

mgr inż. Andrzej Kasprzyk