

EZ.28.128.121.2021.EG

Łódź, dnia 28.01.2021r.
 Numer sprawy: EZ.28.128.2020

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

L.P.	PAKIET NR	PYTANIE	ODPOWIEŹ
1	1	Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 2 koszulek z pokryciem hydrofilnym na całej długości.	Zgodnie z SIWZ.
2	2	Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 4 ramp trójdrożnych wytrzymałych na ciśnienie 500 psi	Zgodnie z SIWZ.
3	1	Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 6 W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 6 i utworzenie z niej osobnego zadania.	Zgodnie z SIWZ.

Sporządziła: E. Grodzicka

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
 SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
 e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
 NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



DAS 55090466/3/OU MS DAS 59328561/3/E

1	<p>2</p> <p>Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz.1 dopuszcza port niskoprofilowy z zestawem wprowadzającym o parametrach: waga 9g, rozmiar 35x27x13,2mm oraz port naczyniowy niskoprofilowy z zestawem wprowadzającym o parametrach waga 4,7g, rozmiar 30x22x10,6mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Komora wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polisulfonu) o kształcie zbliżonym do łezki, 3 otwory fikasycyjne, membrana silikonowa niewystająca poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, port widoczny w RTG umożliwiając łatwą identyfikację położenia portu, port z przepływem 5 ml/s, dołączony cewnik silikonowy 6,5F, widoczny w RTG o długości 80cm z naniesioną podziałką co 1 cm i opisem co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wstępnie podłączonym łącznikiem luer, z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę (18G, 7 cm), induktor rozrywalny z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, igła Hubera prosta 22G- 2 szt.,- hak do unoszenia żyły, - strzykawka z gumowym tłokiem o objętości 10 ml, - igła Hubera bezpieczna (20 G x 20 mm) do wkłucia do założonego portu, port kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek. • Dodatkowo w zestawie z portem zabezpieczenie sterylne do USG; bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel sterylne do USG. w zestawie paszport w języku polskim, książeczka pacjenta.</p> <p>Powyższy asortyment jest znany Zamawiającemu a porty wyżej wymienionego typu z cewnikiem 8,5F są aktualnie używane przez Zamawiającego.</p>	<p>Zgodnie z SIWZ.</p>
---	---	------------------------

Sporządziła: E. Grodzicka

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
 SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
 e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
 NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



DAS 55090466/3/OU MS DAS 59328561/3/E

2	2	Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz.2 dopuszcza system mocowania cewników podskórnych typu PICC za pomocą kleju o rozmiarze 3,4x9cm, możliwość mocowania cewników do 6F? Pragniemy zauważyć, że nie ma na rynku dostępnych cewników typu PICC o tak dużych średnicach jak w wymagane w SIWZ.	Zgodnie z SIWZ.
1	2	Czy Zamawiający z pakietu nr 2 wyłączy pozycję 3 do oddzielnego pakietu? Takie rozwiązanie umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.	Zgodnie z SIWZ - Zamawiający nie ma możliwości wykonania takiej modyfikacji w ogłoszeniu o zamówieniu.
2	2	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycja 3 igłę do portów bezpieczną z ostrzem Hubera, zaopatrzoną w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, umożliwiającą obsługę jedną ręką. Zastosowanie pozytywnego ciśnienia podczas wycofywania igły, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90st, z przedłużeniem PVC bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Igły w rozmiarach: 19, 20, 22G długość 15, 20, 25, 30 mm bez dodatkowych akcesoriów?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Z poważaniem,

Sporządziła: E. Grodzicka

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
 SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
 e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
 NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



DAS 55090466/3/OU MS DAS 59328561/3/E