

EZ.28.134.2021.KJB

Łódź, dnia 10.02.2021r.
Numer sprawy: EZ.28.134.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 EURO na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych i materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1


Pakiet 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o w następującym składzie:

- 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii 50 μ ze wzmocnieniem z poliproplenu, (owinięcie zestawu)
- 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², XL 140 cm
- 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony folią PE, 2XLL 170 cm
- 1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem w części centralnej
- 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ , wzm. PP
- 1x Osłona na kończynę 72x36,5 cm z bilaminatu
- 2x Taśma przylepna włókninowa 9x50 cm
- 1x Osłona na kamerę 13x240 cm złożona teleskopowo z kartonikiem ułatwiającym aplikacje i taśmą przylepną
- 1x Dren ssący, CH21, D-0,7 cm 300 cm
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 15, stal węglowa
- 1x Igła 18G 5 cm
- 4x Ręcznik chłonny 30x40 cm +/-1
- 2,5x Kompres gazowy 17N 12W z nitką RTG 10x10 cm wiązany po 10
- 1x Dren irygacyjny, dwurożny, 2 zaciski, dł. 227 cm, L/L
- 1x Serweta 295/221x335 cm kształcie litery T z obłożeniem ramion stołu, z otworem \varnothing 6cm z bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m², ze wzmocnieniem chłonnym 77x114 cm wokół otworu o odporności na penetrację płynów min. 200 cmH₂O, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro (min. 280 kPa), gramatura w obszarze wzmocnienia 110 g/m².

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Opakowanie jednostkowe wentylowana torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu i datę ważności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, który umożliwia otwarcie bez używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 16

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o w następującym składzie:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm, z mocnej folii PE 50 μ , ze wzmocnieniem w części centralnej

1x Serweta na stolik Mayo 80x142cm, ze wzmocnieniem w części centralnej

1x Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMMMS 41 g/m², wzmocniony włókniną, gramaturze w miejscu wzmocnienia 85 g/m², L 130cm

3x Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMMMS 41 g/m², wzmocniony włókniną, o gramaturze w miejscu wzmocnienia 85 g/m², XL 140cm

2x Taśma lepna włókninowa 9x50cm

1x Kieszeń na narzędzia 41x33cm z folii PE, dwukomorowa, przylepna

2x Serweta przylepna 98x75cm

1x Serweta przylepna 196x200cm

1x Serweta przylepna 260x160cm

4x Ręczniki chłonne 20x30cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m², pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Materiał odporny na przenikanie płynów ($> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Klej repositionowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo bez zawartości celulozy lub wiskozy. Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności, kod kreskowy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, do którego nie ma potrzeby używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 14

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o w następującym składzie:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm, z mocnej folii PE 50 μ , ze wzmocnieniem w części centralnej

1x Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMMMS 35 g/m², L 120cm

1x Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony włókniną, XL 130cm

2x Fartuch ESS chirurgiczny, wykonany z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony folią PE, XL 140cm

1x Serweta na stolik Mayo 80x142cm, ze wzmocnieniem w części centralnej

1x Kieszeń na narzędzia 41x33cm z folii PE, dwukomorowa, przylepna

2x Serweta przylepna 98x75cm

1x Serweta przylepna 196x200cm

1x Serweta przylepna 260x160cm

4x Ręczniki chłonne 20x30cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m², pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Materiał odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo bez zawartości celulozy lub wiskozy. Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności i kod kreskowy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, do którego nie ma potrzeby używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.

Pytanie 4

Pakiet 17

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.01.2021 r. uprzejmie prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta wykonanymi z repelentnej, wielowarstwowej włókniny SMMMS ze wzmocnieniami chłonnymi w strefie krytycznej o rozmiarach i parametrach jakościowych zgodnych z SIWZ. Zestaw, który chcemy zaferować nieznacznie różni się od wymaganego t.j. zawiera:

-3 ręczniki z mikrościągą ok 30x40 cm ± 1 cm zamiast 3szt. 35 x 35cm,

-2 organizatory typu rzep po 1 szt. zintegrowane z serwetą dolną i górną zamiast 1 szt. rzepu w postaci osobnego komponentu,

-serwetę na stolik instrumentariuszki nieznacznie większą niż wymagana 152x190cm zamiast 150x190cm ze wzmocnieniem 74x190cm zamiast 90x190cm,



Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii ^(A)
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 5911, faks 042 689 5409, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl

-2 serwety boczne nieznacznie większe od wymaganych 75x102cm zamiast 75x100 cm.
- serwetę na stolik Mayo 80x142cm
Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.


ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
mgr inż. Andrzej Kłosprzyk

Karoline Jamella Baccidella

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU