

EZ.28.41.173E.2021.L5

Łódź, dnia 08.12.2021r.  
Numer sprawy: EZ.28.41.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro.

### Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

#### 1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

##### Pytanie 1

##### Dotyczy pakietu 8 poz. nr 1:

Czy zamawiający dopuści „Cewniki balonowe” o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Długości balonu: 20 - 200 mm
- Rozmiary balonu: 2,0 – 6,0 mm
- Dostępna wersja OTW
- Na przewodniku 0,014"
- Ciśnienie maksymalne RBP 14atm

oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

##### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

##### Pytanie 2

##### Dotyczy pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyczka nitalowego do ekstrakcji złogów o parametrach: CH2.2 i śr. koszyczka 11mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

##### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

##### Pytanie 3

##### Dotyczy pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu moczowodowego o nieznacznie różniących się parametrach: ID: 10CH, OD:12CH i dł. 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

##### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



**Pytanie 4**

**Dotyczy pakietu nr 2 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści sterylne koszycki do ekstrakcji kamieni typu Dormia, wiodącego na rynku producenta, firmy – Boston Scientific, w celu złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo o następujących parametrach:

- długość robocza 120 cm
- rozmiary 2,4 Fr lub 3,0 Fr
- kosz wykonany z nitinolu
- czteroprzewodowy kosz z atraumatyczną końcówką
- odłączony ergonomiczny uchwyt
- bezkońcówkowy

Powyżej wymienione parametry oferowane są w miejsce parametrów wymaganych wymienionych w pozycji 1 pakietu nr 2 SIWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 5**

**Dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści sterylne koszulki dostępu moczowodowego, wiodącego na rynku producenta, firmy – Boston Scientific, w celu złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo o następujących parametrach:

- rozmiary  
11/13 Fr o długości 28 cm, 36 cm, 46cm  
12/14Fr o długości 28cm, 36cm, 46cm

Koszulki dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną na całej długości w celu znacznego ułatwienia wprowadzenia koszulki.

Płaszcz odporny na zagięcia, marker widoczny na zdjęciach rtg.

Powyżej wymienione parametry oferowane są w miejsce parametrów wymaganych wymienionych w pozycji 1 pakietu nr 3 SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 6**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

W zad. 1, Zamawiający nie określił rozmiaru (średnicy zewnętrznej) drutu wiodącego. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiającemu chodziło o rozmiar 0.018", 0.035", 0.038", czy może o kombinację różnych rozmiarów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określi ww. parametry przy zamówieniu.

**Pytanie 7**

**Dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad. 6, na bezworkowy zestaw do drenażu klatki piersiowej Pflueger znanego amerykańskiego producenta, posiadający komorę zbior. 2,5 l. ze skalą pediatryczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, wydzieloną komorą zastawki podwodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H<sub>2</sub>O za pomocą mechanicznego pokrętła; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w optycznej z dodatkową zastawką manualną (dzięki zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory zastawki podwodnej, drugi port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; komorami zawierającymi barwnik umożliwiające łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwskażeniowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzezroczystymi z samuszczelniającymi się drenami z antyżłamaniovym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylne pakowany w folię i w podwójny papier?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8**

**Dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający w dopuści zaoferowanie koszyków o średnicy 2,4 F.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9**

**Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1**

Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 1 dopuści Cewniki balonowe:

- do tętnic goleni 0,018". Długość cewnika balonowego: 100 – 150 cm

Długości balonu: 20-200 mm

Rozmiary balonu: 2-8 mm

Kompatybilny z przewodnikiem 0,014", 0,018"

Dostępna wersja OTW

- na przewodniku 0,014" Długość układu wprowadzającego od 100 do 150cm

Kompatybilny z koszulką 4F

Rozmiary balonu od 1,25 do 4,0mm

Długości balonu od 10 do 200mm

Ciśnienie maksymalne RBP 16bar?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

**Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2**

Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 2 dopuści Stent montowany na balonie o parametrach:

- Stent kobaltowo-chromowy

- Kompatybilny z przewodnikiem 0,035"

- Długość układu wprowadzającego 80 i 140 cm

- Dostępne średnice od 5,0 do 10,0 mm

- Dostępne długości stentu od 18, 28, 38, 58mm dla każdej średnicy

- Markery widoczne w skopii na końcach stentu

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr inż. Andrzej Kasprzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



