

EZ.28.61. 1149 .2021.KJB

Łódź, dnia 08 .12.2021r.  
Numer sprawy: **EZ.28.61.2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją **art. 135 ust. 2, 6** ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

**W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:**

**Pytanie 1**

**Dotyczy pakietu nr 5**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji nr 1 tj. zestawu do drenażu lędźwiowego do osobnego pakietu. Obecna konfiguracja pakietu pozwoli złożyć ofertę na drenaż tylko jednemu wykonawcy.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 2**

**Dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do drenażu lędźwiowego posiadał wyskalowaną komorę kroplową z możliwością pomiaru ilości drenowanego płynu ?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.


**Pytanie 4**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



#### Pytanie 5

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
  - 1.2. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umową w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, opisanego w § 1 ust. 2 pkt. 2.1.
  - 1.3. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru;**
  - 1.4. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji;**
  - 1.5. za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości brutto **przedmiotu umowy którego dotyczy niedostarczone w terminie dokumenty**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczy niedostarczone w terminie dokumenty;**

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

#### Pytanie 6

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 15 ust. 1 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

#### Pytanie 7

W związku z zapisem § 15 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2020 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok

#### ODPOWIEDŹ:

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 30.09.2021 roku

1. Aktywa trwałe	217 410 467,51 zł
2. Aktywa obrotowe	114 941 476,57 zł
3. Suma pasywów	332 351 944,08 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	472 105 066,49 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	222 187 875,01 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 007 509,06 zł
w tym:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
• wymagalne	57 628 424,08 zł

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



**Pytanie 8**

Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści Cewnik balonowy na przewodniku 0,035" o następujących parametrach:

- kompatybilny z przewodnikiem 0,035"
- średnice balonu: 3 – 12 mm
- długości balonu: 20 – 200 mm
- długości systemu wprowadzającego: 80 i 140cm
- kompatybilny z koszulką: 5 - 6 F
- ciśnienie RBP: 13 – 20 ATM

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**


Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2poz.1 cewnik balonowy z ciśnieniem RBP w zakresie:14-24 ATM ? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza.

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr inż. Andrzej Kasprzyk



ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Dział Zamówień Publicznych  
INSPEKTOR  
*K. Janicki-Borowiecka*  
mgr Karolina Janiczek-Borowiecka