

EZ.28.40.1748.2021.EG

Łódź, dnia 08.12.2021r.

Nr sprawy: EZ.28.40.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją art. 136 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

1. W toku postępowania wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PAKIE T NR	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	5	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 5 poz. 1 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową do drenażu dróg żółciowych. Kateter Pigtail grubość 6F, dł.25cm. W zestawie cewnik wykonany z poliuretanu, co zapewnia dużą elastyczność oraz gwarantuje powrót cewnika do pierwotnego kształtu po zagięciu. Centymetrowa podziałka na szafcie ułatwiająca pozycjonowanie cewnika. Cewnik dobrze widoczny w skopii. Cewnik przeznaczony do drenażu dróg żółciowych. Mechanizm blokujący cewnik umożliwiający łatwe i wielokrotne blokowanie i odblokowywanie bez konieczności wymiany cewnika. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". końcówka pigtail. Metalowa kaniula usztywniająca z końcówką widoczną w USG. Odległość od pigtail do skrajnego dystalnego otworu drenującego 5cm. Posiada duże otwory boczne zapewniające wydajny drenaż. Nakładka prostująca końcówkę cewnika ułatwiająca wprowadzanie kaniuli. Taperowana końcówka z pokryciem hydrofilnym (20cm).	Zgodnie z SWZ
2	9	Czy zamawiający dopuści implant bez tzw. Rynny i z możliwością przyszyć w miejscu oznaczonym delikatnymi wypukłościami bez obawy o przekucie implantu i bez możliwości przebicia oraz o wymiarach: Rozmiar S - 26x31 mm; Rozmiar M - 34x39 mm; Rozmiar L - 36x42 mm.	Zamawiający dopuszcza
4	umowa	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?	Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
5	umowa	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	Zgodnie z SWZ

6	umowa	<p>Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:</p> <p>1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:  1.2. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, opisanego w § 1 ust. 2 pkt. 2.1.  1.3. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru;  1.4. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji;  1.5. za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczy niedostarczone w terminie dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczy niedostarczone w terminie dokumenty;</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
7	umowa	<p>Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 16 ust. 1 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ</p>
8	umowa	<p>W związku z zapisem § 16 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2020 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok</p>	<p>Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 30.09.2021 roku</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa trwałe 217 410 467,51 zł</li> <li>2. Aktywa obrotowe 114 941 476,57 zł</li> <li>3. Suma pasywów 332 351 944,08 zł</li> <li>4. Zobowiązania i rezerwy 472 105 066,49 zł <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zobowiązania krótkoterminowe 222 187 875,01 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 140 007 509,06 zł</li> <li>w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• objęte spłatami ratalnymi 0,00 zł</li> <li>• wymagalne 57 628 424,08 zł</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
9	9	<p>Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamiennik kosmetyczny, proteza jądra jest wskazana dla pacjentów, którzy cierpią z powodu agenezji jądra lub gdy jądro zostało usunięte operacyjnie ze względu na szereg schorzeń. Jest to pełny implant z elastomeru niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, który jest bardzo podobny do naturalnego jądra. Wypełnienie protezy jądra stanowi substancja stała, elastyczna, nie rozlewająca się i nie wyciekająca podczas nakłuwania igłą. Proteza jest sterylna i pozbawiona pirogenów w systemie pakowania z podwójnym owijaniem. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym folią termokurczliwą. Materiał zszywający przechodzący przez dowolny punkt protezy, eliminuje ryzyko wycieków. Dostępne 4 rozmiary: 9 ml, 15 ml, 23 ml, 34 ml, w zależności od potrzeb Zamawiającego.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza</p>

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



10	5	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 cewnika do drenażu dróg żółciowych o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnice: 8,5 F; 10 F; 12 F; 14 F</li> <li>• Odcinek drenujący 14 cm lub 11 cm</li> <li>• Odcinek od pigtaila do otworów drenujących 2cm lub 5 cm</li> <li>• Długość robocza cewnika 40cm</li> <li>• Cewnik przeznaczony do drenażu dróg żółciowych</li> <li>• Innowacyjny mechanizm blokujący cewnik umożliwiający łatwe i wielokrotne blokowanie i odblokowywanie bez konieczności wymiany cewnika</li> <li>• Posiada duże otwory boczne zapewniające wydajny drenaż: cewnik o średnicach: 8,5 F i 10 F posiada 17 otworów, cewnik o średnicach: 12 F i 14 F posiada 18 otworów</li> <li>• Cewnik z pokryciem hydrofilnym</li> <li>• Końcówka pigtail</li> <li>• Metalowa kaniula usztywniająca z końcówką doskonale widoczną w USG</li> <li>• Kompatybilny z przewodnikiem 0,038"</li> <li>• Cewnik wykonany z poliuretanu, co zapewnia dużą elastyczność oraz gwarantuje powrót cewnika do pierwotnego kształtu po zagięciu</li> <li>• Cewnik dobrze widoczny w skopii</li> <li>• Specjalna nakładka prostująca końcówkę cewnika ułatwia wprowadzenie kaniuli</li> <li>• Centymetrowa podziałka na szafcie ułatwiająca pozycjonowanie cewnika</li> </ul>	Zgodnie z SWZ
11	12	<p>1. Odnośnie Pakietu nr 12 w poz. 1 „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745”.</p>	Zgodnie z SWZ
12	1	<p>Pytanie 1 do Pak.1 lp.4. Czy Zamawiający dopuści elektrody LV z przewodnikiem hybrydowym?</p>	Zamawiający dopuszcza
13	1	<p>Pytanie 2 do pak. 1 lp 4 Czy cena ma obejmować samą elektrodę LV, czy elektrodę i przewodnik i osobno je uwzględnić, czy podać cenę łączną? (przewodnik hybrydowy jest wyszczególniony w osobnym wierszu lp.10.)</p>	Cena elektrody i przewodnika podana osobno.
14	3	<p>Pytanie 3 do pak. 3 lp. 1 Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy nieposiadający algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta?</p>	Zamawiający dopuszcza
15	3	<p>Pytanie 4 do pak. 3 lp. 1 Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy z częstością stymulacji: 30-170 /minutę?</p>	Zamawiający dopuszcza


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



16	3	Pytanie 5 do pak. 3 lp. 1 Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy z częstotliwość stymulacji: 30-170 /minutę?	Zamawiający dopuszcza
17	3	Pytanie 6 do pak. 3 lp. 1 Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy z czułością przedsionkową 0,18 do 4 mV?	Zamawiający dopuszcza
18	3	Pytanie 7 do pak. 3 lp. 1 Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy nieposiadający algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta?	Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr inż. Andrzej Kasprzyk



ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

St. INCENTOR  
Dział Zamówień Qualizonych  
*Ernesta*  
ul. Buzi Grodzka



EMS DAS 59328561/3/E