

EZ.28.946.2022.MJ

Łódź, dnia 03.03.2022r .
Numer sprawy: **EZ.28.9.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Pakiet 2

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 6 mm i 12 mm, długość robocza 1200 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 6 mm i 12 mm, długość robocza 2300 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2

Poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję nr 2 i dopuści szczotki jednorazowe długie do czyszczenia gastrokopu, uniwersalne szczoteczki dwustronne do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych, średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 5mm, średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 10mm posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych dł. robocza 2300mm, średnica cewnika 1,7 mm. Opakowanie 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ. Brak możliwości wydzielenia pozycji z pakietu w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny z filtrem 0,2-0,22µm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny z jednoczęściową komorą kroplową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny nie zawierający osłony na kolec, a wyłącznie miejsce na zacisku rolkowym na podwieszenie końcówki drenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w zad. 5, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do nefrostomii dwustopniowej, w skład którego wchodzi: 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie), prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm – śr. 0.028" (6CH) i 0.038" (8 i 10CH), przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn, cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock w rozmiarach 8 Ch, 10 Ch, kranik LuerLock, adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem), 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji. Sterylne, do jednorazowego użytku, bez

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

Czy w pakiecie nr 4. Zestaw infuzyjny do cytostatyków bez PCV ma zapewniać podaż grawitacyjnie oraz być kompatybilny z pompą Infusomat?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 1

Dot. zapisów SWZ, kryteriów oceny ofert, formularza ofertowego, projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy/uzupełnienia bazy, który liczony jest w godzinach, liczony był w dni robocze (a nie tylko termin dostawy wypadał w dni robocze)?

Przykład:

Jeśli zamówienie zostanie złożone w piątek, nawet w przypadku 72 godzinnego zadeklarowania terminu liczonego w dni robocze, termin dostawy wypada w środę. W obecnym brzmieniu zapisów termin ten wypada w poniedziałek.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Projekty umowy par. 6 ust. 1.5


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 do wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ.

Proszę o doprecyzowanie jaki asortyment powinien być zaoferowany w pakiecie 1 poz. 1? W załączniku do SWZ brak jest opisu nazwy i wymaganych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ z załącznikiem nr 2.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Z up. DYREKTORA
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kociszewska

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KIEROWNIK SEKCJI

mgr Malgorzata Janikowska

