

EZ.28.24.990.2022.EG

Łódź, dnia 07.06.2022r.

Nr sprawy: EZ.28.24.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

1. Zgodnie z dyspozycją art. 136 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W toku postępowania wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PAKIET NR	PYTANIE	ODPOWIEŹ
10	Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. nr 2	Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wkłady, pojemniki i uchwyty były kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres?	Zgodnie z SWZ.
11	Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. nr 2	Jakiej ilości saszetek z proszkiem żelującym wewnątrz wkładów 1, 2 i 3 litrowych w wymaga Zamawiający dla zagwarantowania zżelowania całej zawartości wkładu? Wg naszej wiedzy minimalna ilość proszku żelującego gwarantująca skuteczne zżelowanie płynu/wydzieliny ropnej/krwi to ok 20 g na 1L płynu co oznacza iż wkłady powinny posiadać co najmniej: wkład 1L - 2 saszetki proszku żelującego (po 10g każda) , wkład 2L - 3 saszetki proszku żelującego (po 13g każda) i wkład 3L - 5 saszetek proszku żelującego (po 13G każda).	Zgodnie z SWZ.
12	Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. nr 2	Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojemniki były certyfikowane jako wyrób „klasy I z funkcją pomiarową”, co umożliwi prowadzenie dokładnego bilansu płynów bez stosowania dodatkowych urządzeń, potwierdzone kompletem dokumentów dopuszczających tj. CE z deklaracją zgodności oraz powiadomienie /wpis do rejestru wyrobów medycznych?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z poważaniem,