

EZ.28.24.931.2022.EG

Łódź, dnia 24.05.2022r.

Nr sprawy: EZ.28.24.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

1. Zgodnie z dyspozycją art. 136 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W toku postępowania wpłynęły następujące pytania:


L.P.	PAKIET NR	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	umowa	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?	Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
2	umowa	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SWZ. Termin reklamacji stanowi kryterium oceny ofert.
3	umowa	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:  1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach: 1.2. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, opisanego w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. 1.3. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru; 1.4. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji; 1.5. za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty;	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

4	SWZ	Pytanie Proszę o doprecyzowanie jaki jest termin składania ofert oraz związania ofertą, ponieważ wystąpiły rozbieżności między datami wskazanymi w SWZ oraz w ogłoszeniu.	Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ.
5	SWZ	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie ostatecznego terminu składania ofert – w ogłoszeniu widnieje data 29.04.2022r. natomiast w SWZ Zamawiający podał datę 28.04.2022r.	Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ.
6	SWZ	Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antybakteryjne(badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wymiana wkładu polega na odłączeniu drenu z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady okrągłe(ze środkiem żelującym), wykonane z polietyleny pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości, z szerokim portem do pobierania próbek lub zadawania środka żelującego, łączenie tandemowe jest opcjonalne w pojemnościach 2000ml, 3000ml. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml,2000ml, 3000ml. Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczepek do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na cechy użytkowe (szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Brak dopuszczenia innego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP(zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że oferujemy system gwarantujący wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie. W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.	Zgodnie z SWZ.
7	SWZ	Pakiet nr 3. poz.2. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.	Zgodnie z SWZ.



8	SWZ	Pytanie do SIWZ Prosimy Zamawiającego o rozważenie zmiany terminu realizacji zamówienia z 36 m na okres np. 12 m lub krótszy. Obecnie i w przewidywalnej przyszłości ze względu na niestabilną sytuację polityczno-gospodarczą, będziemy mieć do czynienia z wysoką inflacją, niestabilnością kursów walut, wzrostem cen surowców do produkcji itp. co czyni możliwość rzetelnej wyceny na okres 24m, bardzo trudną i obciążoną dużym ryzykiem. Nie jest to też sytuacja korzystna dla zamawiającego, ponieważ musi się liczyć z tym, że im dłuższy termin realizacji wyznaczy, to wycena będzie zawyżona, gdyż firmy muszą w cenę wliczyć ryzyka które wcześniej opisałem. Wydaje się, że zamawiający (w obecnej sytuacji), skracając okres realizacji zamówienia, może jedynie zyskać.	Zgodnie z SWZ.
9	SWZ	1.dot. pakietu 6 W związku z zaprzestaniem produkcji wkładów ładowanych za pomocą słomki, Zamawiający wyraża zgodę na zakup wkładów ładowanych za pomocą spika - 2x strzykawka 200 ml, 2x kolec do napełniania, 1x zwijany przewód Y 60" (150 cm) z podwójnym zaworem zwrotnym - 350 PSI?	Zamawiający dopuszcza.

1. Zgodnie z dyspozycją **137 ust. 1, 2, 4, 6** ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający dokonuje modyfikacji następujących terminów:

- Termin składania ofert- na dzień **02.06.2022 r.** do godziny 10:00
- Termin otwarcia ofert- na dzień **02.06.2022 r.** o godzinie 11:00
- Termin związania ofertą do dnia - **30.09.2022r.**

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**

Z poważaniem,

DIREKTOR  
Wojewódzkiego Zakładu Specjalistycznego  
Centrum Diagnostyki i Patologii  
Lódź  
*mgr inż. Andrzej Basprzyk*