

EZ.28.19.973.2022.OK

Łódź, dnia 03.06.2022r.

Numer sprawy: **EZ.28.19.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

1. Zamawiający w piśmie nr EZ.28.19.929.2021.OK w dniu 23.05.2021r. udzielił odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 9 poz. 1 na cewnik balonowy pokrywany paclitaxelem w dawce 2 ug/mm2 kompatybilny z przewodnikiem 0'018 i 0,035". Średnice 4-7 mm, długości 40-220 mm w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyżej opisanego produktu.

W związku z wycofaniem pytania przez Wykonawcę Zamawiający anuluje powyżej udzieloną odpowiedź.

2. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Dotyczy postępowania **EZ.28.19.2022**

Pytanie o treści „ Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 9 poz. 1 na cewnik balonowy pokrywany paclitaxelem w dawce 2 Uq/mm2 kompatybilny z przewodnikiem 0,018 i 0,035". Średnice 4-7 mm, długości 40-220 mm w zależności od rozmiaru” zostało przez nas omyłkowo zadane, powinno ono dotyczyć zadania 10, poz. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyżej opisanego produktu.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

