

EZ.28.19. *928* .2022.OKŁódź, dnia *20* .05.2022r.  
Numer sprawy: **EZ.28.19.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę produktów farmaceutycznych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

### Odpowiedzi Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

#### 1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

##### Pytanie 1

##### Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 9 poz. 1 na cewnik balonowy pokrywany paclitaxelem w dawce 2 ug/mm<sup>2</sup> kompatybilny z przewodnikiem 0'018 i 0,035". Średnice 4-7 mm, długości 40-220 mm w zależności od rozmiaru.

##### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyżej opisanego produktu.

##### Pytanie 2

##### Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przewodniki hydrofilne z pakietu nr 2 następujących parametrach:

Prowadnik hydrofilny nitinolowy

- średnice 0,018" / 0,025" / 0,032" / 0,035" / 0,038",
- długości: 150, 180, 260,
- długość elastycznej końcówki 30 mm,
- bez zatopionych nitów wolframowych w poliuretanie,
- z prostą / zakrzywioną końcówką / z końcówką kształtowalną,
- sztywność standardowa i sztywne STIFF,
- dostępny przewodnik typu STIFF z dwoma końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft,
- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jakości, przewodników duńskiej firmy SP Medical, jak również przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i w konsekwencji do obniżenia cen ofert przetargowych.

W załączeniu broszura produktowa.

W celu potwierdzenia ww. informacji dot. produktu na Państwa życzenie możemy wysłać wskazany przewodnik celem wypróbowania w Państwa szpitalu.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>


NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Globalny dostawca wyrobów medycznych,  
rozwiązań z tworzyw sztucznych i systemów farmaceutycznych

**SP Medical**

Poseldon™ Prowadnik nitinolowy z pokryciem hydrofilnym



**Srednice**  
Ø 0.018" / 0,46 mm  
Ø 0.025" / 0,63 mm  
Ø 0.032" / 0,81 mm  
Ø 0.035" / 0,89 mm  
Ø 0.038" / 0,96 mm

**Długość**  
30 – 260 cm

**Pokrycie**  
Pokryty hydrofilnie - Black

**Rodzaj końcówki dystalnej**  
Zakrzywiona  
Prosta  
Kształtowalna

**Sztwywność shaftu**  
Standard  
Sztwywny - Stiff

**Sztwywność końcówki**  
Standard  
Soft  
Floppy

Wyrób specjalny z podwójną  
kończówką elastyczną  
Jeden koniec z zakrzywioną  
kończówką "angled" standardową,  
drugi koniec prosty typu soft.  
Sztwywny shaft.  
Dostępne w dwóch długościach:  
150 i 180 cm.

Inne produkty dostępne na  
życzenie klienta

Opis systemu kodowania  
numeri katalogowego  
Hy - N - S/R/A - ST/ISO/F -  
Oxx - D/H - L  
(przykład: Hy-N-A-ST-035-D-150)

HY	Pokrycie hydrofilne
N	Rdzeń nitinolowy
S	Kończówka prosta
A	Kończówka zakrzywiona
R	Kończówka kształtowalna
ST	Sztwywność standardowa końcówki
SO	Sztwywność końcówki Soft
F	Sztwywność końcówki Floppy
Oxx	Srednica prowadnika
	0.018" (0,46 mm)
	0.025" (0,63 mm)
	0.032" (0,81 mm)
	0.035" (0,89 mm)
	0.038" (0,96 mm)
H	Shaft sztywny Stiff
D	Shaft Standard
L	Długość prowadnika ( od 30 - 260 cm)

**COLOR TRADING** sp. z o.o.  
ul. Żelazny 40  
02-815 Warszawa  
tel. 22 643 04 45  
faks 22 643 10 78  
www.colortrading.pl

SP Medical A/S | Møllevej 1 | DK-4653 Karle | Denmark | Tel.: (+45) 5676-6000 | Fax: (+45) 5676-6001 | E-mail: gw@sp-medical.com 9

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 3

Pytanie dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów o długości od 16 do 59 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 1 formularza cenowego (załącznik 2 do swz) koszulek wprowadzających z bocznym ramieniem z zastawką typu Tuohy-Borst lub Check-Flo kompatybilnych z prowadnikiem 0.018", 0.035" lub 0.038" i dostępnych długościach: 55, 70, 80, 90, 110cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyżej opisanego produktu.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



#### Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 1 formularza cenowego (załącznik 2 do swz) spirali embolizacyjnych o długości o długości wyprostowanej sprężynki o średnicy 0.018" od 2 do 14.2mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

#### Pytanie 6

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 1 formularza cenowego (załącznik 2 do swz) stentów samorozprężalnych pokrytych lekiem o dostępnych długościach od 40 do 140mm

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

#### Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu 1 formularza cenowego (załącznik 2 do swz) zestawu do usuwania ciał obcych składającego się z cieniodajnej, zagiętej, dwupłaszczyznowej pętli wykonanej z drutu owiniętego platyną o średnicy 5, 10, 15, 20, 30mm i długości 125cm, cewnika wprowadzającego o śr. 4-6F długości 105cm i torquera. Dodatkowo dostępna również w formie czterooczkowej pętli do usuwania ciał obcych typu koszyczek o maksymalnej średnicy do 40mm, zamontowany na zestawie wprowadzającym typu Flexor o śr. 8F i długości 55 lub 100cm.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

#### Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 pakietu 1 formularza cenowego (załącznik 2 do swz) stentgraftu obwodowego stalowego (kobaltowo-chromowego), montowanego na balonie o dostępnych długościach od 18 do 59mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

#### Pytanie 9

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 6 pakietu 1 formularza cenowego (załącznik 2 do swz) stentu samorozprężalnego nitinolowego z wprowadzającym wprowadzającym o długości 75 i 125cm i uwalnianiem za pomocą systemu Pin&Pull. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

#### Pytanie 10

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 7 pakietu 1 formularza cenowego (załącznik 2 do swz) stentów żylnych, nitinolowych o dostępnych średnicach: 10, 12, 14, 16, 18mm i długościach w przedziale od 6 do 15cm, z zestawem wprowadzającym o długości od 80 do 120cm.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

#### Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 8 pakietu 1 formularza cenowego (załącznik 2 do swz) koszulki zbrojonej typu crossover, fabrycznie zagiętej, długości 40cm i średnicy 5.5 lub 6F oraz koszulki prostej wykonanej z PTFE ze spiralnym stalowym oplotem o średnicy 4, 5, 6, 7, 8F, kompatybilnej z przewodnikiem 0.035" lub 0.038", fabrycznie temperowanej, z zastawką hemostatyczną i kranikiem, o dostępnych długościach: 45, 55, 70 i 90cm.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

### Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 9 pakietu 1 formularza cenowego (załącznik 2 do swz) stentów aortalnych o dostępnych długościach od 30 do 100mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

### Pytanie 13

dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1

Prosimy o zmianę kar umownych na następujące:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;

b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto;

c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.

e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### Pytanie 14

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości drenu 200 cm (bez części donosowej)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

### Pytanie 15

pytania dotyczące umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 ppkt 1.1 i 1.2 kara została zmniejszona do 5%?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### Pytanie 16

pytania dotyczące umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 ppkt 1.3) i 1.4 kara wynosiła 0,5% nie dostarczonej w terminie partii towaru?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie 17**

Dotyczy terminu ważności przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z punktem IV.4 swz minimalny termin ważności musi wynosić minimum 23 miesiące, natomiast zgodnie z punktem XXVII.3.2 swz (kryteria oceny ofert) oraz pkt II.5 Formularza ofertowego (zał. nr 1 do swz) minimalny termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy. Prosimy o wyjaśnienie który zapis jest wiążący.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki w punkcie IV.4 SWZ: „Zamawiający wymaga, aby minimalny termin ważności wynosił minimum **12 miesięcy**, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres niż wskazany powyżej. Termin ważności rozpoczyna się w od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

*Uwaga! Termin ważności stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XXVII SIWZ.”*

**Pytanie 18**

**Dotyczy par. 3 pkt 3 Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby komplet aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP towarów, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy, ze względu na liczbę stron, został dostarczony w formie elektronicznej - na pendrive lub wysłany e-mailem na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr *[Signature]* Kasperzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



SPECJALISTA  
Dział Zamówień Publicznych

*mgr Olga Kowalska*