

EZ.28.84. ¹¹⁵⁸ 2022.MJ

Łódź, dnia 11.08.2022r
Numer sprawy: EZ.28.84.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do pieloplastyki miedniczki nerkowej o parametrach: cewnik wykonany z 100% silikonu z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta, rozmiar cewnika CH8 na pętlach oraz CH12 w części prostej zlokalizowanej przy części miedniczkowo-moczowodowej, system otwarty-otarty, długość 26/28/30 cm, cewnik skalowany widoczny w RTG. Cewnik dostarczany w zestawie z przewodnikiem 0,035" dł. 150 cm oraz popychacz sterowalny o dł. 40 cm, zapewniający stałe połączenie, umożliwiający pozycjonowanie stentu nawet po usunięciu przewodnika z układu moczowego. Produkt sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4, poz. 1 dopuści obwód oddechowy bez jonów srebra, ale mających budowę gładką wewnątrznie ograniczającą namnażanie bakterii i wirusów, czas użytkowania do 7 dni?

Zarówno obwód w którym zastosowano w strukturze materiału jony srebra i obwód w którym nie stosuje się w strukturze jonów srebra może być stosowany wyłącznie u pacjenta do 7 dni. Czyli warunek bezpieczeństwa dot. czasu użytkowania jest w obu produktach identyczny. Zwracamy uwagę, że w wyrobach medycznych stosuje się wyłącznie srebro w postaci Ag+. Srebro wykazuje swe właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze jedynie w jonowej formie Ag+, która jest niestabilna i może przekształcać się w formę Ag0 pozbawioną właściwości leczniczych. Obecnie ogranicza się stosowanie srebra Ag+ z powodu możliwości akumulacji srebra Ag0 w tkankach i komórkach, a przy ich długotrwałym stosowaniu i leczeniu co należy rozumieć, że obwód wykorzystywany do 7 dni będzie w wyniku oddziaływania środowiska przekształcał srebro Ag+ w formę Ag0. Nieaktywne srebro Ag0 może być kumulowane w tkance i powodować uszkodzenia skóry i błony śluzowej, może być przyczyną uszkodzenia i opóźnić proces leczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami

projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie numer 3 niesterylnego ustnika jednorazowego do bronchoskopu? Pozostała charakterystyka bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylnych lub mikrobiologicznie czystych

II. Zamawiający zmienia udzielone odpowiedzi w zakresie pakietu nr 4 pismem z dnia 21.07.2022 o nr EZ.28.84.1340.2022 na:



Dotyczy: Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści obwód bez powłoki antybakteryjnej ale wykonany z rur gładkich w środku, co w równym stopniu zapobiega zaleganiu bakterii w obwodzie oddechowym? Pragniemy dodatkowo zauważyć, że zgodnie z najnowszymi wynikami badań PAN oraz WUM, nanosrebro będące składnikiem powłoki antybakteryjnej, może wywoływać negatywne skutki zdrowotne działając i działając toksycznie na organizm człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet nr 4 pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy wykonany z nietoksycznego medycznego PCV z rur gładkich wewnątrznie zapobiegających zaleganiu bakterii?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kociszewska

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl; <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KIEROWNICZKA

mgr Małgorzata Jankowska