

EZ.28.89.1638.2022.MJ

Łódź, dnia 09.09.2022r
Numer sprawy: EZ.28.89.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 2 cewników prowadzących typu sheathless o średnicy wewnętrznej 0,070", 0,081", 0,090", pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 3 przewodników do angioplastyki o:

- Długości 190 oraz 300 cm
 - Dostępności min. 12 różnych kształtów i 2 różnych twardościach
- pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 4 przewodników do udrożeń o:

- Twardości końcówki wyłącznie 0,5g, 0,6g, 0,8g, 1g
 - Dostępności min. 16 różnych kształtów i 4 różnych twardościach
- pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Załącznik nr 3

Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy dopuszczą Państwo, na zasadzie równoważności, jednorazową końcówkę noża harmonicznego, dł. ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi: „max”, „min” oraz dwoma przyciskami. Uchwyt do zamykania naczyń do 5 mm. Urządzenie umożliwiające generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznnych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ

Poz.2

Czy dopuszczą Państwo, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco-tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 8-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej. Pojedyncza dźwignia zamykająco-spustowa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ

Poz.3

Czy dopuszczą Państwo, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera zamykająco-tnącego, z prostą głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Z up. DYREKTORA
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY WZIEGOMY
[Signature]
mgr Agnieszka Raciszewska

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

REGON 142559 NIP 729-2345-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

KIEROWNIK SEKCJI

[Signature]
mgr Małgorzata Janikowska

