



EZ.28.92. *1748*.....2022.KJ

Łódź, dnia 27.09.2022 r.
Nr sprawy: EZ.28.92.2022

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy **sprzętu medycznego** –

Pakiet nr 1 projekt pn: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań w zakresie profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

Pakiet nr 2 projekt pn: „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Pakiet nr 3 projekt pn: „Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego”

Pakiet nr 4 projekt pn: „Świadoma profilaktyka II – program wczesnego wykrywania nowotworów skóry dla mieszkańców województwa łódzkiego”

dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

- I. Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1, pakiet nr 1

Aparat do masażu pneumatycznego (zestaw z mankietami) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach:

- 21 zaprogramowanych programów do sekwencyjnego masażu
- Strumień objętościowy pompy: 25 l/min
- Wymiary aparatu: 410 x 430 x 150 mm
- Ciężar aparatu 10 kg

Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, pakiet nr 2

Masaż wirowy kończyny górnej – 1 szt.

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach jako równoważne lub lepsze, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty:

- akrylowa niecka wzmocniana matami z włókna szklanego
 - 44 dysze do masażu wirowego
 - ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu – pojemność zabiegowa ok. 30l
 - pojemność do przelewu – 45l
 - system zabezpieczający pompę przed pracą na sucho
 - czujnik temperatury wody
 - czujnik poziomu wody
 - system automatycznego napełniania
 - funkcja ciepłego prysznica
 - masaż wirowy przez wykorzystanie strumienia wody o regulowanej sile
 - system napowietrzania strumienia wody z regulacją
 - elektroniczny panel sterowania
 - ustawienie czasu zabiegu: 1-30 min
 - system odkamieniania sterowany elektronicznie
 - półautomatyczny system opróżniania niecki
 - regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





- wyposażenie: krzesło obrotowe, prysznic
- zasilanie: 230V/50Hz
- pobór prądu: 5A
- wymiary dł. 90 cm x szer. 95 cm x wys. 92 cm
- waga 60kg
- urządzenie medyczne
- klasa I, typ B
- możliwość wyboru koloru niecki – biały lub calypso

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3, pakiet nr 2

Stół do drenażu – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach:

- system profili aluminiowych zwiększający stabilność sekcji nożnej

Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, pakiet nr 2

Stół rehabilitacyjny – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie i poniższych parametrach:

- Waga stołu max. 110 kg

Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5, pakiet nr 2

Drewniana leżanka – 1 szt.

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach jako równoważne lub lepsze, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty:

- lekka drewniana konstrukcja
- ruchoma część leża umożliwiająca pozycje leżącą i półleżącą
- blat obity materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych
- długość 200 cm
- szerokość 70 cm
- wysokość 65 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówek od 0 do 35°
- dopuszczalne obciążenie 200 kg
- waga 34 kg

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6, pakiet nr 2

Zestaw do kinezjoterapii – 1 zest.

W ostatnim czasie producent zmienił system komunikacji platformy z bezprzewodowego na przewodowy oraz parametry instalowanego komputera. Czy w związku z brakiem na rynku opisanego rozwiązania Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

- Zawiera komputer o minimalnych parametrach: Intel Core i3-7200U (Dual Core, 2.5 GHz, 3 MB cache) lub o zbliżonym wyniku w teście passmark, RAM: 8 GB - rozłożone na 2 kości po 4GB, GPU (karta graficzna): kompatybilna z DirectX 11, Dysk: SSD min. 120 GB, Porty: min. 4 x USB - w tym min. 1 x USB 3.0, HDMI.
- Zawiera platformę posturograficzną łączącą się z komputerem za pomocą przewodu.

Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.





Zestaw pytań nr 2

Pakiet nr 2

Zadanie nr 8

1. Czy zamawiający dopuści 4 dysze w urządzeniu zamiast 6?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie bez sterowanego elektronicznie systemu odkamieniania?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 9

1. Czy zamawiający dopuści wybór koloru spośród 10 kolorów?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 11

1. Czy zamawiający dopuści stoły o regulacji wysokości w granicach 47 – 102 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści stół o max. Obciążeniu 150 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Czy zamawiający dopuści stół o regulacji zagłówek w zakresie -85/+35

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści stół bez blokowania systemu bezpieczeństwa na pilocie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3

Zadanie nr 2

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 145x64x170 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.


2. Czy zamawiający dopuści wagę koła zamachowego o wartości 8 kg?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie z 16 stopniami obciążenia.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Z up. DYREKTORA
Wojewódzkiego Wielo-specjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kocińska

