



EZ.28.114.1952.2022.KJB

Łódź, dnia 19.10.2022r.
Numer sprawy: **EZ.28.114.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją **art. 135 ust. 2, 6** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

1.2. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% **niezrealizowanej** wartości wynagrodzenia brutto, opisanego w §1 ust. 2 pkt. 2.1.;

1.3. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru;**

1.4. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji;**

1.5. za niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy niedostarczone dokumenty.**

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 4

Pakiet 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania liczników do igieł niesterylnych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do osłony sondy składającego się z:

- Osłony o wymiarach 15x244 cm
- Dwóch elastycznych gumek
- Żelu ultradźwiękowego
- Owinięcia zestawu wykonanego z miękkiej włókniny

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do osłony sondy składającego się z:

- Osłony o wymiarach 18x40 cm
- Dwóch elastycznych gumek
- Żelu ultradźwiękowego
- Dwóch pasków samoprzylepnych

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do osłony sondy składającego się z:

- Osłony o wymiarach 18x40 cm





- Dwóch elastycznych gumek
- Żelu ultradźwiękowego
- Dwóch pasków samoprzylepnych

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do osłony sondy składającego się z:

- Osłony o wymiarach 18x160 cm
- Dwóch elastycznych gumek
- Żelu ultradźwiękowego
- Dwóch pasków samoprzylepnych

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 1 poz.1.

Jaka ma być długość prowadnicy 20G przy igle Atraucan?

ODPOWIEDŹ

Długość prowadnicy 20G przy igle Atraucan ma wynosić 35 mm.

Pytanie nr 10


Pakiet 7 poz. 1 i 2.

Z jakim modelami pomp mają być kompatybilne przyrządy do podawania cytostatyków?

ODPOWIEDŹ

Przyrządy do podawania cytostatyków mają być kompatybilne z modelami pomp *Infusomat Space*.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Z up. DYREKTORA
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kociszewska

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź


SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

Dział Zamówień Publicznych

INSPEKTOR


mgr Karolina Janiczek-Borowiecka

