

EZ.28.121.2334.2022.KJB

Łódź, dnia 14.12.2022r.
Numer sprawy: EZ.28.121.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją **art. 135 ust. 2, 6** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1

Pytanie do postępowania dot. Pakietu nr 12 – Pojemniki kriogeniczne do przechowywania preparatów komórek macierzystych:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemników kriogenicznych o zalecanej objętości przechowywanego materiału w zakresie 60ml – 160 ml oraz wymiarach zewnętrznego worka ochronnego z tworzywa EVA o wymiarach 140 mm x 270 mm ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

19 poz 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorurkowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr 22mm i długości 1,8m, z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania, z dodatkową rurą rozciągliwą od 0,6 m do 1,8 m, z 2 l workiem bezłateksowym, waga układu 180 g bez akcesoriów, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, z oddzielnym dodatkowym przewodem do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego.

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od parametru wydajności ogrzania powietrza wdychanego 6,2° C przy przepływie 4l/min i opór wdechowy max 0.14 cm H₂O i wydechowy max 0.16 cm H₂O przy przepływie 10l/min, gdyż są to parametry możliwe do uzyskania wyłącznie w warunkach laboratoryjnych i bardzo zależne od temperatury otoczenia i cech indywidualnych pacjenta (pojemności cieplnej), nie występują w warunkach rzeczywistych.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





ODPOWIEDŹ:


Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora. Waga układu 180 g, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od parametru wydajności ogrzania powietrza wdychanego 6,2° C przy przepływie 4l/min i opór wdechowy max 0.14 cm H2O i wydechowy max 0.16 cm H2O przy przepływie 10l/min, gdyż są to parametry możliwe do uzyskania wyłącznie w warunkach laboratoryjnych i bardzo zależne od temperatury otoczenia i cech indywidualnych pacjenta (pojemności cieplnej), nie występują w warunkach rzeczywistych



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Z. inż. DYREKTORA
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kociszewska

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

Dział Zamówień Publicznych

INSPEKTOR

K. pułki-borowiecka
mgr Karolina Janiczek-Borowiecka

