



EZ.28.121.247.2022.KJB

Łódź, dnia 29.12.2022r.

Numer sprawy: **EZ.28.121.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją **art. 135 ust. 2, 6** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

**1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:**

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 19**

**Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układów oddechowych jednorurowych, dwuświatłowych z dodatkową rurą rozciągliwą w zakresie od 0,6 m do 1,8 m w miejsce zapisu SWZ od 0,6m do 2,0m, pozostałe warunki zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 19**

**Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy będący w zestawie (w oryginalnym opakowaniu) wewnętrzny przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego ma być wbudowany w obwód i stanowić integralną jego część?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 19**

**Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przewód do próbkowania gazu ma cechować się długością 2,75m, tak jak obecnie stosowany w Państwa Placówce?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 19 poz. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o doszczegółowienie czy opisana wydajność ogrzania powietrza wdychanego w zaoficerowanym obwodzie ma wynosić 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min? Pierwotny zapis SWZ brzmi: wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





tel. 042 689 5819, 042 689 5911

fax.: 042 689 5409

e-mail: [przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl)**Pytanie nr 5****Pakiet 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej z 5 zaworami bezigłowymi i 5 kranikami. Rampa kompatybilna z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami (potwierdzone przez producenta) wolna od lateksu i części metalowych, możliwość stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji, co pozwala na bezpieczne prowadzenie terapii dożylnych, dren 150 cm bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu Flow stop, która zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu (umożliwia wypełnienie linii bez konieczności jej odłączenia). Wytrzymałość na ciśnienie min. 2 bary. Pokręta kraników w różnych kolorach.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6****Pakiet 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy z pięcioma kranikami i sześcioma zaworami bezigłowymi, z przedłużaczem ok. 150 cm. Każdy kranik zabezpieczony zaworem bezigłowym który otwiera drogę dla płynu tylko po podłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. Bezigłowe porty z możliwością użytkowania przez 7 dni lub 600 aktywacji, zapewniają szczelność systemu. Rampa kompatybilna z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, propofolem (potwierdzone w karcie katalogowej), nie zawiera szkodliwych ftalanów DEHP. Wytrzymałość ciśnieniowa min. 2 bary. Pokręta kraników różnokolorowe.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**

Z UB. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Przemysłowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kuciszewska

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

Dział Zamówień Publicznych e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

IN SP NIP 729 23 45 599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

*K. Janiczek-Borowiecka*  
mgr Karolina Janiczek-Borowiecka

