

EZ.28.121.1388.2022.KJB

Łódź, dnia 22.12.2022r.

Numer sprawy: **EZ.28.121.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją **art. 135 ust. 2, 6** oraz **art. 137 ust. 1, 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

## 1. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ

### Zmiana nr 1

Ze względu na błędne formatowanie załącznika nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowo-cenowy”, Zamawiający ujednolica załącznik nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowo-cenowy”. Zamawiający wymaga zgodnie z załączonym załącznikiem.

## 2. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

### Pytanie nr 1

#### Pakiet nr 15

Czy w wyżej wymienionym pakiecie Zamawiający dopuści złożenie oferty na przewodniki hydrofilne o następujących parametrach:

- Dostępne długości: 150 cm / 180 cm, 260 cm,
- Dostępna średnica: 0,035",
- Dostępne zakończenia: proste, zakrzywione pod kątem 45 stopni oraz kształtowane,
- Dostępne przewodniki o następującej sztywności: standard oraz sztywne STIFF,
- Dostępne sztywności: standardowa i sztywna dla wszystkich wyżej wymienionych długości i średnic,
- Dostępny przewodnik typu STIFF z dwoma końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft (dla długości 150 i 260 cm)
- rdzeń nitinolowy jednoczęściowy zapewniający bardzo dobrą kontrolę trójki 1:1 odporny na odkształcenia.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00


e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Globalny dostawca wyrobów medycznych,  
rozwiązań z tworzyw sztucznych i systemów farmaceutycznych

Prowadnik nitinobowy z pokryciem hydrofilnym



Średnice  
 $\varnothing 0.018'' / 0,46 \text{ mm}$   
 $\varnothing 0.025'' / 0,63 \text{ mm}$   
 $\varnothing 0.032'' / 0,81 \text{ mm}$   
 $\varnothing 0.035'' / 0,89 \text{ mm}$   
 $\varnothing 0.038'' / 0,96 \text{ mm}$

Długość  
 33 - 260 cm

Pokrycie  
 Pokryty hydrofilnie - Black

Rodzaj końcówki dystalnej  
 Zakrzywiona  
 Prosta  
 Kształtowalna

Sztwyłość shaftu  
 Standard  
 Sztwywny - Stiff

Sztwyłość końcówki  
 Standard  
 Soft  
 Floppy

Wyrób specjalny z podwójną  
 końcówką elastyczną  
 Jeden koniec z zakrzywioną  
 końcówką "angled" standardową,  
 drugi koniec prosty typu soft.  
 Sztwywny shaft.  
 Dostępne w dwóch długościach:  
 150 i 180 cm.

Inne produkty dostępne na  
 życzenie klienta

Opis systemu kodowania  
 numeru katalogowego

HY	Pokrycie hydrofilne
N	Przebieg nitinobowy
S	Koncówka prosta
A	Koncówka zakrzywiona
K	Koncówka kształtowalna
ST	Sztwyłość standardowa końcówki
SO	Sztwyłość końcówki Soft
F	Sztwyłość końcówki Floppy
Max	Średnica przewadki
	0.018" (0,46 mm)
	0.025" (0,63 mm)
	0.032" (0,81 mm)
	0.035" (0,89 mm)
	0.038" (0,96 mm)
H	Shaft sztywny Stiff
D	Shaft Standard
L	Długość przewadki ( od 30 - 260 cm)

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**

DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
 Centrum Onkologii i Traumatologii  
 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00/k

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

Dział Zamówień Publicznych

INSPEKTOR

*K. Janiczek-Rorncwiacka*  
 mgr Karolina Janiczek-Rorncwiacka















