

Łódź, dn. 01.07.2013 r.
Nr sprawy **81/ZP/13**

EZ/263/81/816/2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na **dostawy sprzętu medycznego dla Bloków Operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 dopuści również: Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 5 mm, dł. 100 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2 dopuści również: Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 5 mm, dł. 100 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 3 dopuści również: Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 5 mm, dł. 100 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 4 dopuści również: Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 5 mm, dł. 100 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 5 dopuści również: Jednorazowa uniwersalna kaniula o średnicy 12 mm, dł. 100 mm umożliwiająca wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do 12 mm,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



przezierna na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Kaniula umożliwiająca insuflację i desuflację?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 6 dopuści również: Jednorazowy Grasper endoskopowy z mechanizmem zamkowym, średnica ramienia 5 mm, długość ramienia 33,2 mm, rozpiętość otwartych bransz 28,4 mm, długość bransz 17,9 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 61 mm / zamknięcia 39 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 7 dopuści również: Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm i 14 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj końcówki przy zamówieniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 8 dopuści również: Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 25cm. Proste bransze, wbudowana aktywacja ręczna i jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię, kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.40mm, długość ramienia 22 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj końcówki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga użyczenie kompatybilnego generatora z końcówkami z pozycji 7 i 8 na czas obowiązywania umowy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 7 i 8 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 7 dopuści również: Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego zamykająca naczynia do 5mm włącznie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 7 dopuści również: Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 14 i 25 cm. Zakrzywione i proste bransze, wbudowana aktywacja ręczna, współpracujące z generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj końcówki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji 1 trokar z ostrzem ostrzonym jednostronnie oraz jednodrożny płynny zawór gazowy pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach, trokary pakowane po 6 sztuk w opakowaniu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji 2 trokar z metalowym ostrzem oraz jednodrożnym płynnym zaworem gazowym pozwalającym na umiejscowienie go w 3 pozycjach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji 3 trokar z ostrzem ostrzonym jednostronnie oraz jednodrożny płynny zawór gazowy pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji 4 trokar z metalowym ostrzem oraz jednodrożnym płynnym zaworem gazowym pozwalającym na umiejscowienie go w 3 pozycjach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji 5 kaniule z jednodrożnym płynnym zaworem gazowym pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 pozycję 6, 7 i 8 i stworzy dla niej osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
dział. Lecznicowa

dr n. med. Przemysław Białecki

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

