



EZ / 263 / 62 / / 2013

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Łódź, dnia 19.07.2013r.
Nr sprawy 62/ZP/2013

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę:
stanowiska do wykonywania badań wysiłkowych z bieżnią oraz łóżek szpitalnych
z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stanowiska do wykonywania badań wysiłkowych z bieżnią oraz łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Dot. Pakiet nr 2

Czy dla Pakietu nr 2 (Łóżka szpitalne z wyposażeniem – 6 szt.) Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dot. Pakiet nr 2

Czy dla Pakietu nr 2 (Łóżka szpitalne z wyposażeniem – 6 szt.) Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie posiadające regulację przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0° - 15°? Proponowany parametr różni się jedynie o 2° od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego i będzie w zupełności wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka i opieki nad pacjentem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dot. Pakiet nr 2

Czy ze względu na Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, Zamawiający odstąpi od wymogu elementu wyposażenia łóżka w „Ramkę na kartę gorączkową”? Taki element wyposażenia nie powinien znajdować się podczas hospitalizacji pacjenta przy jego łóżku oraz w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przez osoby obce, tym bardziej jeśli zawiera dane personalne, rozpoznawanie oraz inne dane obejmujące m.in. parametry życiowe, stosowaną farmakologię, zalecenia lekarskie itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie nr 5

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z wielofunkcyjnym blatem bocznym, której konstrukcja składa się z szuflady górnej i szafki dolnej (wysokiej) wyposażonej w drzwi z kątem otwarcia 135°? Oferowane rozwiązanie jest lepsze, niż opisane przez Zamawiającego, ponieważ specjalnie zaprojektowane, uchylne drzwi umożliwiają swobodny dostęp do szafki z obu stron, co pozwoli na swobodne korzystanie z jej zawartości osobom starszym oraz pacjentom o ograniczonych funkcjach ruchowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z wielofunkcyjnym blatem bocznym, posiadającą korpus umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalającej na umieszczenie szafki z lewej lub prawej strony łóżka, której obrotowa konstrukcja pozwala na umieszczenie blatu zarówno na łóżkiem pacjenta jak i nad blatem górnym szafki, bez konieczności schowania go za ścianą szafki, z wszystkimi funkcjami zmiany blatu realizowanymi bez użycia narzędzi? Proponowane rozwiązanie będzie równie praktyczne i wygodne jak opisane przez Zamawiającego, a możliwość dodatkowego ustawienia blatu nad szafką w formie półki, zwiększy wielofunkcyjność szafki oraz komfort użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z wielofunkcyjnym blatem bocznym o wysokości 98 cm? Oferowany parametr różni się jedynie o 3 cm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 8

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę z wielofunkcyjnym blatem bocznym, którego regulacja wysokości półki bocznej realizowana jest w zakresie 98 – 116 cm? Oferowany zakres będzie praktyczny podczas codziennego korzystania z szafki. Ponadto dolny parametr (98 cm) różni się jedynie o 3 cm od zakresu tolerancji wskazanego przez Zamawiającego, natomiast górny (116 cm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 9

Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza bieżnię z zakresem prędkości przesuwu bieżni od 0 do 19 km/h? Od wielu lat dostarczamy bieżnię z takim zakresem: która jest standardem w próbach wysiłkowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 10

Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza próbę wysiłkową z prezentacją zmian odcinka ST w formie wykresów 2D? Widok 2D jest stosowany z powodzeniem od wielu lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 11

Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza próbę wysiłkową z możliwością wykonania reanalizy pełnego badania w trybie standardowym bez określania przyspieszenia?

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 24 wymaga możliwości wykonania reanalizy wykonanych badań w trybie standardowym i/lub przyspieszonym. Zamawiający nie oczekuje podania szczegółowych wartości przyspieszenia. Ilość razy przyspieszenia nie jest istotna dla przebiegu badania.

Pytanie nr 12

Dot. Pakiet nr 1

Czy zamawiający dopuści bieżnię z systemem kontroli nachylenia bieżni innym niż inklinometr?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dot. Pakiet nr 1

Czy zamawiający dopuści system do wykonywania badań wysiłkowych z prezentacją zmian odcinka ST w formie wykresów „Relief”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 14

Dot. Pakiet nr 1

Czy zamawiający dopuści system do wykonywania badań wysiłkowych bez możliwości wykonania reanalizy pełnego badania w trybie standardowym lub przyspieszonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Dot. Pakiet nr 1

*Czy zamawiający dopuści system do wykonywania badań wysiłkowych bez wydruku w raporcie skali wysiłku według Borga?
Czy zamawiający wymaga, aby system posiadał analizę długiego QT?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wymaga, aby system posiadał analizę długiego QT.

Pytanie nr 16

Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system testów wysiłkowych bez prezentacji trendów ST w 3D. Możliwość taka nie na jakiegokolwiek znaczenia diagnostycznego i jest zwykłym dodatkiem graficznym w jednym z systemów mającym na celu niedopuszczenie konkurencyjnych systemów. Oferowany przez naszą firmę system posiada prezentację trendów ST w 2D z funkcją ilustrującą zmiany odcinka ST w postaci liczbowej dla każdego odprowadzenia z wyróżnieniem w kolorze czerwonym odprowadzenia o największej zmianie. Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów medycznych, co w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego sprzętu a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych, nowoczesnych rozwiązaniach i możliwościach analizy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 17

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o przechyłach wzdłużnych Trendelenburga/ Anty-Trendelenburga regulowanych za pomocą siłowników elektrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 18

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w poręczę boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składane na ramę łóżka, spełniające normę EN60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym montowanym na stałe do korpusu szafki? Błat boczny posiadający możliwość regulacji wysokości a także składania do boku szafki. Oferowane rozwiązanie jest trwałe od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści bieżnię diagnostyczną w zakresie prędkości przesuwu bieżni 0-21.7km/h co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 21

Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści system z wydrukiem i podglądem w prędkościach 25/50 mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 22

Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści system z przeglądem badania w trybie standardowym i przyspieszonym z możliwością korekty punktów pomiarowych i reanalizy ST w odprowadzeniach oraz możliwymi dodatkowymi ręcznymi pomiarami w medianach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 23

Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści system bez prezentacji ST w 3D? Pragniemy zauważyć iż funkcja ta nie jest przydatna w codziennej pracy klinicznej a dodatkowo podnosi cenę urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 24

Dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści równoważne filtry mięśniowe 20/40Hz oraz filtr FRF gwarantujący brak „pływania” zapisu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 25

Dot. ZAPISY SIWZ

Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu są certyfikat CE oraz deklaracja zgodności. Wnosimy o usunięcie zapisów wymagających dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia/wniosku do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Dot. ZAPISY SIWZ

Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Termin 28 dni wydaje się być terminem zbyt krótkim. Aby Zamawiający mógł uzyskać urządzenie odpowiadające w pełni jego oczekiwaniom zawartym w SIWZ powinno ono zostać wyprodukowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Termin produkcji tak skomplikowanych urządzeń jak przedmiot zamówienia wynosi min. 6 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Dot. załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 56

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów na: „Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego oprócz materiałów eksploatacyjnych i elementów zużywalnych.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Dot. załącznik nr 11 do SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Zamawiający uznaje taką interpretację.

Pytanie nr 29

Dot. załącznik nr 11 do SIWZ Ad par. 5 ust. 6 umowy

Czy Zamawiający chce zmienić ww. zapis na: „Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, zobowiązujących Wykonawcę do wymiany podzespołu na nowy – wynosi 3 naprawy”.

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co za skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Dot. załącznik nr 11 do SIWZ oraz załącznika nr 4 (Warunki gwarancji)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez Zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Dot. załącznik nr 11 do SIWZ oraz załącznika nr 4 (Warunki gwarancji)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Dot. załącznik nr 11 do SIWZ Ad par. 6 ust. 1

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

„Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności:

- 2) brak jakiejkolwiek części, podzespołu lub oprogramowania, wymaganych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ*
- 3) jakość materiałów inną niż wymagana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ,*
- 5) brak, nie działanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności wymaganej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.”?*

Doprecyzowanie tych zapisów w sposób określony powyżej, wydaje się być o tyle konieczne, że chociażby pkt. 2) zawiera sformułowanie na tyle ogólne i niedokładne, że może być w sposób dowolny interpretowany przez Zamawiającego, co z kolei powodować może rażące naruszenie interesów wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Dot. Załącznika nr 11

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis umowy w §6 ust. 2 b) na:

- b) „...niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki”?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Dot. Załącznika nr 11

Wnosimy o wykreślenie z §6 ust. 2 punktu d). Kara wymagana przez Zamawiającego jest zbyt wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską popełnioną we wzorze umowy, kara określona w §6 ust. 2 d) dotyczy postanowień §11 a nie §12.

Pytanie nr 35

Dot. Załącznika nr 11 par. 6 ust. 4

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Naliczenie kar umownych następuje poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Dot. Załącznika nr 11 §7 ust. 1d) i e).

Wnosimy o zmianę w/w punktów na zapis o treści: „zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto nie ulega zmianie, a zmienia się jedynie cena brutto proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT. Nowe stawki będą obowiązywać obie strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących i nie wymagają sporządzania aneksu w formie pisemnej.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Dot. Załącznika nr 11§8

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym sterowanie odbywa się z centralnego panelu sterującego z możliwością blokady oraz pilotów wbudowanych w barierki boczne, co jest standardem dla tego typu łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 39

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający opisując i wymagając łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie o konstrukcji zgodnej z Polską Normą EN PN 60601-2-52 oczekuje aby posiadało ono automatyczne rozłączenie funkcji elektrycznych, co stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym lub nieświadomym uruchomieniem łóżka przez pacjenta a jest standardem dla tego typu łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 40

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający opisując i wymagając łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie o konstrukcji zgodnej z Polską Normą EN PN 60601-2-52 umożliwiającego uzyskanie m. in. pozycji kardiologicznej oczekuje, aby była ona uzyskiwana bez wysiłkowo za pomocą jednego przycisku na panelu centralnym, co jest standardem dla tego typu łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 41

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający opisując i wymagając łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie o konstrukcji zgodnej z Polską Normą EN PN 60601-2-52 oczekuje aby obok możliwości uzyskania pozycji CPR posiadało ono również możliwość uzyskania pozycji antyszokowej, bez wysiłkowo za pomocą jednego przycisku na panelu centralnym, co jest standardem dla tego typu łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 42

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający opisując i wymagając łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie o konstrukcji zgodnej z Polską Normą EN PN 60601-2-52 wyposażonego w poręczę boczne, tworzywowe, opuszczane, dwuczęściowe z każdej strony łóżka – zabezpieczające na całej długości leże oczekuje, aby były one unoszone i opuszczane podczas regulacji m. in. segmentów oparcia pleców, segmentu oparcia nóg, pozycji kardiologicznej, co jest standardem dla tego typu łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 43

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z wysoce sprężystej aktywnej piany twardej na krawędziach materaca oraz posiadającej nacięcia w okolicach głowy, tułowia i pięt dla zmniejszenia nacisku na ciało oraz dodatkowo profilowanej w centralnej części dla maksymalnego komfortu pacjenta o grubość 120 mm, dopasowany formatem do wymiarów leża? Powierzchnia pokrowca materaca wykonana z materiału Lintex przyjaznego dla skóry pacjenta i łatwa w utrzymaniu czystości dzięki możliwości zastosowania dezynfekcji wysokotemperaturowej w min. 95 st. C. Proponowane rozwiązanie gwarantuje również zabezpieczenie profilaktyki przeciwoodleżynowej na poziomie min II stopnia odleżyn

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 44

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blaty szafki oraz półki bocznej wykonane są z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego HPL odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV, z rantami profilowanymi w sposób chroniący przedmioty przed przypadkowym zsunianiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 45

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blaty szafki oraz półki bocznej posiadają kolor dopasowany do wypełnienia szczytów przy łóżku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 46

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający opisując szafkę przyłóżkową której korpus umieszczony jest na mobilnej podstawie z możliwością ustawienia blatu z prawej bądź lewej strony łóżka oczekuje aby posiadała ona możliwość zablokowania i odblokowania kół bez konieczności opuszczania łóżka przez pacjenta, co jest standardem dla tego typu rozwiązań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 47

Dot. SIWZ

Prosimy Zamawiającego o informację, czy wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia? Jeśli tak, prosimy o podanie do jakiej daty od dnia podpisania umowy zostanie wydłużony termin realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Dot. SIWZ

Czy dla warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę Zamawiający żąda przedstawienia referencji o należytej staranności wykonania zamówienia za każdy rok z okresu ostatnich trzech lat, czy tylko za jeden rok z tego okresu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału V b) na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda złożenia: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - Załącznik nr 7 do SIWZ;

Pytanie nr 49

Dot. SIWZ

Czy zamawiający przychylił się do prośby i zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty wykazu wykonanych dostaw w zakresie pakietu nr 2 oraz wymogu przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie min. 1 dostawy rodzajowo odpowiadającej przedmiotowi zamówienia opisanego w pakiecie nr 2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych poręczach bocznych wynoszącej 970 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o maksymalnej szerokości całkowitej przy opuszczonych poręczach bocznych wynoszącej nie więcej niż 1040 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Dot. Pakiet nr 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości bez przedłużonego leża wynoszącej 2180 mm i o długości całkowitej z przedłużonym leżem wynoszącej 2280 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Dot. Pakiet nr 2

W parametrach technicznych Zamawiający zawarł wymóg „Funkcja CPR segmentu oparcia pleców”. Czy w związku z tym zamawiający uzna za tożsame łóżko, w którym po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiednio danego przycisku na centralnym panelu segmenty leżą za pomocą napędów elektrycznych poziomują się i leżą osiąga minimalną wysokość lub segmenty leżą poziomują się i leżą osiąga maksymalną wysokość. Łóżko posiada mechaniczne CPR – y segmentu oparcia pleców i segmentu uda?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Pytanie nr 54

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w poręczę boczne, tworzywowe, wykonane z wyprasek z tworzywa ABS, opuszczane, dwuczęściowe z każdej strony – nie na całej długości leżą ale spełniające wymagania obowiązującej normy PN EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 55

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w poręczę boczne, tworzywowe, opuszczane, dwuczęściowe z każdej strony, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców i segmentem podudzia? W trakcie ustawiania się leżą do pozycji kardiologicznej (leżą w przechyle anty – Trendelenburga) segment oparcia pleców i segment podudzia poruszają się wraz z poręczami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 56

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z przechylem Trendelenburga wynoszącym 15°?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone w ramkę na kartę gorączkową?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada materac z wkładem z pianki poliuretanowej?



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 59

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, które posiada segmenty leżą wypełnione na stałe płytami HPL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, które posiada wymiowane szczyty wykonane z wyprasek z tworzywa ABS, w kolorze do uzgodnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 61

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkową dla pacjenta z dodatkowym blatem, z możliwością dostosowania jej do łóżka po lewej lub prawej stronie, której szerokość wynosi 510 mm; głębokość wynosi 390 mm; wysokość blatu od podłogi wynosi 860 mm; dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia, konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego chromowana, regulacją blatu bocznego odhyla się w zakresie 760 mm do 1060 mm, przechył blatu w zakresie $\pm 30^\circ$, szerokość blatu bocznego wynosi 580 mm, głębokość blatu bocznego wynosi 340 mm; blaty szafki wykonane są z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę, blaty są profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę; konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym; skrzynka szafki wyposażona jest w półkę i dwoje drzwiczek; szuflada i drzwiczki wyposażone w chromowany zaokrąglony uchwyty do otwierania; szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wymiowany dwukomorowy tworzywowy wkład; szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany (w trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta); szafka przejezdna z blokadą dwóch kół $\varnothing 50$ mm, wykonanych z tworzywa; powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 61

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie nowych łóżek (model HR900) z regulacją samego oparcia plecowego $0-66^\circ$ a z uwzględnieniem dodatkowego anty/trendelenburga do 17° łącznie do 83° (większy kąt regulacji ze względu bezpieczeństwa nie powinien być stosowany)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łóżek z kołami bez dodatkowych osłon tworzywowych które utrudniają czyszczenie i dezynfekcję kół?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (tego samego producenta co łóżko, nr BL-260) o parametrach wyższych niż proponowane i zgodne z kolorystyką a także wzornictwem z oferowanym łóżkiem tj.:

- szafka przyłóżkowa wykonana z kolorowego laminatu (tworzywa wielowarstwowego) z anodizowanymi, aluminiowymi narożnikami
- wbudowany boczny stół pacjenta
- segment górny przykryty jest ochronną pokrywą wykonaną z jasnobeżowego kształtowanego termicznie tworzywa sztucznego ABS-PC, dopasowany do wysuwanej szuflady z wyjmowaną plastikową tacą
- wysokość odstępu pomiędzy dwoma segmentami szafki (dolnym a górnym) wynosi 157mm
- segment dolny posiada wysuwaną szufladę, z dostępem z obu stron, z dwoma wyjmowanymi tacami, z których jedna może służyć jako uchwyt na butelkę
- podstawa mebla, otoczona pianką poliuretanową, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścian, spoczywa na czterech samonastawnych kółkach
- szerokość szafki 464mm
- głębokość szafki 559mm
- wysokość odstępu między dwoma segmentami szafki 157mm
- maksymalna wysokość nadłóżkowego stolika 1110mm
- minimalna wysokość nadłóżkowego stolika 701mm
- wysokość wraz z kółkami samonastawnymi 963mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

II. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji zapisów SIWZ:

Załącznik nr 11 – Wzór umowy

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień 25.07.2013r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień 25.07.2013r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Przemysław Białas

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ST. INSPEKTOR

mgr Agnieszka Wątróbska





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 11 do SIWZ
Wzór umowy
Zmodyfikowany w dniu 19.07.2013r.

UMOWA NR 62/ZP/13/.....
z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599) z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **Wojciecha Szrajbera – Dyrektora**

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą
(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez
zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawę dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi obowiązującą od dnia do dnia o łącznej wartości zł brutto (słownie:)

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi zwana w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub urządzeniem medycznym (Pakiet nr 1).

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi – Łódź, ul. Pabianicka 62 w terminie dodni od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 – 15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
4. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
5. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru technicznego.
6. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:
 - a) w zakresie odbioru i uruchomienia aparatury i sprzętu - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu lub osoba przez niego upoważniona oraz użytkownik aparatury i sprzętu.
 - b) w zakresie realizacji uprawnień Zamawiającego opisanych w §5 ust.2 i §6 niniejszej umowy – Kierownik Działu Aparatury Medycznej lub osoba przez niego upoważniona.

§3

1. Zamawiający zapłaci za dostarczony przedmiot zamówienia, cenę brutto określoną w ofercie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług konsumpcyjnych VAT.
3. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w przedłożonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w ciągu dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a. instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu na nośniku cyfrowym w formacie pdf,
 - b. paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji,
 - c. książki gwarancyjne.
2. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy, w terminie 20 dni od daty zainstalowania urządzenia przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru technicznego na cały przedmiot zamówienia na okres miesięcy.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 6 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem § ust... Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu zamówienia.
4. Koszty serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
6. W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy.
7. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
8. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

§6

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na towar sprawny.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

- b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§3 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.
 - c) zwłoka w wykonaniu naprawy o której mowa w § 6 pkt. 5 w wysokości 0,1% wartości towarów wadliwych dostarczonych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, liczone od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie naprawy.
 - d) Naruszenia postanowień §11 w wysokości 2000 zł za każde naruszenie – dotyczy wyłącznie pakietu nr 1.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
- a) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiot zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym.
 - b) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie.
 - c) ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie go zamiennym.
 - d) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy strony mogą zawrzeć aneks, mocą którego zdecydują o podwyższeniu ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian.
 - e) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.
 - f) obniżenia cen w każdej sytuacji zgłoszonej przez Wykonawcę.
 - g) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę jednak nie dłużej niż o kolejne 5 dni roboczych w stosunku do wymaganego terminu realizacji zamówienia.
 - h) zmiany, o których mowa w pkt. g) muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§8

- 1. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
- 2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)
- 3. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c.

§9

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania audytu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.4.1 normy EN ISO 9001:2008
2. Zamawiający ma prawo w każdym czasie kontrolować przetwarzanie przez Wykonawcę, powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa oraz z postanowieniami niniejszej Umowy
3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
5. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§10

1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

§11 – dotyczy wyłącznie pakietu nr 1

1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej ustawą (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm.) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zwykłych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL) oraz danych sensytywnych (informacje o stanie zdrowia) przetwarzanych w urzędzeniu, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że powierzone dane nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu celem oraz, że nie będzie przetwarzał danych osobowych dla własnych celów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, o których jest mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, w czasie trwania umowy i po ich zakończeniu.
4. W przypadku uszkodzenia nośników informacji, na którym gromadzone są dane osobowe wymontowane nośniki zostaną przekazane Zamawiającemu.
5. W przypadku konieczności naprawy urządzenia po za terenem Szpitala, przed przekazaniem urządzenia do naprawy zostaną wymontowane wszelkie nośniki, które mogą gromadzić dane osobowe i przekazane Zamawiającemu.
6. Zabrania się wykonywania przez Wykonawcę nieuzasadnionych kopii, gromadzenia, przechowywania jakichkolwiek danych, których administratorem jest Szpital, z wyłączeniem gdy będzie to realizowane na pisemne zlecenie Zamawiającego, bądź na pisemną prośbę Wykonawcy a wszelkie nośniki na których zostaną zgromadzone dane staną się własnością Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie był uprzednio ich właścicielem.
7. Strony wyłączają możliwość udostępnienia przez Wykonawcę powierzonych do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu innym podmiotom bez zgody Zamawiającego. Jeżeli niezbędna jest współpraca z innym podmiotem w zakresie określonym w ust.1 zostanie podpisana stosowna umowa trójstronna powierzenia danych.
8. Za udostępnienie, o którym mowa w ust. 5 należy rozumieć m.in.:
 - a) przekazanie informacji lub nośnika z danymi,
 - b) weryfikację danych,
 - c) wyzbycie się danych,
 - d) powierzenie danych,

- e) umożliwienie wglądu do danych,
 - f) upublicznienie danych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w trakcie realizacji niniejszej umowy chyba że obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim to będzie możliwe, zawiadomi o tym Zamawiającego, co najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem.
 10. Wykonawca oświadcza, że wszelkie prace wynikające z postanowień Umowy i niniejszego Aneksu nie będzie zlecał innym podmiotom bez zgody Zamawiającego.
 11. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy, a jego system informatyczny spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 z późn.zm.) m.in.:
 - politykę bezpieczeństwa informacji,
 - instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
 - zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 12. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzone do przetwarzania dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, w tym również do podmiotów powiązanych (spółki macierzyste, etc.).
 13. W przypadku uchylenia lub zmian przepisów, o których mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania i przestrzegania norm prawnych zastępujących dotychczasowe przepisy.
 14. Osobami uprawnionym do wykonywania prac serwisowych są serwisanci Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiającemu listę osób upoważnionych do wykonywania prac serwisowych oraz zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie z zachowaniem formy pisemnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody przez nieuprawnione działanie osób, którym wycofał uprawnienia a nie poinformował o tym Zamawiającego.
 15. Wykonawca oświadcza, że serwisanci, o których mowa w ust. 14 są przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm.) oraz innymi aktami prawnymi związanych z ochroną danych osobowych. Upoważnieni inżynierowie przed przystąpieniem do prac serwisowych/napraw przekażą stosowne oświadczenie o bezterminowym zachowaniu poufności informacji uzyskanych w trakcie wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy.
 16. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych zostali poinformowani o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 49-52 ustawy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do prac (przegląd serwisowy, naprawa itp.) osób nie figurujących na liście określonej w ust. 14.
 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru wszelkich informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usług gwarancyjnych i wykonywania czynności serwisowych przez osoby świadczące pracę na jego rzecz, w jakiegokolwiek formie. Wykonawca podejmie również odpowiednie kroki dla zapewnienia zachowania poufności ww. informacji przez osoby wykonujące w jego imieniu obowiązki w ramach niniejszej umowy.
 19. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu raportu po każdej czynności serwisowej/naprawie jeżeli w ramach wykonywanych były wykonywane operacje na zbiorach danych osobowych. Raport będzie zawierał informacje o błędach w przetwarzaniu danych jeśli takowe wystąpiły.
 20. W przypadku naruszenia zasad poufności danych osobowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Administratora Bezpieczeństwa Informacji pod nr tel. 609-390-235 lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego.
 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za naruszenia, o których mowa w ust. 1 na zasadach ogólnych.
 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych
 23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń niezależnie od kar umownych z tytułu poniesionych strat na skutek niezgodnej z umową realizacji usługi przez Wykonawcę.

24. Czynności wynikające z warunków gwarancji oraz przeprowadzonych prac podczas przeglądów technicznych, serwisowych zostaną odnotowane w stosownej dokumentacji urządzenia. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie dopuszczenia do dalszego użytkowania urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zabezpieczenia urządzenia przed dalszym użytkowaniem a w szczególności poinformowania o tym fakcie osób wskazanych w §6.

§12

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do rozliczania wszelkich powstałych roszczeń i strat z tytułu nieszczęśliwych wypadków będących skutkiem jego zaniedbań związanych z realizacją niniejszej umowy (np. wadliwy przedmiot dostawy). Wykonawca będzie wypłacał wszelkie odszkodowania z tytułu takich wypadków i nie będzie ich przenosił na Zamawiającego

§13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy;*
- Załącznik nr 2 – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;*
- Załącznik nr 3 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru NIP;*
- Załącznik nr 4 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru REGON.*
- Załącznik nr 5 – szkolenia*
- Załącznik nr 6 – warunki gwarancji*

Wykonawca

Zamawiający