

EZ / 263 / 165 / 1207 / 2014Łódź, dnia 28.10.2014r.
Nr sprawy **165/ZP/14****Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę łóżek szpitalnych i wyposażenia dla Oddziału Radioterapii/Teleradioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.***

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r. poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ:**Pytanie nr 1****DOTYCZY: Zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 7 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2**DOTYCZY: PAKIET NR 1 – łóżko szpitalne dwusegmentowe – 15 kpl.**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3**DOTYCZY: PAKIET NR 1 – łóżko szpitalne dwusegmentowe – 15 kpl.**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez atestu higienicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4**DOTYCZY: PAKIET NR 1 – łóżko szpitalne dwusegmentowe – 15 kpl.**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej wraz ze złożonym do boku szafki blatem bocznym 560 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 5**DOTYCZY: PAKIET NR 1 – łóżko szpitalne dwusegmentowe – 15 kpl.**

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie nr 6**DOTYCZY: PAKIET NR 1 – łóżko szpitalne trzysegmentowe – 3 kpl.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem podzielonym na 4 segmenty z czego trzy są regulowane – oparcie pleców i ud za pomocą sprężyn gazowych, oparcie podudzi za pomocą systemu zapadkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7**DOTYCZY: PAKIET NR 1 – łóżko szpitalne trzysegmentowe – 3 kpl.**

Czy zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8**DOTYCZY: PAKIET NR 1 – łóżko szpitalne trzysegmentowe – 3 kpl.**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez atestu higienicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9**DOTYCZY: PAKIET NR 1 – łóżko szpitalne trzysegmentowe – 3 kpl.**

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej wraz ze złożonym do boku szafki blatem bocznym 560 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 10**DOTYCZY: PAKIET NR 1 – łóżko szpitalne trzysegmentowe – 3 kpl.**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11**DOTYCZY: PAKIET NR 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbięcie pakietu nr 1, w którym znajdują się 2 rodzaje łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na dwa mniejsze pakiety składające się z jednego rodzaju łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych w każdym pakiecie? Takie rozbięcie pakietu zwiększy szanse mniejszych firm na udział w przetargu, przez co zamawiający będzie miał bardziej konkurencyjne ceny i większy wybór ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12**DOTYCZY: PAKIET NR 1**

Czy Zamawiający w specyfikacji punktu 2 pakietu 1 łóżko 3 segmentowe z ruchomym segmentem oparcia pleców miał na myśli łóżko dwusegmentowe z ruchomym segmentem oparcia pleców czy łóżko trzysegmentowe z ruchomym

segmentem oparcia pleców oraz nóg (podudzie oraz udo jako 1 segment ruchomy)? Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli łóżko trzysegmentowe z ruchomym segmentem oparcia pleców oraz nóg (podudzie oraz udo jako 1 segment ruchomy).

Pytanie nr 13

DOTYCZY: PAKIET NR 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dwusegmentowe z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem 200 kg? Jest to obciążenie dopuszczalne bezpieczne dla pacjentów nawet tych z nadwagą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 14

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zewnętrzną ramą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 15

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 16

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z rur stalowych chromowanych wypełnionych płytą dwustronnie laminowaną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 1

Dotyczy materaca: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dołączenia do oferty atestu higienicznego w przypadku dołączenia do oferty atestu higienicznego na materiał pokrowca materaca?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 560mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 19

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zewnętrzną ramą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 20

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 21

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z rur stalowych chromowanych wypełnionych płytą dwustronnie laminowaną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 2

Dotyczy materaca: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dołączenia do oferty atestu higienicznego w przypadku dołączenia do oferty atestu higienicznego na materiał pokrowca materaca?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

DOTYCZY: PAKIET NR 1, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 560mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 24

DOTYCZY: PAKIET NR 2

W proponowanym przez nas urządzeniu możliwy jest odpływ kanalizacji o przekroju zarówno 50 mm jak i 75 mm. Producent jednak uważa, że odpływ 75 mm gwarantuje lepsze odprowadzanie ścieków. W związku z tym, czy Zamawiający podtrzymuje przekrój 50 mm, czy też może być zastosowany przekrój 75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25**DOTYCZY: PAKIET NR 2**

Czy przez pełną automatyzację pracy urządzenia Zamawiający rozumie również bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy, jako najbardziej nowoczesne na rynku i zapobiegające możliwości przenoszenia się zakażeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 26**DOTYCZY: PAKIET NR 2**

Czy Zamawiający może wyjaśnić kolizję istniejącą między punktami 6 i 7?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską we wszystkich trzech pakietach. W pkt 7 warunków gwarancji zamiast 14 dni powinno być wpisane 30 dni.

Zapis brzmi: W momencie przekroczenia 30 dniowego okresu naprawy gwarancyjnej sprzęt podlega wymianie na nowy. Stosowna modyfikacja w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 27**DOTYCZY: PAKIET NR 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek których leża podzielone są na dwa segmenty wypełnione panelami z perforowanej stali montowanymi na stałe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w pakiecie nr 1 poz. 1. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 27**DOTYCZY: PAKIET NR 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek których leża podzielone są na trzy segmenty wypełnione panelami z perforowanej stali montowanymi na stałe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w pakiecie nr 1 poz. 2. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 28**DOTYCZY: PAKIET NR 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżka, w których płynna regulacja oparcia pleców realizowana jest przy pomocy mechanizmu śrubowego – korba do regulacji umieszczona pod leżem dostępna od strony nog łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29**DOTYCZY: PAKIET NR 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżka, w których płynna regulacja oparcia nóg realizowana jest przy pomocy mechanizmu śrubowego – korba do regulacji umieszczona pod leżem dostępna od strony nóg łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30**DOTYCZY: PAKIET NR 1**

Czy Zamawiający dopuści dwustronną szafkę o wysokości 85 cm i szerokości 57 cm. Wszystkie powyższe rozwiązania techniczne mają pozytywny wpływ na polepszenie właściwości użytkowych i bezpieczeństwa eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 31**DOTYCZY: Zapisów SIWZ**

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne ulotki i katalogi producenta jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie informacyjnych materiałów i katalogów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

W zakresie pakietu nr 1 i 2 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą:

Oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego asortymentu (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).

W zakresie pakietu nr 3 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą:

Foldery poglądowe oferowanych produktów.

Pytanie nr 32**Dotyczy: Łóżka szpitalne dwusegmentowe – wyposażenie stanowiska chorego – kpl.15**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym jako rozwiązanie ułatwiające schodzenie z łóżka zastosowano odpowiednią wysokość leża od podłogi, która wynosi 550mm? Taka wysokość leża jest wynikiem wielu testów i analiz, dzięki którym stwierdzono, że jest to najlepszy kompromis pomiędzy wymaganiami pacjenta oraz personelu. Łóżka powyżej wysokości 550mm stwarzają olbrzymi problem z opuszczeniem ich, z kolei łóżka poniżej tej wysokości znacznie utrudniają codzienną pracę personelu medycznego, opiekun medyczny narażony jest na urazy kręgosłupa na skutek konieczności zbyt dużego pochylania się podczas pielęgnacji pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 33**Dotyczy: Łóżka szpitalne dwusegmentowe – wyposażenie stanowiska chorego – kpl.15**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w cztery koła o średnicy 125mm, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu, zamontowane na metalowym uchwycie, posiadające tworzywową osłonę wewnętrzną części koła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 34**Dotyczy: Łóżka szpitalne dwusegmentowe – wyposażenie stanowiska chorego – kpl.15***Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego całkowita szerokość wynosi 1060mm? Jest to parametr nieznacznie odbiegający od normy.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 35**Dotyczy: Łóżka szpitalne dwusegmentowe – wyposażenie stanowiska chorego – kpl.15***Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze wynosi 170kg? Jest to parametr nieznacznie odbiegający od normy.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 36**Dotyczy: Łóżka szpitalne dwusegmentowe – wyposażenie stanowiska chorego – kpl.15, Szafka***Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której głębokość wynosi 515mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 37**Dotyczy: Łóżka szpitalne dwusegmentowe – wyposażenie stanowiska chorego – kpl.15, Szafka***Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której front szafki i szuflady wykonane są z wysoce odpornej na uszkodzenia płyty HPL z możliwością wyboru koloru?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 38**Dotyczy: Łóżka szpitalne dwusegmentowe – wyposażenie stanowiska chorego – kpl.15, Szafka***Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której szuflada wysuwana jest na prowadnicach ślizgowych? Proponowane rozwiązanie jest konstrukcyjnie trwalsze i pozwala na dłuższe użytkowanie z uwagi na brak rolek, które z czasem się eksploataują.*

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39**Dotyczy: Łóżka szpitalne dwusegmentowe – wyposażenie stanowiska chorego – kpl.15, Szafka***Czy w rozumieniu pkt 8 w przypadku dostarczenia łóżka wraz z koszykiem/pojemnikiem na obuwie pacjenta Zamawiający uzna jako spełnienie opisanego wymogu? Koszyk montowany jest do leża, dzięki czemu obuwie jest bardziej dostępne dla pacjenta, nie ma potrzeby sięgania, schylania się pod szafkę.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 40

Dotyczy: Łóżka szpitalne 3 segmentowe

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym jako rozwiązanie ułatwiające schodzenie z łóżka zastosowano odpowiednią wysokość leża od podłogi, która wynosi 550mm? Taka wysokość leża jest wynikiem wielu testów i analiz, dzięki którym stwierdzono, że jest to najlepszy kompromis pomiędzy wymaganiami pacjenta oraz personelu. Łóżka powyżej wysokości 550mm stwarzają olbrzymi problem z opuszczeniem ich, z kolei łóżka poniżej tej wysokości znacznie utrudniają codzienną pracę personelu medycznego, opiekun medyczny narażony jest na urazy kręgosłupa na skutek konieczności zbyt dużego pochylania się podczas pielęgnacji pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 41

Dotyczy: Łóżka szpitalne 3 segmentowe

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego leże podzielone jest na 4 segmenty, w tym 3 ruchome? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego z uwagi na możliwość ustawiania segmentów leże w wielu pozycjach, m.in. pozycji Fowlera.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy: Łóżka szpitalne 3 segmentowe

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w cztery koła o średnicy 125mm, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu, zamontowane na metalowym uchwycie, posiadające tworzywową osłonę wewnętrznej części koła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 43

Dotyczy: Łóżka szpitalne 3 segmentowe

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego całkowita szerokość wynosi 1060mm? Jest to parametr nieznacznie odbiegający od normy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 44

Dotyczy: Łóżka szpitalne 3 segmentowe

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze wynosi 170kg? Jest to parametr nieznacznie odbiegający od normy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 45

Dotyczy: Łóżka szpitalne 3 segmentowe, Szafka

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której głębokość wynosi 515mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 46

Dotyczy: Łóżka szpitalne 3 segmentowe, Szafka

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której front szafki i szuflady wykonane są z wysoce odpornej na uszkodzenia płyty HPL z możliwością wyboru koloru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 47

Dotyczy: Łóżka szpitalne 3 segmentowe, Szafka

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której szuflada wysuwana jest na prowadnicach ślizgowych? Proponowane rozwiązanie jest konstrukcyjnie trwalsze i pozwala na dłuższe użytkowanie z uwagi na brak rolek, które z czasem się eksploataują.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy: Łóżka szpitalne 3 segmentowe, Szafka

Czy w rozumieniu pkt 8 w przypadku dostarczenia łóżka wraz z koszykiem/pojemnikiem na obuwie pacjenta Zamawiający uzna jako spełnienie opisanego wymogu? Koszyk montowany jest do leża, dzięki czemu obuwie jest bardziej dostępne dla pacjenta, nie ma potrzeby sięgania, schylania się pod szafkę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 49

DOTYCZY: PAKIET NR 1 (poz. 1 i 2)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające konstrukcję ramową, gwarantującą stabilność segmentów leża jak również jak Państwo wskazują ułatwiającą schodzenie i wchodzenie pacjentowi na łóżko, oraz codzienną pielęgnację?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 50**DOTYCZY: PAKIET NR 1 (poz. 1 i 2)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51**DOTYCZY: PAKIET NR 1 (poz. 1 i 2)**

Czy Zamawiający przez szerokość całkowitą rozumie szerokość całkowitą łóżka wraz z krążkami odbojowymi, czy też szerokość całkowitą wraz z barierkami bocznymi, pragniemy nadmienić, iż szerokość całkowita łóżka wraz z materacem wynosząca w przedziale 950-980mm posiada leże (powierzchnie materaca) o szerokości około 780-800mm co w przypadku pacjentów otyłych (wających powyżej 150kg) jest nie możliwym do zapewniania im niezbędnego komfortu hospitalizacji

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie szerokość całkowitą łóżka ze wszystkimi elementami łóżka zamykającą się w przedziale 950 – 980 mm.

Pytanie nr 52**DOTYCZY: PAKIET NR 1 (poz. 1 i 2)**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi wynoszącą 103cm i leże wynoszące 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 53**DOTYCZY: PAKIET NR 1 (poz. 1 i 2)**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi wynoszącą 93cm i leże wynoszące 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 54**DOTYCZY: PAKIET NR 1 (poz. 1 i 2)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające udźwig wynoszący 200kg, zważywszy, iż wymagacie Państwo materaca o maksymalnym obciążeniu 180kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w załączniku nr 3 w rubryce pt. parametr oferowany, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 55

DOTYCZY: PAKIET NR 1 (poz. 1 i 2)

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56

DOTYCZY: PAKIET NR 1 (poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne 4 segmentowe z 3 segmentami ruchomymi, co jest rozwiązaniem równoważnym do opisanego w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

II. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych oraz warunków gwarancji dotyczy pakiet nr 1,2,3.

Zmieniony dokument w załączeniu do niemniejszego pisma.

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień **04.11.2014r. do godziny 10.00**
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień **04.11.2014r. o godzinie 11.00**

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
(2)
mgr Wojciech Szrajber

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

PAKIET NR 1

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę łóżek szpitalnych i wyposażenia dla Oddziału Radioterapii/Teleradioterapii** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: _____

Producent: _____

Nazwa/typ: _____

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

1 – ŁÓŻKA SZPITALNE DWUSEGMENTOWE – WYPOSAŻENIE STANOWISKA CHOREGO – KPL.15

LP	WYMAGANE PARAMETRY	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo – epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
2.	Łóżko bez zewnętrznej ramy lub innej konstrukcji ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka.	TAK/OPISAĆ	
3.	Leże podzielone na 2 segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi, w tym ruchomy segment oparcia pleców.	TAK	
4.	Regulacja oparcia pleców płynna przy pomocy sprężyny gazowej – dźwignia do regulacji umieszczone pod leżem dostępna z dwóch stron łóżka.	TAK	
5.	Tuleje uniwersalne do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki przy segmentie oparcia pleców	TAK	
6.	Szczyty łóżka wykonane jako tworzywowe, wysoce estetyczne elementy, z wstawkami kolorystycznymi do wyboru przez Użytkownika	TAK	
7.	Koła o średnicy min. 125 mm, w tym min. dwa z blokadą jazdy i obrotu. Koła w obudowie tworzywowej	TAK	
8.	Długość całkowita min. 2150 mm (+/- 50mm)	TAK	
9.	Szerokość całkowita w zakresie 950 do 980 mm	TAK	
10.	Wysokość leża od podłogi maksymalnie w zakresie 450-500 mm	TAK	
11.	Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców min. 70°	TAK	
12.	Haczyki na woreczki	TAK	
13.	Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg	TAK	
14.	Wyposażenie:		

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

<p>A - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka.</p> <p>B - ramka do karty gorączkowej, kopertowa zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych</p> <p>C - MATERAC przeciwoleżynowy pasywny - wymiarami dostosowany do wymiarów leża łóżka</p> <p>- Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg</p> <p>- Zbudowany z pianki poliuretanowej typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m³ oraz pokrowca.</p> <p>Wypełnienie - pianka przeciwoleżynowa nietoksyczna, wykonana z materiałów antyalergicznymi i antystatycznymi</p> <p>- Pokrowiec materaca – dwuwarstwowy z dzianiny poliestrowo-poliuretanowej lub równoważnej posiadający następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub inną zakładką. Materiał pokrowca pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, odporny na przenikanie mikroorganizmów – potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze; odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru.</p> <p>Możliwość pranie pokrowca w temp. do 95°C, dezynfekcji termicznej, parowej w temp do 105°C.</p> <p>- Deklaracja zgodności</p> <p>- Atest higieniczny</p>	TAK	
--	-----	--

DODATKOWE WYPOSAŻENIE STANOWISKA CHOREGO Z ŁÓŻKIEM DWUSEGMENTOWYM – SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BOCZNYM BLATEM

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Uniwersalna konstrukcja szafki wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, rurek metalowych i profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym epoksydowym lub ze stali lakierowanej proszkowo w profilach aluminiowych względnie o konstrukcji jednolitej, pozbawionej profili – wszystkie konstrukcje odporne na mycie, dezynfekcję szpitalną oraz promieniowanie UV. Konstrukcja umożliwiająca postawienie szafki z prawej lub lewej strony łóżka bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjnych	TAK	
2.	Wymiary szafki: - Wysokość: 850 mm, (+/-50 mm) - Szerokość: 450 mm, (+/-50 mm) - Głębokość: 450 mm, (+/-50 mm)	TAK	
3.	Błat szafki wykonany z płyty HPL lub innego tworzywa sztucznego	TAK	
4.	Drzwi szafki oraz front szuflady pokryty lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania drzwiczek oraz frontu szuflad pod kolor wypełnień szczytów	TAK	
5.	Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych – w środku umieszczony wkład tworzywowy z możliwością jego wyjęcia do mycia i dezynfekcji	TAK	
6.	Dodatkowy blat boczny składany z możliwością zamontowania zarówno z lewej jak i prawej strony bez dokonywania przeróbek konstrukcyjnych lub zamontowany w szafce o konstrukcji uniwersalnej prawo - lub lewostronnej, umożliwiającej postawienie szafki z prawej lub lewej strony łóżka również bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjnych	TAK	
7.	Szafka wyposażona w cztery podwójne koła tworzywowe niebrudzące podłoża.	TAK	
8.	Pod pudłem dolna półka na obuwie pacjenta lub inne rozwiązanie konstrukcyjne przeznaczone na obuwie pacjenta	TAK	
9.	Pomiędzy szufladą oraz pudłem przerwa na podręczne rzeczy pacjenta	TAK	

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

2 – ŁÓŻKA SZPITALNE TRZYSEGMENTOWE- WYPOSAŻENIE STANOWISKA CHOREGO – KPL.3

LP	WYMAGANE PARAMETRY	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
2.	Łóżko bez zewnętrznej ramy lub innej konstrukcji ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka.	TAK/OPISAĆ	
3.	Leże podzielone na 3 segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi, w tym ruchomy segment oparcia pleców.	TAK	
4.	Regulacja oparcia pleców płynna przy pomocy sprężyny gazowej – dźwignia do regulacji umieszczone pod leżem dostępna z dwóch stron łóżka.	TAK	
5.	Tuleje uniwersalne do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki przy segmencie oparcia pleców	TAK	
6.	Szczyty łóżka wykonane jako tworzywowe, wysoce estetyczne elementy, z wstawkami kolorystycznymi do wyboru przez Użytkownika	TAK	
7.	Koła o średnicy min. 125 mm, w tym min. dwa z blokadą jazdy i obrotu. Koła w obudowie tworzywowej	TAK	
8.	Długość całkowita min. 2150 mm (+/- 50mm)	TAK	
9.	Szerokość całkowita w zakresie 950 do 980 mm	TAK	
10.	Wysokość leża od podłogi maksymalnie w zakresie 450-500 mm	TAK	
11.	Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców min. 70°	TAK	
12.	Haczyki na woreczki	TAK	
13.	Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg	TAK	
14.	<p>Wyposażenie:</p> <p>A - poręcze boczne lakierowane jednocześnie składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka.</p> <p>B - ramka do karty gorączkowej, kopertowa zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych</p> <p>C - MATERAC przeciwodrażny pasywny- wymiarami dostosowany do wymiarów leża łóżka</p> <p>- Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg</p> <p>- Zbudowany z pianki poliuretanowej typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m³ oraz pokrowca.</p> <p>Wypełnienie - pianka przeciwodrażna nietoksyczna, wykonana z materiałów antyalergicznymi i antystatycznymi</p> <p>- Pokrowiec materaca – dwuwarstwowy z dzianiny poliestrowo-poliuretanowej lub równoważnej posiadający następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub inną zakładką. Materiał pokrowca pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, odporny na przenikanie mikroorganizmów – potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze; odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru.</p> <p>Możliwość pranie pokrowca w temp. do 95°C, dezynfekcji termicznej, parowej w temp do 105°C.</p> <p>- Deklaracja zgodności</p> <p>- Atest higieniczny</p>	TAK	

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

DODATKOWE WYPOSAŻENIE STANOWISKA CHOREGO Z ŁÓŻKIEM TRZYSegmentOWYM- SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BOCZNYM BLATEM

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Uniwersalna konstrukcja szafki wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, rurek metalowych i profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym epoksydowym lub ze stali lakierowanej proszkowo w profilach aluminiowych względnie o konstrukcji jednolitej, pozbawionej profili –wszystkie konstrukcje odporne na mycie, dezynfekcję szpitalną oraz promieniowanie UV. Konstrukcja umożliwiającą postawienie szafki z prawej lub lewej strony łóżka bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjnych	TAK	
2.	Wymiary szafki: -Wysokość: 850 mm, (+/-50 mm) -Szerokość: 450 mm, (+/-50 mm) -Głębokość: 450 mm, (+/-50 mm)	TAK	
3.	Blat szafki wykonany z płyty HPL lub innego tworzywa sztucznego	TAK	
4.	Drzwi szafki oraz front szuflady pokryty lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania drzwiczek oraz frontu szuflad pod kolor wypełnień szczytów	TAK	
5.	Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych – w środku umieszczony wkład tworzywowo z możliwością jego wyjęcia do mycia i dezynfekcji	TAK	
6.	Dodatkowy blat boczny składany z możliwością zamontowania zarówno z lewej jak i prawej strony bez dokonywania przeróbek konstrukcyjnych lub zamontowany w szafce o konstrukcji uniwersalnej prawo- lub lewostronnej, umożliwiającej postawienie szafki z prawej lub lewej strony łóżka również bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjnych	TAK	
7.	Szafka wyposażona w cztery podwójne koła tworzywowe niebrudzące podłoża	TAK	
9.	Pod pudłem dolna półka na obuwiu pacjenta lub inne rozwiązanie konstrukcyjne przeznaczone na obuwiu pacjenta	TAK	
10.	Pomiędzy szufladą oraz pudłem przerwa na podręczne rzeczy pacjenta	TAK	

WARUNKI GWARANCJI

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia	TAK	
2.	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – 48 godzin	TAK	
3.	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany sprzętu na nowy –3	TAK	
5.	Minimalny okres naprawy przedłużający gwarancję – 3 dni.	TAK	
6.	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej – 30 dni kalendarzowych	TAK	
7.	W momencie przekroczenia 30 dniowego okresu naprawy gwarancyjnej sprzęt podlega wymianie na nowy	TAK	

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr 3 do SIWZ – zmiana 28.10.2014r.
Nr sprawy 165/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

PAKIET NR 2

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę łóżek szpitalnych i wyposażenia dla Oddziału Radioterapii/Teleradioterapii** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: _____

Producent: _____

Nazwa/typ: _____

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

DOSTAWA I MONTAŻ MACERATORA DO UTYLIZACJI WYDALIN I WYDZIELIN USTROJU LUDZKIEGO

LP	WYMAGANE PARAMETRY	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Zasilanie 230 V 50Hz	TAK	
2.	Zasilanie zimną wodą (gwint 3/4" lub 1/2) – do uzgodnienia	TAK	
3.	Odprowadzenie do kanalizacji (rura Śr. 50 mm)	TAK	
4.	Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej lub bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego	TAK	
5.	Utylizacja jednorazowych naczyń i materiałów pomocniczych z pulpy celulozowej – ładowność min. 3 naczynia dowolnego asortymentu	TAK	
6.	Zbiornik z możliwością zabezpieczenia przelewowego	TAK	
7.	Pełna automatyzacja pracy urządzenia	TAK	
8.	Wymiary (dł x szer. x głęb.)(1000 x 500 x 600) mm ±100 mm	TAK	
9.	System dozowania środka antybakteryjnego	TAK	
10.	Cały proces maceracji prowadzony z wodą (bez rozdrabniania wsadu na sucho	TAK	
11.	Dostawa wraz z montażem	TAK	

WARUNKI GWARANCJI

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia	TAK	
2.	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – 48 godzin	TAK	
3.	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany sprzętu na nowy	TAK	

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	- 3		
5.	Minimalny okres naprawy przedłużający gwarancję – 3 dni.	TAK	
6.	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej – 30 dni kalendarzowych	TAK	
7.	W momencie przekroczenia 30 dniowego okresu naprawy gwarancyjnej sprzęt podlega wymianie na nowy	TAK	

Załącznik nr 3 do SIWZ – zmiana 28.10.2014r.
Nr sprawy 165/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

PAKIET NR 3

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę łóżek szpitalnych i wyposażenia dla Oddziału Radioterapii/Teleradioterapii** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: _____

Producent: _____

Nazwa/typ: _____

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

TECHNOLOGIA WYKONANIA MEBLI MEDYCZNYCH W SYSTEMIE BLACHY OCYNKOWANEJ LAKIEROWANYCH FARBAMI PROSZKOWYMI

LP	WYMAGANE PARAMETRY	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Mebel wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą: Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)	TAK	
2.	Korpus: z blachy ocynkowanej malowanej farbą proszkową Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco - wygłuszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.	TAK	
3.	Nóżki: Mebel posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 15 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóg).	TAK	
4.	Ściany wewnętrzne: Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w perforowane rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.	TAK	
5.	Drzwi, fronty, uchwyty: Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, pokryte lakierem proszkowym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi i szuflad. Uchwyty wykonane ze	TAK	

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	<p>stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie.</p> <p>W zależności od potrzeb drzwi przeszkłone. Wszystkie drzwi uchylne oszkłone wykonane ze szkła bezpiecznego.</p> <p>Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3 - punktowy, osadzone w ramie okiennej.</p> <p>Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo.</p>		
6.	<p>Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja mocowane w rastrach co 50mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wsporniki półek wytlaczane z nierdzewnej blachy o gr. 1 mm, elementy podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wysuwaniem (wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa).</p> <p>Półki z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, z krawędziami oklejonymi doklejką ABS o gr. 2 mm lub metalowe ze stali kwasoodpornej lakierowanej farbami proszkowymi wg uzgodnienia z Zamawiającym</p>	TAK	
7.	<p>Szuflady zastosowane w meblach wykonane ze stali kwasoodpornej, (bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady pracujące na prowadnicach kulkowych z mechanizmem samodomykania i amortyzatorem przeciwuderzeniowym Szuflady wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria.</p>	TAK	
8.	<p>Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samodomykania .</p>	TAK	

WARUNKI GWARANCJI

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia	TAK	
2.	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – 48 godzin	TAK	
3.	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany sprzętu na nowy – 3	TAK	
5.	Minimalny okres naprawy przedłużający gwarancję – 3 dni.	TAK	
6.	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej – 30 dni kalendarzowych	TAK	
7.	W momencie przekroczenia 30 dniowego okresu naprawy gwarancyjnej sprzęt podlega wymianie na nowy	TAK	

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)