

EZ.28.39.181 2015

Łódź, dn. 13.02.2015r
Nr sprawy: 39/ZP/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sondy Sengstakena-Blaekmorea dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania i zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena Blaekmorea w rozmiarze CH 16, CH 18, CH 21.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar Ch16 i Ch 18.

Czy Zamawiający dopuści sondy dostępne w rozmiarach Ch 16-20?

Zamawiający dopuszcza rozmiar Ch16 i Ch 18.

2. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

a) po przez dodanie zapisu w punkcie 5.V.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć **Oryginalne ulotki producenta, katalogi, dokumentację techniczną** w języku polskim **potwierdzające** wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).

b) zmianę terminów:

- termin składania ofert do dnia 19.02.2015r do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert w dniu 19.02.2015r o godz. 11:00

Zmianie ulega również ogłoszenie w powyższym zakresie.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

ZASTĘPCA DOKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Przemysław Biliński

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

