

EZ.28.171 <sup>1540</sup>..... 2015 I.P.Łódź, dnia <sup>26</sup>10.2015 r.

Nr sprawy 171/ZP/15

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę **3-letniego kompleksowego serwisu mammografu Lorad Selenia wraz ze stacją opisową SVDX-400 dla Pracowni Mammografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Dotyczy wzoru umowy § 1 punkt 4)**

**1)** Prosimy o doprecyzowanie ile przeglądów technicznych aparatu Lorad Selenia oraz stacji SVDX (zgodnie z harmonogramem) żąda Zamawiający w trakcie trwania Umowy serwisowej.

**2)** Producent aparatu Lorad Selenia zaleca wykonanie przeglądu technicznego raz do roku, zatem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie 1 przeglądu technicznego aparatu Lorad Selenia oraz stacji SVDX raz do roku, czy a w trakcie trwania umowy 3 szt przeglądów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy wzoru umowy § 1 punkt 7a )**

**3)** Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z :

Diagnostyka zostanie wykonana w terminie **do 24 godzin roboczych**, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

Na następujący zapis :

Diagnostyka zostanie wykonana w terminie **do 48 godzin roboczych**, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Serwis znajduje się poza siedzibą Zamawiającego w Radomsku, w związku z tym Zwracamy się z prośbą o odpowiednie wydłużenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę do wzoru umowy – Załącznik 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik w załączeniu do pisma.**

**4) Dotyczy wzoru umowy § 1 punkt 8)**

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z :

Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na usługi na okres min. 3 miesięcy oraz min.12 miesięcy na wymienione części w tym na lampę RTG i cyfrowy detektor promieniowania

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Na następujący zapis :

Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na usługi na okres min. 3 miesięcy oraz 3 miesiące na wymienione części w tym na lampę RTG i cyfrowy detektor promieniowania

Uzasadnienie:

Producent sprzętu Lorad Selenia udziela Wykonawca 3 miesięcznej gwarancji na części serwisowe. W związku w powyższym firma TIMKO nie może dać gwarancji 12 miesięcznej na lampę RTG ani Detektor.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy na:**

**Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na usługi na okres 3 miesięcy oraz min. 12 miesięcy na lampę RTG i cyfrowy detektor promieniowania, na pozostałe wymieniane części minimum 3 miesiące.**

**5) Dotyczy wzoru umowy § 4 punkt 1.a i b)**

a) § 4 punkt 1.a - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1% wartości brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę do wzoru umowy – Załącznik 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik w załączeniu do pisma.**

b) § 4 punkt 1.b- Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,1% wartości brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia karę umowną z 0,5% na 0,2%. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę do wzoru umowy – Załącznik 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik w załączeniu do pisma.**

Uzasadnienie:

W umowach na przeglądy, konserwacje sprzętu medycznego w przypadku, jw., powszechnie stosowane są kary od 0,1% do max 0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

**6) Dotyczy wzoru umowy § 4 punkt d)**

Zamawiający żąda zapłaty 10.000 zł brutto za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie postanowień o których umowy o których mowa w **§ 8, 9, 10,11,12,13,14,15**

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w zapisu Lub zmianę na następujący zapis :

W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy za każde naruszenie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**7) Dotyczy wzoru umowy § 1punkt 3**

Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonywania testów specjalistycznych i akceptacyjnych po naprawach.

Ile razy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wykonania testów specjalistycznych .? Oprosimy o określenie dokładnej ilości ? po jakiej dokładnie naprawie w/w testy muszą być wykonane ?Co Zamawiający ma na myśli ?

**Odpowiedź: Każdorazowo po wykonanej istotnej naprawie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.**

Ile razy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wykonania testów akceptacyjnych. Czy po każdej naprawie ? Oprosimy o sprecyzowanie dokładnej ilości oraz podanie kiedy testy akceptacyjne muszą być wykonane , po jakiej dokładnie naprawie ?

**Odpowiedź: Każdorazowo po wykonanej istotnej naprawie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Umowy zapisu o wykonywaniu przez Wykonawcę testów specjalistycznych po naprawie.

Uzasadnienie:

Testy specjalistyczne wykonywane są przez firmę zewnętrzną , niezależną. Jeśli nasza firma ma zlecać po każdej naprawie testy specjalistyczne to koszt umowy serwisowej będą bardzo wysokie.

Zamawiający może sam indywidualnie zlecać wykonywanie takich testów firmom zewnętrznym .

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Testy należy wykonać każdorazowo po wykonanej istotnej naprawie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.**

#### **8) Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ , OFERTA**

Zamawiający pod tabelką w punkcie 1. napisał :

1.Kolumny 4, 5 uwzględniają przeglądy techniczne, diagnostykę uszkodzeń, testy po naprawach, koszty dojazdów wraz z instalacją części zakupionych przez Zamawiającego.

Czy zamawiający zmieni w/w zapis na następujący zapis:

1. 1.Kolumny 4, 5 uwzględniają przeglądy techniczne, diagnostykę uszkodzeń, testy po naprawach, koszty dojazdów wraz z robocizną potrzebną do wymiany części przez Zamawiającego.

Uzasadnienie

W tabelce ofertowej wymagają Państwo podania łącznego kosztu serwisu( bez dostawy części zamiennych ) na okres 36 miesięcy .Zatem zmiana w/ zapisu będzie dla wykonawcy bardziej czytelna.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **9) Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu do Umowy**

„Zaległości płatności trzech kolejnych faktur przez Zamawiającego za trzy kolejne miesiące z rzędu, powodują wstrzymanie przez Wykonawcę świadczenia usług w ramach obowiązującej umowy do czasu uregulowania zaległych płatności.”

Uzasadnienie:

W związku z tym, iż okres trwania umowy to 36 miesięcy, pragniemy uniknąć sytuacji, w której w trakcie trwania tego okresu bylibyśmy zmuszeni do ponoszenia kosztów serwisowych oraz kosztów umowy z Producentem bez otrzymywania zapłaty ze strony Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **10. ) Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ punkt 6)**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego zmianę i rozszerzenie zapisu dotyczącego czasu naprawy co stanowi kryterium oceny ofert.:

**Czas naprawy bez użycia części zamiennych zostanie wykonana w terminie max do 2 dni roboczych ( max 10 kt)**

Na następujący zapis:

„Usunięcie awarii nastąpi w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż **72** godziny od momentu zgłoszenia, **bez użycia części**”.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na :**  
**Czas naprawy bez użycia części zamiennych zostanie wykonana w terminie max do 3 dni roboczych ( max 10 kt). Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę do SIWZ.**

**11) Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ punkt 7)**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego zmianę i rozszerzenie zapisu dotyczącego czasu naprawy co stanowi kryterium oceny ofert.:

**Czas naprawy z użyciem części zamiennych zostanie wykonana w terminie max do 4 dni roboczych ( max 10 pkt)**

Na następujący zapis:

Czas wykonania naprawy maximum w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta w ciągu max 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia na części.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na :**  
**Czas naprawy z użyciem części zamiennych zostanie wykonana w terminie max do 5 dni roboczych ( max 10 pkt). Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę do SIWZ.**

**12) Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ punkt 5)**

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z :

Oferujemy termin płatności min ( 60 dni ) od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby zamawiającego.

Na następujący zapis :

Oferujemy termin płatności min ( **30 dni** ) od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) zmianie ulega SIWZ w zakresie:**

- 1) **Zmianie ulega rozdział VIII OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT pkt. 3 b**

**Jest:**

**3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:**

**A) SPOSÓB OBLICZENIA CENY.**

$$C = N/W * A$$

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,

N – najniższa wartość z zaoferowanych,

W – wartość badanej oferty,

A – waga danego kryterium

**B) SPOSÓB OBLICZENIA **CZAS NAPRAWY (CN):****

$$CN = CNb * A / CNn$$

gdzie:

CN – punkty otrzymane za czas naprawy

CNn – ilość punktów oferty najkorzystniejszej

CNb – ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę

A – waga danego kryterium

Przy przyznawaniu punktów za czas naprawy Zamawiający będzie się posługiwał systemem:

**Naprawa bez użycia części zamiennych zostanie wykonana w terminie max. do 2 dni roboczych (max.10 pkt.)**

**Czas naprawy : 2 dni robocze – 0 pkt.,  
1 dzień roboczy – 10 pkt.**

**Naprawa z użyciem części zamiennych zostanie wykonana w terminie max. do 4 dni roboczych (max.10 pkt.)**

**Czas naprawy : 4 dni robocze – 0 pkt.,  
3 dni robocze – 5 pkt.,  
2 dni robocze – 10 pkt.,**

**Winno być:**

### **3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:**

#### **A) SPOSÓB OBLICZENIA CENY.**

$$C = N / W * A$$

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,

N – najniższa wartość z zaoferowanych,

W – wartość badanej oferty,

A – waga danego kryterium

#### **B) SPOSÓB OBLICZENIA CZAS NAPRAWY (CN):**

$$CN = CNb * A / CNn$$

gdzie:

CN – punkty otrzymane za czas naprawy

CNn – ilość punktów oferty najkorzystniejszej

CNb – ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę

A – waga danego kryterium

Przy przyznawaniu punktów za czas naprawy Zamawiający będzie się posługiwał systemem:

**Naprawa bez użycia części zamiennych zostanie wykonana w terminie max. do 3 dni roboczych (max.10 pkt.)**

**Czas naprawy : 3 dni robocze – 0 pkt.,  
2 dni robocze – 5 pkt.,  
1 dzień roboczy – 10 pkt.**

**Naprawa z użyciem części zamiennych zostanie wykonana w terminie max. do 5 dni roboczych (max.10 pkt.)**

**Czas naprawy : 5 dni roboczych – 0 pkt.,  
3 dni robocze – 5 pkt.,  
2 dni robocze – 10 pkt.,**

**2) Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta**

**W załączeniu:**

1. Załącznik nr 2 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami
2. Załącznik nr 6 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami

~~DIREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr Wojciech Szrajber (2)~~