

EZ.28.212.281.2017MJ

Łódź, dn. 28.02.2017r  
Nr sprawy: 212/ZP/16

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego i rękawic dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Czy Zamawiający w pakiecie 33 dopuści cewniki o następujących parametrach :

Jeden: poliuretanowy cewnik 15 Fr/10,10 Ga zakładany metoda retrograde

Jeden: zestaw introduktor/rozszerzadło 16 Fr

Jedna: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm

Jedna: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]

Jeden: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym

Jeden: zespół rozgałęziacza

Dwa: koreczki Luer-Lock

Jedno: rozszerzadło tunelizacyjne

Jedno: rozszerzało tkankowe 12 Fr

Jedno: rozszerzało tkankowe 14 Fr

Jeden: mankiet uszczelniający

Jeden: łącznik z zaciskiem

Jeden: zacisk cewnika

Jeden: samoprzylepny opatrunek na ranę

Jeden: skalpel

Oraz następujących długościach długość od mankieta do końca dystalnego 19 cm, 23 cm, 27cm, 31cm, 50 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy (..) z końcówką typu "shoutgun" (schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** dopuści prowadnicę do trudnych intubacji o długości 70cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Nie**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** wymaga, aby prowadnica do trudnych intubacji posiadała znaczniki głębokości co 1 cm, zakres rozmiaru rurek do jakich może być stosowana i oznaczenie jednorazowego użytku podane na korpusie oraz była podwójnie pakowana?

**Odpowiedź: tak**

**Dotyczy: 212/ZP/16, Pakiet 33, ilość pozycji 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 24cm ( tip to cuff 19cm ), 28cm ( tip to cuff 23cm ), 32cm ( tip to cuff 27cm ), 36cm ( tip to cuff 31cm ), 40cm ( tip to cuff 35cm ), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 27 poz. 1 igły do aspiracji szpiku z ostrzem typu podwójny diament z dodatkowymi 5 otworami bocznymi w dostępnej grubości 11G, 13G i długości 10,2cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 11**

Prosimy o doprecyzowanie czy złącze ma być proste czy spiralne? Z zastawka bezzwrotną, czy bez zastawki ? podwójne typu „Y” czy pojedyncze?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga złącza spiralnego, z zastawką, pojedynczego**

**Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści możliwość złożenia osobnej oferty na pozycję 2 Pakietu 8 i zaferowanie igieł o średnicy 11G i 9G w podanych długościach, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wydziela pozycję nr 2 z pakietu nr 8**

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie cewników typu Mono-J w rozmiarach F4,7, F6, F7 i F8, długość 70 cm, zamkniętych od strony nerki, wykonanych z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika, znakowanych dla dokładnego umiejscowienia, w zestawie z przewodnikiem pokrytym teflonem, prostym, sztywnym, z elastyczną końcówką, długość 150 cm, łącznikiem zakończonym lejkiem i końcówką Luer-Lock.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz. 1 igły do punkcji mostka z regulacją w zakresie 30-50 mm i 55-75 mm, zdejmowalnym uchwytem motylkowym, ostrzem skośnym, łącznikiem Luer-Lock umożliwiającym podłączenie strzykawek o poj. 5-20 ml, mandrynem z mechanizmem uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji, igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej, opakowanie foliowo-papierowe zapobiegające uszkodzeniu igły.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz. 2 igły do trepanobiopsji z dwoma krawędziami tnącymi (tzw. usta ryby), które gwarantują bezinwazyjną i łatwą penetrację jamy szpikowej; pakowane folia-papier zapobiegające uszkodzeniu igły. Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**


#### Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 8, poz. nr 1 i 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji w mocnych, odpornych na przypadkowe rozdarcia opakowaniach papierowo-foliowych; igła posiada osłonę z tworzywa sztucznego zapobiegającego jej uszkodzeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 8, poz. nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku, która zamiast korka posiada dodatkową zatyczkę jak na poniższym rysunku:



### Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;

c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru - chyba że nie ponosi winy;

d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru - chyba, że nie ponosi winy;

e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień naruszenia) – chyba, że nie ponosi winy.

**Odpowiedź: Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2. W związku z zapisem § 12 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2015 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

**Odpowiedź: Zamawiający przedstawia stan majątkowy w załączeniu. Pozostałe dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego**

Pakiet 7, pozycja 1

Prosimy o sprecyzowanie :

Jaką długość Prowadnic do rurek intubacyjnych do trudnych intubacji CH15 jałowe, z tworzywa nietoksycznego, pakowanych pojedynczo, jednorazowych

Oczekuje Zamawiający ? Możliwe długości , to 60cm, 70 cm, 80 cm, 100cm

Czy prowadnice muszą być zaopatrzone w sztywne futerały, w celu ochrony przed zniszczeniem?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga: 80cm oraz aby prowadnice były zaopatrzone w sztywne futerały, w celu ochrony przed zniszczeniem**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 32 zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową do drenażu dróg żółciowych w zestawie z igłą o grubości 21G oraz długości 15 i 20 cm; pozostałe parametry bez zmian?

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowany w wielu wiodących ośrodkach na terenie Polski i Europy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 33 sterylne zestawu cewnika permanentnego do hemodializ ostrych i przewlekłych o dostępnych długościach: 19cm/24cm; 23cm/28cm 27cm/32cm; 31cm/36cm; 35cm/40cm; 50cm/55cm; pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 23 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby znacznik miał nacięcia powodujące kotwiczenie i zwijanie w tkance w celu wyeliminowania migracji, tak jak dotychczas używany przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź: tak**

Pakiet 23 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby znacznik miał max. 0,28mm średnicy ?

**Odpowiedź: tak**

Pakiet 35 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę silikonową w kolorze niebieskim, o przekroju eliptycznym 1,5mm x 1,0mm, pakowaną jałowo w saszetki a'2 szt. (2 x 45cm), bez przeliczania ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ**

#### Pakiet 35 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści taśmę silikonową w kolorze czerwonym, o przekroju eliptycznym 1,5mm x 1,0mm, pakowaną jałowo w saszetki a'2 szt. (2 x 45cm), bez przeliczania ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ**

#### Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, polimerowane obustronnie z wewnętrzną powłoką aloesową, która nawilża i nawadnia skórę, o długościach 294 mm dla 7,5, 295 mm dla 8,0 oraz 297 mm dla 8,5? Podany opis wskazuje tylko na jednego Wykonawcę – firmę (..)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maksymalna długość rękawic 300 +/- 10mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ**

**Zamawiający wymaga aby w przypadku złożenia oferty na pakiet, w którym Zamawiający dopuścił w drodze pytań sprzęt należy dopuszczenie uwzględnić w formularzu ofertowym**

## II. Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ:

### a) pkt III. 2.

Przedmiot zamówienia został podzielony na **43 pakietów**. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.

### b) pkt IV.1.

Wymagany termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie przez:

- a) 6 miesięcy – pakiety nr 1-41,43
- b) 2 miesiące pakiet nr 42

### c) pkt XX.1.

1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
  - Pakiety 1-40, 42, 43

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	60%

2	Termin dostawy	10%
3	Data ważności	10%
4	Termin realizacji reklamacji	20%

## 2. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

1. W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 60 \%$$

C – wartość punktowa ceny;

C<sub>MIN</sub> – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

C<sub>B</sub> – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „CENA” wynosi **max 60 pkt**,

2. W kryterium Czas dostawy Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

### Czas dostawy (D):

- do 2 dni – 10 pkt.
- do 3,4,5 dni – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „Czas dostawy” wynosi **max 10 pkt**,

### Punkty przyznawane będą zgodnie z załącznikiem nr 2a

Przy przyznawaniu punktów w kryterium Czas dostawy Zamawiający będzie się posługiwał systemem 0-1 tj. nie będzie przyznawał punktów pośrednich.

3. W kryterium Data ważności Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

### Data ważności (Dw)

- 12 miesięcy – 0 pkt.
- 13 miesięcy i powyżej – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „data ważności” wynosi **max 10 pkt**,

### Punkty przyznawane będą zgodnie z załącznikiem nr 2a

Przy przyznawaniu punktów w kryterium Data ważności Zamawiający będzie się posługiwał systemem 0-1 tj. nie będzie przyznawał punktów pośrednich.

4. W kryterium termin realizacji reklamacji (TR) zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

**Termin realizacji reklamacji:**

- do 3 dni – 20 pkt.
- 4 lub 5 dni – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „data ważności” wynosi **max 20 pkt**,

**Punkty przyznawane będą zgodnie z załącznikiem nr 2a**

Przy przyznawaniu punktów w kryterium Termin realizacji reklamacji Zamawiający będzie się posługiwał systemem 0-1 tj. nie będzie przyznawał punktów pośrednich

5. Ocena końcowa oferty:

$$O_k = C + D + Dw + TR$$

Gdzie:

- OK – ocena końcowa oferty,
- C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena,
- D – ilość punktów przyznanych w kryterium czas dostawy
- TD – ilość punktów przyznanych w kryterium data ważności
- TR – ilość punktów przyznanych w kryterium termin realizacji reklamacji

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- d) załącznik nr 2, 2a, 3- zmienione załączniki w załączeniu do niniejszego pisma;

- e) terminy:

- składania ofert do dnia 09.03.2017r do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert w dniu 09.03.2017r

**Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków  
Zamówienia nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi (1)  
mgr Wojciech Szrajber

Z poważaniem

8





\_\_\_\_\_  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii im.  
M. Kopernika w Łodzi,  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

### FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego i rękawic dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,.

1. Cena zgodna z formularzem ofertowym
2. Deklarujemy **60 dniowy** termin płatności.
3. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem<sup>1</sup>:  
 Tak  
 Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

4. Deklarujemy :
  - a) Deklarujemy\*termin wykonania zamówienia /dostawy ..... (**do 2 dni roboczych lub 3,4,5dni robocze**), z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego

\*Należy uzupełnić, termin wykonania zamówienia /dostawy, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje wykonanie zamówienia /dostawy w terminie 5 dni roboczych.

- b) Informacja o wykorzystaniu towaru składana będzie na nr faksu .....

5. Deklarujemy\*: ..... dni roboczych (**do 3 dni roboczych lub od 4 dni do 5 dni roboczych**) termin realizacji reklamacji.

\*Należy uzupełnić, termin realizacji reklamacji, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje reklamację w terminie 5 dni roboczych.

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców.

6. Deklarujemy: ..... miesięczny termin ważności na dostarczony towar liczony od dnia dostawy. (12 miesięcy, 13 miesięcy i więcej. Wykonawca musi wskazać konkretną ilość miesięcy)

\*Należy uzupełnić, termin ważności w przypadku nie wpisania ilości miesięcy w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca dostarczy towar z terminem ważności 12 miesięcy.

**(Punkty 4-6 nie będą punktowane w zakresie pakietu nr 41, stanowiąc będą tylko oświadczenie Wykonawcy co do realizacji zamówienia)**

7. Oświadczamy, że wszystkie oferowane przez naszą firmę wyroby medyczne są dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679) oraz aktami wykonawczymi do ustawy i zobowiązujemy się do przedłożenia powyższych dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w zakresie objętym umową wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia oraz na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
8. Nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia\*/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom\*.

<b>Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:</b>
<b>Nazwa/firma podwykonawcy:</b>

Składamy niniejszą Ofertę w imieniu **własnym\*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia\***. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia\*.

9. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera/zawiera\*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/ będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa /świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi
1		
2		

*Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

12. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest .....
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
14. Zabezpieczyliśmy wystarczającą ilość oferowanego przedmiotu zamówienia pozwalającą na prawidłową realizację umowy.
15. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
**Miejscowość / Data**

.....  
**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**

\*należy skreślić niewłaściwy wariant

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	1	Implanty jąder wypełnione żelazem silikonowym zawierają kawałek usuwalnego teflonu tzw. Rynnę, dzięki której naprowadzana jest igła i nie istnieje niebezpieczeństwo przekucia implantu. Rozmiary protez dopasowane do wieku dziecka.		szt	5								
2	1	Wklucia dożylnie z zabezpieczeniem obwodowym 18G, 20G, 22G Wklucie dożylnie z zabezpieczeniem automatycznym bez dodatkowych elementów na zewnątrz kaniuli. Poliuretanowa , zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzną częścią poniżej krawędzi koreczka, min. 4 paski widoczne w RTG, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 0,9 22G(25mm) 1,1 20G(25mm i 33mm) 1,3 18G(33mm i 45mm)		szt	7 000								
3	1	Venflon G22-0,9 25mm oraz G20-1,1 33mm Kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami widocznymi pod RTG ( info na opakowaniu o materiale z jakiego wykonano kaniulę ). Gładka powierzchnia. Specjalny kształt końca poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzania kaniuli do naczynia. Cienkościenna konstrukcja kaniuli dla osiągnięcia większych przepływów. Samozamykający się port. Elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żył. Zakończenie Lock. Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi. Koreczek Luer Lock		szt	7 000								
4	1	Przewód do cystoskopu i rectoskopu pojedynczy. Sterylny, niepirogenny, nietoksyczny.		szt	30								

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
5	1	Rurka tracheostomijna metalowa nr 8, średnica rurki 12, długość 80, przeznaczona dla pacjentów po zabiegu tracheotomii		szt	3								
	2	Rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem nr 8, średnica rurki 12, długość 80, przeznaczona dla pacjentów po zabiegu tracheotomii		szt	3								
	3	Rurka tracheostomijna metalowa nr 9, średnica rurki 13, długość 90, przeznaczona dla pacjentów po zabiegu tracheotomii		szt	3								
	5	Suma				5	Suma						
6	1	Tamponada nosa silikonowa, dwubalonowa 5mm jałowe, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo, jednorazowe, wykonane z silikonu, posiadająca dwa niezależnie pompowane balony.		szt	40								
7	1	Prowadnica do rurek intubacyjnych do trudnych intubacji CH15 jałowe, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo, jednorazowe.		szt	500								

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
8	1	igła do punkcji mostka w rozmiarze 16G/15G/14G dł. 50 mm i 16G/15G/14G dł. 70 mm płynna regulacja głębokości nakłucia w zakresie 30 – 50 mm i 50-70 mm, ergonomiczny, zdejmowalny uchwyt motylkowy, ostre skośne łączenie Luer - Lock umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5 - 20 ml, mandryn z mechanizmem, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej, sztywne opakowanie plastikowo-papierowe zapobiegające uszkodzeniu igły.		szt	1 600								
9	1	Czyścik jałowy do elektrood		szt	400								
10	1	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, pediatryczny, o średnicy 0.76mm, 1.02mm i 1.14mm bez nitki i drucika. Produkt jałowy, jednorazowego użytku, pakowany po 1 sztuce. Przyrząd wykonany z materiału o dobrej biokompatybilności, gładkich powierzchniach ułatwiających odprowadzenie zalegającej wydzieliny i dobrą wentylację przestrzeni ucha środkowego. Przyrząd wykonany z fluoroplastiku, kształt ułatwiający dobre zamocowanie w błoni bębenkowej.		szt.	150								
	2	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, pediatryczny, o średnicy 1.02mm x 2.5mm x 1.0mm bez nitki i drucika, typu Paparella, z nacięciem i uchwytem ułatwiającym zakładanie i wyciąganie tuby. Produkt jałowy, jednorazowego użytku, pakowany po 1 sztuce. Przyrząd wykonany z silastiku, materiału o dobrej biokompatybilności, gładkich powierzchniach ułatwiających odprowadzenie zalegającej wydzieliny i dobrą wentylację przestrzeni ucha środkowego.		szt.	40								
10	Suma						10 Suma						

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
11	1	Jednorazowe sterylne złącza 150 cm o wytrzymałości co najmniej 325 PSI		szt.	720								
12	1	Przedłużacz 10cm, 25cm i 100cm z kranikiem trójdrożny		szt.	10 000								
13	1	Ostrze jednorazowe, sterylne do sternotomu typ SYSTEM 7 , wymiary 6.3mm x 0.79mm x 32mm. Ostrza kompatybilne z posiadaną przez szpital piłą.		szt.	20								
14	1	Igła typu Spinocan 0,40-0,47 x 88-90mm z prowadnicą z przyzmatem wewnątrz obsadki igły sygnalizującym wypływ płynu zmianą barwy.		szt.	100								
	2	Igła typu Pencan G 25/0,53/103 mm pakowana razem z prowadnicą z przyzmatem wewnątrz obsadki igły sygnalizującym wypływ płynu zmianą barwy.		szt.	100								
14	Suma												
15	1	Kateter moczowodowy typu Oliwka w rozmiarach 3F,4F,5F długość 110 cm		szt	80								
	2	Kateter moczowodowy typu Oliwka w rozmiarach 3F,4F,5F,6F,7F długość 70 cm		szt	100								
15	Suma												
16	1	Przedłużacz do drenażu dł. drenu 25 cm, średnica 12F. Połączenie drenu z jednej strony luer z drugiej połączenie, które pasuje do worka na mocz.		szt.	70								
17	1	Kaniula dożylna [venflon] żółty 24G\0,7 x 19mm wykonana z teflonu, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażona w skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie. Posiada port iniekcyjny oraz otwór boczny zakończony koreczkiem. Min. 4 paski widoczne w RTG.		szt.	250								

..... podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
18	1	Łącznik do drenów sterylny wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, kompatybilny z cewnikiem i drenem do przetaczania płynów.		szt.	500								
19	1	Zestaw do zakładania wkłucia centralnego jałowy, wykonany z materiałów nietoksycznych, serweta do rozłożenia zestawu o wym. min. 45 x 75 cm dwie serwety z przylepnym otworem do do obłożenia pola operacyjnego, imadło jednorazowe metalowe 1 szt. pęseta z tworzywa 1 szt.,kleszczyki typu Kocher z tworzywa 1 szt ostrze do szwów 1 szt.,strzykawka jednorazowa 10 ml,igła 21G,igła 18G,min 6 kompresów z gazy o wym. 7,5 x 7,5 cm samoprzylepny opatrunek o wym 10 x 15 cm do oklejania wkłucia centralnego tufery z gazy min 4 sztuki,		szt.	165								



Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
20	1	Igła typu Atraucan G26 88mm pakowana z prowadnicą 20G		szt	100								
21	1	IGŁA DOTĘTNICZA-ARTERIAL CANNULA WITH FLOSWITCH LUER LOCK -skrzydełka umożliwiające mocowanie -wkłucie do naczyń typu "VENFLON"- z zaworem typu Floswitch zapobiegającym wstępnemu przepływowi krwi - jednorazowe - pakowane pojedynczo-z tworzywa nietoksycznego -jąłowe		szt	900								
22	1	Rura rektoskopowa długa 25 cm		szt	200								
23	1	Znacznik na bazie złota w postaci walca o średnicy do 0.4mm. Znaczniki muszą być fabrycznie umieszczone w igłę 200mm - 17-20G z możliwością obrazowania wskaźnika przy pomocy technik USK, TK i prom. Rtg. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk z numerem serii i datą ważności. Wraz z ofertą należy dołączyć 2 sztuki próbek w celu zwenifikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia.		szt.	180								
24	1	Cewnik do szynowania moczowodów typu Mono-J rozmiary: F4;F4.7;F6;F7, długość 70cm, zamknięty od strony nerki.Wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pięci cewnika, znakowany dla dokładnego umiejscowienia. W zestawie z prowadnikiem pokrytym teflonem, prostym, sztywnym z elastyczną końcówką dł. 125cm, łącznikiem igłowym zakończonym lejkami do worka na moc, zaciskiem.		szt	60								

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
25	1	<p><b>SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA</b>  Szczoteczka jednorazowego użytku w osłonce ,sterylna , Średnica szczotki 2.0mm , dł. szczotki min.12 mm. Dokładnie zmykana metalową końcówką w osłonce . szczotka wysuwana z osłonki na długość min.1,5 cm. Długość robocza 1200 mm. Pojędyliczo pakowane, odporne na zlamanie. Nie powodujące odczynów alergicznych. Łatwość wysuwania i wprowadzania szczotki do osłonki. Kompatybilne ze sprzętem bronchoskopowym.</p>		szt.	105								
26	1	<p>Igły doszpikowe EZ-IO dla dzieci i dorosłych. Igła doszpikowa do użycia z zestawem EZ-IO; zapakowane sterylnie; nie zawiera lateksu;jednorazowego użytku;metalowa nasada igły umożliwiająca jej przyłączenie do magnetycznego złącza napędu oraz bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki wyjęcie ze sterylnego opakowania;łącznik do podawania leków kompatybilny z igłą;opaska do oznaczania daty i godziny uzyskania dostępu.</p>		szt.	4								

..... podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
27	1	<p>Igła do aspiracji szpiku z dodatkowymi bocznymi otworami.  Igła z ergonomicznym uchwytem typu „miotek”  - Igła znakowana co 10 mm pozwala na kontrolę głębokości wktucia  - Produkt sterylny, jednorazowego użytku  - Tuba chroniąca ostrze igły  - Dostępne grubość 11G, 9G, 8G  - Dostępne długość 10cm i 15cm  - Igła posiadająca w części dystalnej minimum 5 otworów umożliwiających szybkie pobieranie komórek macierzystych hemopoety z talerza biodrowego  - W uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock żeński.  - Igła z ergonomicznym uchwytem typu „miotek”  - Igła znakowana co 10 mm pozwala na kontrolę głębokości wktucia  - Produkt sterylny, jednorazowego użytku  - Tuba chroniąca ostrze igły  - Dostępne grubość 11G, 9G, 8G  - Dostępne długość 10cm i 15cm  - Igła posiadająca w części dystalnej minimum 5 otworów umożliwiających szybkie pobieranie komórek macierzystych hemopoety z talerza biodrowego  - W uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock żeński.</p>		szt.	8								
28	1	<p>Cewnik do szynowania moczowodów typu Mono-J rozmiary: F4;F4.7;F6;F7, długość 70cm, zamknięty od strony nerki. Wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pięli cewnika, znakowany dla dokładnego umiejscowienia. W zestawie z przewodnikiem pokrytym teflonem, prostym, sztywnym z elastyczną końcówką ді. 125cm, łącznikiem igłowym zakończonym lejkiem do worka na mocz, zaciskiem.</p>		szt.	10								

..... podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
W odpowiedzi na ogłoszenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
29	1	<p>Pojemnik do preparatyki krwi o pojemności 1000ml z drenem zakończonym portem typu Luer. Wymagania: Pojemniki muszą być sterylne, nietoksyczne, apirogenne, wyłącznie jednorazowego użytku. Muszą posiadać znak CE i być dopuszczone na terenie Polski - każdy pojemnik powinien być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym. - materiał z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty i umożliwiać wizualną ocenę płynu znajdującego się w pojemniku - pojemniki muszą posiadać dren zakończony portem typu żeński Luer. Dren powinien być długości co najmniej 20cm - na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejaniu w czasie preparatyki i przechowywania - termin ważności pojemników co najmniej 24 miesięcy od momentu dostarczenia ich do naszej siedziby</p>		szt.	8								

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
30	1	Rurka dooskrzelowa dwuświatłowa, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi, z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, lewa i prawa, z ostrogą Linia Rtg na całej długości rurki.Rurka wykonana z PVC, bez lateksu, z prowadnicą ze stoperem.W zestawie 2 kątowne łączniki każdy podwójnie-obrotowy, z podwójnym uszczelnieniem umożliwiającym bronchoskopię, przeźroczysty łącznik Y, 2 cewniki do odsysania z kontrolą siły ssania. Sterylne.Rozmiary:35;37;39;41		szt.	40								
	2	Rurka dooskrzelowa dwuświatłowa, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi, z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, lewa i prawa, bez ostrogi.Linia Rtg na całej długości rurki.Rurka wykonana z PVC, bez lateksu, z prowadnicą ze stoperem.W zestawie 2 kątowne łączniki każdy podwójnie-obrotowy, z podwójnym uszczelnieniem umożliwiającym bronchoskopię, przeźroczysty łącznik Y, 2 cewniki do odsysania z kontrolą siły ssania. Sterylne.Rozmiary:35;37;39;41		szt.	210								
30	Suma					30	Suma						

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 2.12/ZP/16 po zmianie  
 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
31	1	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym; wysoka koncentracja tlenu; półotwarta, niskopoporowy zawór zwrotny zapobiegający wydychaniu do worka i zapewniający usuwanie wydychanych gazów; szybkość przepływu 5-10l/min; miękki, przezroczysty winyl; bez lateksu; biologicznie czysta; jednorazowego użytku; pakowane pojedynczo; dren do tlenu min 210cm. Rozmiar 1.		szt.	200								
32	1	Zestaw do drenażu przeszskórnego metodą jednostopniową do drenażu dróg żółciowych. Kateter pigtail grubość 9F dł 26cm. w zestawie igła grubość 15G dł.29cm; Cewnik do drenażu dróg żółciowych, wykonany z poliuretanu , zapewniający dużą elastyczność oraz gwarantujący powrót cewnika do pierwotnego kształtu po zagięciu; centymetrowa podziałka na szafce ; Cewnik dobrze widoczny w skopi; Mechanizm blokujący cewnik umożliwiający łatwe i wielokrotne blokowanie i odblokowywanie bez konieczności wymiany cewnika; Kompatybilny z prowadnikiem 0.0038"; końcówka typu "pigtail"; Metalowa kaniula usztywniająca z końcówką widoczną w USG; odległość od pigtail do skrajnego dystalnego otworu drenującego :5cm lub 2cm; duże otwory boczne; specjalna nakładka prostująca końcówkę cewnika; tapewrowana końcówka z pokryciem hydrofilnym (20cm).		szt.	150								
33	1	Sterylny zestaw cewnika permanentnego do hemodializ ostrych i przewlekłych; średnica 14,5 Fr i długości 19/36cm, 23/40cm, 33/50cm dostępny zarówno w wersji z otworami bocznymi, jak i bez otworów, (w zestawie cewnik, igła wprowadzająca, kapturki, prowadnica, rozszerzadło 12F, opatrunek, skalpel, zgłębnik do tunelowania, strzykawka).		szt.	25								
34	1	Przyrząd do aspiracyjnego pobierania materiału komórkowego z endometrium typu endorette		szt.	50								

..... podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
35	1	Taśma silikonowa, kurczliwa, do izolacji, znakowania i podtrzymywania organów wewnętrznych ( naczyń, nerwów, ścięgien). Sterylne, pakowane pojedynczo, silikonowe niepowlekanie, jednorazowego użycia, sterylizowany tlenkiem etylenu kolor niebieski 2,5 mm x 75 cm.		szt.	360								
	2	Taśma silikonowa, kurczliwa, do izolacji, znakowania i podtrzymywania organów wewnętrznych ( naczyń, nerwów, ścięgien). Sterylne, pakowane pojedynczo, silikonowe niepowlekanie, jednorazowego użycia, sterylizowany tlenkiem etylenu kolor czerwony 1,5 mm x 75 cm		szt.	240								
35	Suma					35	Suma						

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
36	1	Sterylny, apirogenny, jednorazowy zestaw do napełniania strzykawek przy użyciu pompy perystaltycznej roztworem radiofarmaceutyku 18F - FDG. Pełna kompatybilność z dyspenserem Althea. W zestawie muszą się znajdować identyczne pod względem funkcjonalnym elementy jak w zestawie : " Filling Kit A GEMINI code 3821402005 "		szt.	130								
	2	Sterylny, apirogenny, jednorazowy zestaw do napełniania strzykawek przy użyciu pompy perystaltycznej roztworem radiofarmaceutyku 18F – FDG . Pełna kompatybilność z dyspenserem Althea. W zestawie muszą się znajdować identyczne pod względem funkcjonalnym elementy jak w zestawie: „KIT PERFORATING SET Code 38A1A10008”		szt.	130								
	3	Sterylna, apirogenna, jednorazowa strzykawka napełniana przy użyciu pompy perystaltycznej w dyspenserze Althea roztworem radiofarmaceutyku 18F – FDG. Pełna kompatybilność z dyspenserem Althea. W zestawie muszą się znajdować identyczne pod względem funkcjonalnym elementy jak w zestawie: „Filling Kit B GEMINI code 3821402004”		szt.	2 600								
<b>36 Suma</b>						<b>36 Suma</b>							

..... podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty



Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
37	1	Jednorazowa maska anestetyczna z wstępnie wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Elastyczny zawór w części ustnej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przezroczyste, wykonane z PCV, bez zawartości ftalanów. Oznakowanie kolorystyczne, z usuwany pierścieniem mocującym z polietylenu. Rozmiar: noworodkowa - 20ml/15mm; niemowlęca - 33ml/15mm.		szt	50								
	1	Sonda bipolarna widelec, prosta, dł. robocza 4-5cm, przewód o długości min. 3m. Sterylna, jednorazowego użytku. Kompatybilna z urządzeniem C2 Nerve Monitor. Na opakowaniu umieszczona etykieta, zawierająca numer REF, LOT, datę ważności - etykieta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.		szt.	60								
38	2	Elektroda min. 4 kanałowa, naklejana na rurkę intubacyjną, dopasowana do rozmiaru rurki od 7,5 - 9 na całej długości, powierzchnia elektrody min. 1000mm na obwodzie rurki. W komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilna z urządzeniem C2 Nerve Monitor. Na opakowaniu umieszczona etykieta, zawierająca numer REF, LOT, datę ważności - etykieta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.		szt.	60								
<b>38</b>	<b>Suma</b>					<b>38</b>	<b>Suma</b>						
39	1	Jednorazowy pistolet do biopsji tkanek miękkich z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm; 14G x 16cm		szt	10								

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
40	1	Siatka syntetyczna polipropylenowo-tytanowa do rekonstrukcji wyności piersiowej o gramaturze 16 - 35g/m <sup>2</sup> grubość 0,2 - 0,3mm, szerokość w przedziale pomiędzy 190 - 240mm, wysokość 120 -160mm.		szt	18								
41	1	Rękawiczki chirurgiczne lecznicze rozm. Od 6,5 do 8,5		para	3 351								
42	1	Port naczyniowy do podawania chemioterapii z cewnikiem silikonowym 8,5Fr; Port polisulfonowy w kształcie delty z komorą tytanową, silikonowe wypełnienie miejsc przeznaczonych do przyszywania portu (bez otworów powodujących wrastanie tkanki), wysokość portu 13,2mm, ciężar portu 8.6g, silikonowa membrana o średnicy 12mm z możliwością do 3000 wktuć, komora o objętości 0.5ml, niepodłączony trwale do portu cewnik oznaczony co 1cm i opisany co 5 cm. Rozmiar cewnika: średnica wew. 1,1mm, średnicazew. 2,8mm, długość cewnika 800mm. Możliwość zastosowania portu w CT do iniekcji pod wysokim ciśnieniem (325psi) oraz w MRI. W jednym opakowaniu z portem powinien znajdować się zestaw wprowadzający; zestaw powinien zawierać: 2x igłę prostą 22G, igłę Seldingera 18G, strzykawkę 10ml, igłę do wlewu ze skrzydełkami, drenem i zaciskiem 20Gx20mm, drut prowadnik typu J, tunelizator tępo zakończony, rozszerzacz naczynia z koszulą rozrywalną 9Fr, łącznik mocujący cewnik z kaniulą wyjściową, z zabezpieczeniem przeciw załamaniu - 2szt. Opakowanie portu powinno posiadać instrukcję w języku polskim, zawierającą m.in. informacje na temat stos		szt	60								

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Załącznik nr 2a do spr nr 212/ZP/16 po zmianie  
 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rękawic i, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	
43	1	Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku w rozmiarze 11G / 9G / 8G dł 100 mm i 11G / 9G / 8G dł 150 mm ergonomiczna rączka pokryta materiałem antyślizgowym z mechanizmem blokującym przypadkowe wysunięcie się mandrynu, igła z pięcioma krawędziami tnącymi pozwalającymi na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu w igle łącznik Luer - Lock umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5 - 20 ml, dodatkowy korek (zabezpieczenie przed wypływem szpiku) wprowadzany w miejsce trokara, wypychacz bioptatu z prowadnikiem, zatyczka Luer - Lock igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej, sztywne opakowanie plastikowo-papierowe zapobiegające uszkodzeniu igły.		szt	400									

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Zamawiający  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum  
Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

**oświadczam(y), co następuje:**

**1. odnośnie warunków udziału w postępowaniu:**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu<sup>1</sup>:

jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych

i ogólnodostępnych baz danych

*Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. nr):*

.....

.....

<sup>1</sup> Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp

- znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

*Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (ZP/.../2017) do którego została złożona:*

.....  
..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW<sup>2</sup>:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..... w następującym zakresie: ..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**2. odnośnie przesłanek wykluczenia z postępowania:**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia<sup>3</sup>:

- jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

*Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. nr):*

- .....  
.....  
 znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

<sup>2</sup> Proszę wypełnić jeżeli dotyczy

<sup>3</sup> Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp

Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (ZP/.../2017) do którego została złożona:

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA<sup>4</sup>:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia<sup>5</sup>:

- jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. nr):

- znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (ZP/.../20.....) do którego została złożona:

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

<sup>4</sup> Proszę wypełnić jeżeli dotyczy

<sup>5</sup> Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

<sup>1</sup> Proszę wypełnić jeżeli dotyczy

<sup>1</sup> Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1 Pzp

## Sytuacja majątkowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi

wg danych na dzień 31.12.2016 roku

1. Aktywa trwałe	167 395 388,98
2. Aktywa obrotowe	83 229 189,22
3. Suma pasywów	250 624 578,20
4. Zobowiązania i rezerwy	258 965 030,74
a) zobowiązania krótkoterminowe	69 542 659,36
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 993 848,66