

EZ.28.105.~~220~~.2018.MJ

Łódź, dn. 27.09.2018r

Nr sprawy: 105/ZP/18

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

W nawiązaniu do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 układów mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 5. Czy Zamawiający wymaga przewodnicy pakowanej w sztywny futerał, co zabezpiecza przez zniszczeniem i zaginaniem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 5. Czy Zamawiający wymaga przewodnicy elastycznej na całej długości, zagiętej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 7. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki niesterylne, nie będące wyrobem medycznym, stosowane do czyszczenia rurek tracheostomijnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych

Dotyczy Części nr 8

Czy Zamawiający dopuści obwód bez powłoki antybakteryjnej ale wykonany z rur gładkich w środku, co w równym stopniu zapobiega zaleganiu bakterii w obwodzie oddechowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957




Pakiet nr 4 „Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią”

Czy zamawiający dopuści linię pacjenta o długości 160cm (+/-5cm), składające się z dwóch drenów o dł. 130cm i 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 4 „Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią”

Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora?



Odpowiedź: druga końcówka, licząc od lewej strony

Dotyczy §2 ust. 6 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zgodę na przesyłanie faktur pocztą bądź mailem. W przypadku naszej firmy dostawy realizowane są bezpośrednio z magazynów zagranicznych, natomiast każdorazowo do dostawy dołączony jest dokument dostawy, na którym wyszczególnione są dostarczone produkty z zamówienia wraz z ilościami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zgodę na przesyłanie faktur korygujących pocztą bądź mailem. W przypadku naszej firmy dostawy realizowane są bezpośrednio z magazynów zagranicznych, natomiast każdorazowo do dostawy dołączony jest dokument dostawy na którym wyszczególnione są dostarczone produkty z zamówienia wraz z ilościami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy §6 ust 1 pkt. d/ wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 0,5%.

Odpowiedź: Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy §3 ust. 1 oraz §6 ust 1 pkt. e/ wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia dokumentów wymienionych w §3 ust. 1 wraz z podpisaną umową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ze względu na różnorodność przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji 1 (szczoteczka do rurek tracheostomijnych, mała, sterylna, jednorazowa). Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą

Dotyczy pakietu 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układów oddechowych bakteriostatycznych, jałowych, z tworzywa nietoksycznego, pakowany pojedynczo, jednorazowy, z jonami srebra. Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, min. 150 cm równoległoramienny, trójnik Y z portami, ze złączami 22M/15F, złącze respiratora 22-22, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Poniższy wniosek dotyczy Pakietu 7 poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 z Pakietu 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przeloży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie tejże pozycji w dotychczasowych pakietach silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakietach. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN) faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. b) c), d), e):

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto** nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru** – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto** towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji** – chyba, że nie ponosi winy;

e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.

Odpowiedź: Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z zapisem § 12 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2016 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia sytuację majątkową na dzień 30.06.2018r:

• Aktywa trwałe	170 089 554,82 zł
• Aktywa obrotowe	73 210 289,83 zł
• Suma pasywów	243 299 844,65 zł
• Zobowiązania i rezerwy	275 464 314,61 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	93 780 052,25 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 961 636,69 zł
w tym:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
• wymagalne	4 014 782,48 zł

Pozostałe dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

2. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

➤ pkt. III.1 na:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.

- Załącznik nr 2a (zmieniony w załączeniu)

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

~~DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (1
mgr Wojciech Szraiber~~

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	1	Zestaw do plazmoferezy leczniczej do separatora Optia jednorazowego użytku			szt.	66								
	2	Zestaw Spectra Optia do poboru komórek			szt.	42								
							SUMA		k					
2	1	Zestaw do drenażu dróg żółciowych, kateter pigtał grubość 16F. W zestawie ligta i prowadnica			szt.	100								

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczonego parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
3	1	Zestaw do kanulacji tętnicy 18G/8cm z igłą S 1,3x50mm, prowadnica 40cm x 0,89mm. Cewnik z FEP zakładane metodą Seidlingera. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączania. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia posługiwanie się produktem i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. Zestaw z miękkimi elastycznymi skrzydełkami i drenem przedłużającym.			szt.	50								
	2	Zestaw do kanulacji tętnicy 18G/16cm z igłą S 1,3x70mm, prowadnica 40cm x 0,89mm. Cewnik z FEP zakładane metodą Seidlingera. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączania. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia posługiwanie się produktem i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. Zestaw z miękkimi elastycznymi skrzydełkami i drenem przedłużającym.			szt.	50								
	3	Zestaw do kanulacji tętnicy 20G/8cm z igłą S 0,95x50mm, prowadnica 25cm x 0,64mm. Cewnik z FEP zakładane metodą Seidlingera. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączania. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia posługiwanie się produktem i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. Zestaw z miękkimi elastycznymi skrzydełkami i drenem przedłużającym.			szt.	50								
	4	Zestaw do kanulacji tętnicy 20G/16cm z igłą S 0,95x70mm, prowadnica 40cm x 0,64mm. Cewnik z FEP zakładane metodą Seidlingera. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączania. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia posługiwanie się produktem i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. Zestaw z miękkimi elastycznymi skrzydełkami i drenem przedłużającym.			szt.	50								
							SUMA							
													x	

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa / Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
4	1	Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyncze: -długość linii płuczącej 150cm(+/- 5 cm) -biuret wyposażony w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulce w biurecie z trzema otworami) -pakowane pojedynczo -jednorazowe -przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika 2 200 Hz -linia pacjenta o długości 150cm (+/-5cm), składające się z dwóch drenów o dł. 120cm i 30cm -błąd pomiaru przetwornika (nie liniowość i histereza) do 1,5% -odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie drenów lub kraników -system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek -połączenie przetwornika z kablem łączącym monitor, bezpinowe, chroniące przed zalaniem(wodoodporne) -należy dostarczyć próbkę oferowanego przetwornika -przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem kabel sygnałowy/monitor			szt.	1 000							
5	1	Prowadnica do trudnych intubacji: -jednorazowa, -jalowa, -rozmiar 5,0mm, -długość 800mm -odpowiednio oznakowana, -oznakowanie czytelne, -atraumatyczna, -oznakowanie CE, -z jedynym końcem miękkim, podjętym, -elastyczna, -pakowana pojedynczo, -typu Bougie			szt.	3 030							
6	1	Paskowy, nietoksyczny, wskaźnik chemiczny-do kontroli procesów sterylizacji tlenkiem etylenu. Test odpowiadający normie EN ISO11140 klasa 5. Zawierający substancję, które po osiągnięciu wymaganych parametrów sterylizacji zmieniają kolor.			szt.	1 700							

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
7	1	Szczoteczka do rurek tracheostomijnych, mata, sterylna, jednorazowa			szt.	150								
7a	1	Igły do pena 30G x 8 mm			szt.	6 000								
8	1	Układ oddechowy bakteriostatyczny, jałowy, z tworzywa nietoksycznego, pakowany pojedynczo, jednorazowy, z jonami srebra. Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, min. 150 cm równoległoramienny, trójnik Y z portami, ze złączami 22M/15F, złącze respiratora 22Flex-22Flex(elastyczne) sterylny.			szt.	850								
9	1	Prowadnik z pokryciem PTFE prosty, długość 150cm średnica 0,035			szt.	117								
10	1	Mikroewnik do embolizacji obwodowych.Profil mikroewnika 2,4F i 2,8F - Długości mikroewnika 105, 130, 155 cm - Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan - Dostępne wersje z dwoma markerami - Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F - Pokrycie hydrofilne - Kompatybilne z prowadnikiem 0,018" i 0,021" - Dostępne wersje z mikroprzewodnikiem i bez mikroprzewodnika - Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035" i 0,038" - Maksymalne ciśnienie 1200 PSI - Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F)			szt.	42								
11	1	Implanty o gładkiej powierzchni, wypełnione żelalem silikonowym wysokoelastycznym zawierające kawalek usualnego teflonu tzw. rynne, dzięki której nie ma niebezpieczeństwa przekucia implantu podczas jego mocowania. Implanty sterylne, pakowane pojedynczo, w opakowaniu samoprzylepne etykiety min. 2 szt. Implanty jąder w 4 rozmiarach (5ml/g; 12ml/g; 21ml/g; 27ml/g 36ml/g).			szt.	5								
12	1	Jednorazowe wkłady kontrastu 150ml, kompatybilny z wstrzykiwaczem typu Medrad Marc V pro VS będącym na wyposażeniu szpitala			szt.	200								