

Łódź dnia, 27.07.2020

Numer sprawy: EZ.28.62.2020

EZ.28.62.1156.2020.AK

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na dostawę niesterylnego sprzętu jednorazowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2,4,6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania i zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na na dostawę niesterylnego sprzętu jednorazowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

- I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści papier do video printera Sony 110x20m z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1575 rolek?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści papier do videoprintera Sony 110x20m. W przeliczeniu do ilości podanej przez zamawiającego tj. 1500 szt.

Pytanie nr 2:

Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający miał na myśli papier 100x20 ?

Odpowiedź:

Tak.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
STARSZY INSPEKTOR
dr inż. Agnieszka Kania



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

Pytanie nr 3:

Zadanie 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści Papier do Ascard B5 o wymiarach 60x25?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4:

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę fi 48mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści elektrodę EKG dla dorosłych , na bazie gąbki PE, żelowane (żel stały), sensor Ag/AgCl, wymiary elektrody śr. 48-50 mm

Pytanie nr 5:

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do 5000 opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści opakowanie 90 szt. ale wymaga podania wartości dla 6000szt.

Pytanie nr 6:

Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki jednorazowe?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7:

Zadanie 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek w opakowaniu a'300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do 1200 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8:

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do 278 opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści opakowanie 144 szt. ale wymaga podania wartości dla 40 000 szt.

Pytanie nr 9:

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści golarkę z ostrzem o wymiarach 0,8 x 3,6 x 0,01 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 10

Zadanie 9, pozycja 9

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 80m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 80 m ale wymaga podania wartości dla 15 000 szt.

Pytanie 11

W nawiązaniu do wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w dniu 21.07.2020 r. dot. pakietu nr 1 poz. 8 prosimy o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi tzn. na pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie jakiej czułości papier do videoprintera należy zaoferować w ww. pozycji? Czy należy zaoferować papier o czułości standardowej np. typu S czy K61B czy o czułości podwyższonej np. HD lub HM czy o innej czułości np. HG?

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zamienniki producentów Sony lub Mitsubishi.

Zamawiający nie podał jednak jakiej czułości papieru oczekuje tzn. standardowej (np. typu S) czy podwyższonej (np. typu HD)? Zamienniki papierów Sony lub Mitsubishi również posiadają określoną czułość. Odpowiedź jest istotna z punktu widzenia wykonawcy i wpływa na przygotowanie oferty, ponieważ papiery te w zależności od czułości znacząco różnią się ceną, jest również istotna z punktu widzenia Zamawiającego, ponieważ jeśli Pracownicy Zamawiającego używają przy wykonywaniu badań USG papieru o podwyższonej czułości to nie będą mogli go zastąpić papierem o standardowej czułości, który będzie zaoferowany w ramach pozycji 8, w związku z czym otrzymują wyrób nieprzydatny. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp na Zamawiającym ciąży obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, dlatego też uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wyjaśnień udzielonych w dniu 21.07.2020 r. w zakresie pakietu nr 1 poz. 8 i podanie oczekiwanej czułości papieru do videoprintera.

Odpowiedź

Papier do Video printer do USG Sony UPP-110 HG 110mm X 20m o czułości HG - dopuszcza się zamienniki producentów SONY i Mitsubishi.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1


Załącznik nr 2a- w załączeniu

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

III. Zamawiający zmienia następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 31.07.2020 do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 31.07.2020 o godzinie 11.00

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia
nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr inż. Andrzej Kasprzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU